

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий- ИФА-тест-система для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотках крови.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	ИФА тест-система для выявления HBs-антигена вируса гепатита В	исслед.	39 360

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Тест-системы для выявления HBsAg в сыворотках крови должны иметь чувствительность 0,05 МЕ/мл и менее (слово «менее» относится к цифре), специфичность не ниже 99,0%.

2.2. Разборные планшеты для проведения дробных постановок, а также полное, достаточное и делимое количество реагентов.

2.3. Отсутствие в инструкции по применению требования обязательного проведения постановки каждой первично исследуемой пробы в повторах (дублях).

3. Требования качества и срока годности товара

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий- ИФА-тест-система для подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg).

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
2.	ИФА тест-система для подтверждения наличия HBs-антигена вируса гепатита В (конфирматорная)	исслед. *	3 456 исследований* (36 планшет)

* Под одним исследованием подразумевается одна лунка 96-луночного планшета.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Тест-системы для подтверждения наличия HBsAg должны иметь чувствительность 0,05 МЕ/мл и менее (слово «менее» относится к цифре), специфичность не ниже 99,0%.

2.2. Тест-системы должны содержать все необходимые реагенты для прямой постановки и проведения подтверждения специфичности выявления HBsAg (включая нейтрализующий (конфирматорный) реагент и ИФА тест-систему для выявления HBs-антигена вируса гепатита В).

2.3. Разборные планшеты для проведения дробных постановок, а также полное, достаточное и делимое количество реагентов.

3. Требования качества и срока годности товара

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий - Тест-система ИФА для выявления антител к вирусу гепатита С:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Тест-система ИФА для выявления антител к вирусу гепатита С	исслед.	36 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Тест-система позволяет выявлять антитела классов G и M к белкам вируса гепатита С – Core, NS3, NS4, NS5.

2.2. Чувствительность и специфичность не ниже 99,0%.

2.3. Разборные планшеты для проведения дробных постановок, а также полное, достаточное и делимое количество реагентов.

2.4. Отсутствие в инструкции по применению требования обязательного проведения постановки каждой первично исследуемой пробы в повторах (дублях).

3. Требования качества и срока годности товара

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий- ИФА тест-системы для диагностики инфекций вызванных цитомегаловирусом

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	ИФА для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу	исслед.	1920
2.	ИФА для выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу	исслед.	1920

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований.
- 2.2. Разборные планшеты для проведения дробных постановок.
- 2.3. Достаточное (делимое) количество реагентов и расходных материалов в наборе.

3. Требования качества и срока годности товара

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий - ИФА тест-системы для диагностики инфекций вызванных вирусами простого герпеса 1,2 типов.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	ИФА для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов	исслед.	1920
2.	ИФА для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов	исслед.	1920

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований.

2.4. Разборные планшеты для проведения дробных постановок.

2.5. Достаточное (делимое) количество реагентов и расходных материалов в наборе.

3. Требования качества и срока годности товара

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий - ИФА тест-системы для диагностики инфекций вызванных вирусами Эпштейн-Барра

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Тест- системы ИФА для выявления антител класса М к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра	исслед	1920
2.	Тест- системы ИФА для выявления антител класса G к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра	исслед	1920
3.	Тест-система ИФА для определения антител класса G к раннему антигену (ЕА) вируса Эпштейн-Барра	исслед	1920

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований.
- 2.2. Разборные планшеты для проведения дробных постановок.
- 2.3. Достаточное (делимое) количество реагентов и расходных материалов в наборе.

3. Требования качества и срока годности товара

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий- Тест-система иммуноферментная для выявления антигенов энтеровирусов

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Тест-система иммуноферментная для выявления антигенов энтеровирусов	исслед.	1440

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований.

2.2. Разборные планшеты для проведения дробных постановок. Достаточное (делимое) количество реагентов и расходных материалов в наборе.

3. Требования качества и срока годности товара

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий- Тест-система иммуноферментная для определения антител класса М к энтеровирусам

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Тест-система иммуноферментная для определения антител класса М к энтеровирусам	исслед.	1920

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований.

2.3. Разборные планшеты для проведения дробных постановок. Достаточное (делимое) количество реагентов и расходных материалов в наборе.

3. Требования качества и срока годности товара

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий- Тест-система иммуноферментная для выявления антигенов ротавирусов.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Тест-система иммуноферментная для выявления антигенов ротавирусов	исслед.	1248

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований.

2.2. Разборные планшеты для проведения дробных постановок. Достаточное (делимое) количество реагентов и расходных материалов в наборе.

3. Требования качества и срока годности товара

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий- ИФА-тест-системы для выявления иммуноглобулинов класса М и иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита	исслед.	1152
2.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита	исслед.	1152

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований.

2.2. Разборные планшеты для проведения дробных постановок (не менее 12 независимых постановок по 8 определений включая контроли для каждого планшета в наборе). Достаточное (делимое) количество реагентов и расходных материалов в наборе.

3. Требования качества и срока годности товара

3.1. Согласно аукционным документам организатора.