

БелМТ №1235/25

лот 1

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 1. 17.1 Стенты нитиноловые саморасширяющиеся для каротидных артерий конические

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Модель	Ед. изм.	Количество
1.1	Стент каротидный саморасширяющийся конический	6.0/8.0x30 мм	шт.	50
1.2	Стент каротидный саморасширяющийся конический	6.0/8.0x40 мм	шт.	100
1.3	Стент каротидный саморасширяющийся конический	7.0/9.0x30 мм	шт.	75
1.4	Стент каротидный саморасширяющийся конический	7.0/9.0x40 мм	шт.	100
1.5	Стент каротидный саморасширяющийся конический	8.0/10.0x30 мм	шт.	75
1.6	Стент каротидный саморасширяющийся конический	8.0/10.0x40 мм	шт.	90
1.7	Система дистальной защиты сосудистого русла при стентировании от эмболии	для сосуда диаметром 2,5-4,8 мм	шт.	155
1.8	Система дистальной защиты сосудистого русла при стентировании от эмболии	для сосуда диаметром 4,0-7,0 мм	шт.	200
ИТОГО				845

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Для пунктов 1.1 – 1.7:

- Система доставки – монорельсовый катетер, совместимый с проводниками 0.014" и направляющим чехлом (интродьюсером) 6Fr.
- Конический стент, закрытый дизайн ячейки стента.

- Механизм раскрытия должен обеспечивать высокоточное позиционирование стента.

2.2. Для пунктов 1.7 и 1.8

- Система с проводником-основой 0.014". Длина проводника системы 180-190 см.

- Корзинка концентрической формы должна быть не зафиксирована на проводнике-основе, свободно вращаться и перемещаться по проводнику. *

- Возможность извлечения фильтрующей системы без проводника-основы и использования проводника-основы как самостоятельного устройства после извлечения фильтра.

- Диаметр системы доставки в сборе не более 6F.

- Входной профиль системы не более 0.030".

- Наличие рентгенконтрастных маркеров на корзине.

- Фильтр должен обеспечивать фильтрацию эмболов размером более 120 мкм.

- Наличие в дистальной части фильтра зоны, не покрытой порами для предотвращения экстракции эмболов при извлечении фильтра.

- Наличие гидрофильного покрытия на фильтре.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора закупки.

БелМТ №1235/25

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 2. 17.2 Стенты нитиноловые саморасширяющиеся двуслойные для каротидных артерий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Модель	Ед. изм.	Количество
1.1	Стент каротидный саморасширяющийся двуслойный	6.0 мм	шт.	80
1.2	Стент каротидный саморасширяющийся двуслойный	7.0 мм	шт.	120
1.3	Стент каротидный саморасширяющийся двуслойный	8.0 мм	шт.	250
1.4	Стент каротидный саморасширяющийся двуслойный	9.0 мм	шт.	145
ИТОГО				595

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Система доставки – монорельсовый катетер, совместимый с проводниками 0.014” и направляющим чехлом (интродьюсером) 6Ft.

2.2. Конструкция стента - двуслойное плетение. Материал стента – нитинол.

2.3. Длина стента (длина двойного слоя до имплантации) – 30 мм

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора закупки.

БелМТ №1235/25

лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 3. 17.3 Стенты нитиноловые саморасширяющиеся для каротидных артерий с полиэтиленовой сеткой для защиты от эмболии у пациентов высокого риска

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Модель	Ед. изм.	Количество
1.1	Стент каротидный саморасширяющийся с полиэтиленовой сеткой для защиты от эмболии	6.0x40 мм	шт.	75
1.2	Стент каротидный саморасширяющийся с полиэтиленовой сеткой для защиты от эмболии	7.0x40 мм	шт.	100
1.3	Стент каротидный саморасширяющийся с полиэтиленовой сеткой для защиты от эмболии	8.0x40 мм	шт.	150
1.4	Стент каротидный саморасширяющийся с полиэтиленовой сеткой для защиты от эмболии	9.0x40 мм	шт.	150
ИТОГО				475

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Система доставки – монорельсовый катетер, совместимый с проводниками 0.014" и направляющим чехлом (интродьюсером) 6Fr.

2.2. Конструкция стента – нитиноловый каркас и сеть из полиэтилен-терифталата (ПЭТ)

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора закупки.

БелМТ №1235/25

лот 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 4. 17.4 Стенты периферические саморасправляющиеся нитиноловые для артерий бедра

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Модель	Ед. изм.	Количество
1.1	Стенты периферические саморасширяемые, нитиноловые для артерий бедра	6.0x80 мм	шт.	100
1.2	Стенты периферические саморасширяемые, нитиноловые для артерий бедра	6.0x100 мм	шт.	50
1.3	Стенты периферические саморасширяемые, нитиноловые для артерий бедра	7.0x60 мм	шт.	200
1.4	Стенты периферические саморасширяемые, нитиноловые для артерий бедра	7.0x80 мм	шт.	250
1.5	Стенты периферические саморасширяемые, нитиноловые для артерий бедра	7.0x100 мм	шт.	350
1.6	Стенты периферические саморасширяемые, нитиноловые для артерий бедра	7.0x150 мм	шт.	50
1.7	Стенты периферические саморасширяемые, нитиноловые для артерий бедра	8.0x60 мм	шт.	400
1.8	Стенты периферические саморасширяемые, нитиноловые для артерий бедра	8.0x80 мм	шт.	350

1.9	Стенты периферические саморасширяемые, нитиновые для артерий бедра	9.0x60 мм	шт.	100
ИТОГО				1850

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Совместимость с интродьюсером 6F и с проводником 0.035 inch

2.2. Стент нитиновый саморасширяющийся, наличие рентгенконтрастных маркеров с обоих концов стента.

2.3. Высокоточное контролирование раскрытия стента, путем вращения раскрывающего элемента

2.4 Длина системы доставки не менее 130 см

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора закупки.

БелМТ №1235/25

лот 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 5. 17.5 Стент-графты саморасширяемые периферические нитиноловые

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Модель	Ед. изм.	Количество
1.1	Стент-графты саморасширяемые периферические, нитиноловые	8.0мм – 55-65мм	шт.	100
1.2	Стент графты саморасширяемые периферические, нитиноловые	9,0мм-55-65мм	шт.	100
1.3	Стент-графты саморасширяемые периферические, нитиноловые	10.0мм – 55-65мм	шт.	120
1.4	Стент-графты саморасширяемые периферические, нитиноловые	12.0 мм – 55-65мм	шт.	75
1.5	Стент-графты саморасширяемые периферические, нитиноловые	13.5 мм – 55-65мм	шт.	40
ИТОГО				435

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Материал стента – нитинол.

2.2. Совместимость с проводником 0.035 inch, длина shaft не менее 110 см.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора закупки.

БелМТ №1235/25

лот 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 6. 17.6 Система для стентирования периферических артерий (стент с повышенной радиальной устойчивостью)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Модель	Ед. изм.	Количество
1.1	Стенты саморасширяемые периферические с повышенной радиальной устойчивостью	5,5х60 мм	шт.	150
1.2	Стенты саморасширяемые периферические с повышенной радиальной устойчивостью	6,5х60 мм	шт.	180
1.3	Стенты саморасширяемые периферические с повышенной радиальной устойчивостью	7,5х60 мм	шт.	90
1.4	Проводник совместимый с системой доставки.	Диаметр 0,018", длина 300 см	шт.	415
1.5	Баллонный катетер для периферических сосудов.	5,0х60 мм Длина shaft не менее 150 см	шт.	150
1.6	Баллонный катетер для периферических сосудов.	6,0х60 мм Длина shaft не менее 150 см	шт.	270
ИТОГО				1255

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Для пунктов 1.1 – 1.3: Плетеная конструкция стента, обеспечивающая повторение естественной анатомии, совместимость системы доставки длиной не менее 120 см с проводником 0.018”*

2.2. Для пунктов 1.1 – 1.3: Раскрытие с ретракционным замковым механизмом должно обеспечивать возможность изменения плотности паковки стента при его раскрытии

2.3. Для пунктов 1.1 – 1.3: Сила сопротивления к компрессии – не менее 8 кг для лечения кальцинированных поражений *

2.4. Для пункта 1.4: Наличие рентгенконтрастного маркера на кончике, проксимальных маркеров на теле проводника, гидрофильного покрытия и гибкого кончика.

2.5. Для пунктов 1.5 – 1.7: Совместимость с проводником 0.018”, OTW система доставки, номинальное давление не менее 8атм., давление разрыва - не менее 14атм.

Примечание: *) данные требования технического задания определяют соответствие предложения названию, уровень лечебно-диагностических возможностей и класс изделия, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсного предложения.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора закупки.

БелМТ №1235/25

лот 7

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 7. 17.7 Стенты баллонрасширяемые периферические

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Модель	Ед. изм.	Количество
1.1	Стенты баллонрасширяемые периферические	7,0x17-20 мм	шт.	70
1.2	Стенты баллонрасширяемые периферические	7,0x37-40 мм	шт.	90
1.3	Стенты баллонрасширяемые периферические	7,0x57-60 мм	шт.	60
1.4	Стенты баллонрасширяемые периферические	8,0x17-20 мм	шт.	160
1.5	Стенты баллонрасширяемые периферические	8,0x37-40 мм	шт.	180
1.6	Стенты баллонрасширяемые периферические	8,0x57-60 мм	шт.	130
1.7	Стенты баллонрасширяемые периферические	9,0x17-20 мм	шт.	130
1.8	Стенты баллонрасширяемые периферические	9,0x37-40 мм	шт.	150
1.9	Стенты баллонрасширяемые периферические	10,0x17-20 мм	шт.	100
1.10	Стенты баллонрасширяемые периферические	10,0x37-40 мм	шт.	50
ИТОГО				1120

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Материал стента – сплав кобальт-хрома *

2.2. Совместим с интродьюсером 7Fr для всех диаметров стента

2.3. Длина shaft не менее 130см

2.4. Номинальное давление раскрытия не менее 10 атм. *

Примечание: *) данные требования технического задания определяют соответствие предложения названию, уровень лечебно-диагностических возможностей и класс изделия, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсного предложения.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора закупки.

БелМТ №1235/25

лот 8

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 8. 17.8 Баллоны периферические

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Модель	Ед. изм.	Количество
1.1	Баллоны периферические (каротидные)	для пластики каротидных артерий, 4,5х20 мм	шт.	300
1.2	Баллоны периферические (каротидные)	для пластики каротидных артерий, 5,0х20 мм	шт.	500
1.3	Баллоны периферические (каротидные)	для пластики каротидных артерий, 5,5х30 мм	шт.	500
1.4	Баллоны периферические (каротидные)	для пластики каротидных артерий, 6,0х30 мм	шт.	400
1.5	Баллоны периферические (каротидные)	для пластики каротидных артерий, 6,5х30 мм	шт.	185
ИТОГО				1885

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

покрытия и гибкого кончика.

2.1. Конструкция системы – баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014", система RX.

2.2. Номинальное давление раскрытия не менее 8 атм., разрыва – не менее 14 атм.

Примечание: *) данные требования технического задания определяют соответствие предложения названию, уровень лечебно-диагностических возможностей и класс изделия, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсного предложения.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора закупки.

БелМТ №1235/25

лот 9

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 9. 17.9 Катетеры баллонные периферические

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Модель	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры баллонные периферические	5.0x60 мм	шт.	200
1.2	Катетеры баллонные периферические	5.0x80 мм	шт.	150
1.3	Катетеры баллонные периферические	5x120 мм	шт.	150
1.4	Катетеры баллонные периферические	6.0x60 мм	шт.	200
1.5	Катетеры баллонные периферические	6.0x80 мм	шт.	250
1.6	Катетеры баллонные периферические	6.0x120 мм	шт.	200
1.7	Катетеры баллонные периферические	7.0x60 мм	шт.	150
1.8	Катетеры баллонные периферические	7.0x80 мм	шт.	250
1.9	Катетеры баллонные периферические	7.0x120 мм	шт.	200
1.10	Катетеры баллонные периферические	8.0x40 мм	шт.	150
1.11	Катетеры баллонные периферические	8.0x80 мм	шт.	200
1.12	Катетеры баллонные периферические	9.0x40 мм	шт.	150
1.13	Катетеры баллонные периферические	9.0x60 мм	шт.	125
1.14	Катетеры баллонные периферические	10.0x40 мм	шт.	100
1.15	Катетеры баллонные периферические	12.0x40 мм	шт.	100
ИТОГО				2575

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Длина shaft не менее 135 см.

2.2. Давление разрыва не менее 16 атм. для баллонов диаметром 5 и 6 мм, 13 атм. для баллонов 7 и 8 мм, 10 атм. для баллонов большего диаметра

2.3. Совместимость с проводником 0.035 inch.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора закупки.

БелМТ №1235/25

лот 10

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 10. 17.10 Катетеры баллонные периферические для подколенного сегмента

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Модель	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры баллонные периферические	совместимость с проводником 0.014 inch, OTW, длина shaft 90-100 см, 2.5 x 120 мм	шт.	150
1.2	Катетеры баллонные периферические	совместимость с проводником 0.014 inch, OTW, длина shaft 90-100 см, 2.5 x 200 мм	шт.	150
1.3	Катетеры баллонные периферические	совместимость с проводником 0.014 inch, OTW, длина shaft 90-100 см, 3.0 x 80 мм	шт.	150
1.4	Катетеры баллонные периферические	совместимость с проводником 0.014 inch, OTW, длина shaft не менее 140 см, 2.0 x 120 мм	шт.	250

1.5	Катетеры баллонные периферические	совместимость с проводником 0.014 inch, OTW, длина shaft не менее 140 см, 2.0 x 200 мм	шт.	200
1.6	Катетеры баллонные периферические	совместимость с проводником 0.014 inch, OTW, длина shaft не менее 140 см, 2.5 x 120 мм	шт.	250
1.7	Катетеры баллонные периферические	совместимость с проводником 0.014 inch, OTW, длина shaft не менее 140 см, 2.5 x 200 мм	шт.	300
1.8	Катетеры баллонные периферические	совместимость с проводником 0.014 inch, OTW, длина shaft не менее 140 см, 3.0 x 80 мм	шт.	190
1.9	Катетеры баллонные периферические	совместимость с проводником 0.014 inch, OTW, длина shaft не менее 140 см, 4.0 x 60 мм	шт.	165
1.10	Катетеры баллонные периферические	совместимость с проводником 0.014 inch, OTW, длина	шт.	100

		шафта не менее 140 см, 4.0 x 80 мм		
ИТОГО				1905

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Совместимость с интродюсером 4 Fr.

2.2. Номинальное давление не менее 6 атм., давление разрыва - не менее 14 атм.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора закупки.