

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель  
генерального директора –  
главный инженер  
РУП «Брестэнерго»


А.Б.Матюк

07.05.2026

Перечень функций и свойств	Описание назначения функций и свойств
Наименование закупаемой продукции	Прибор, предназначенный для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, Алкотест-203 «Фларс» или аналог
Код ОКРБ	26.51.53.830
Технические требования	<p>Прибор предназначен для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе и индикации уровня алкоголя в крови на основе анализа выдыхаемого воздуха. Прибор является вспомогательным средством для выявления лиц, подозреваемых в употреблении алкогольных напитков.</p> <p>Комплектация: алкотестер, мундштук (100 шт.), адаптер (питания от бортовой сети автомобиля), обратный клапан, блок питания от сети, пластиковый футляр для хранения и транспортировки.</p> <p>Метрологические характеристики: Нормируемый диапазон измерений, мг/л: 0.00 ÷ 0.95. Диапазон показаний, мг/л: 0.00 ÷ 2.50. Коэффициент пересчета: 0.5 мг/л = 1.0 ‰.</p> <p>Погрешность измерений: Абсолютная, в диапазоне от 0 до 0.5 мг/л, не более ±0.05 мг/л. Относительная, в диапазоне свыше 0.5 до 0.95 мг/л, не более ±10 %.</p> <p>Временные характеристики: Время анализа: не более 15 с. Время выхода на готовность после анализа пробы: 0.15 мг/л, не более 20 с. Время выхода на готовность после анализа пробы: 0.5 мг/л, не более 30 с.</p> <p>Условия эксплуатации: Диапазон рабочих температур, °С: от -5 до +35.</p> <p>Алкотестер должен быть включен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.</p> <p>Алкотестер должны быть с поверкой. Поставляемый товар должен быть новым (не бывший в</p>

Перечень функций и свойств	Описание назначения функций и свойств
	употреблении, ремонте, в том числе, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, свободным от обязательств третьих лиц). Товар должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу при транспортировке и хранении. Товар должен соответствовать действующей нормативно-технической документации.
Гарантийные обязательства	Гарантийные обязательства – не ниже гарантийных обязательств предприятия-изготовителя, но не менее 1 года.

Начальник СНиОТ



Д.С.Чимбур