

«Праймедикал»

220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 24, офис 506

e-mail: info@primedical.by, тел. +375 29 644-41-87

Счет BY 81 PJCB 3012 0598 7610 0000 0933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 115 г. Минск:
г. Минск, ул. Кропоткина, 91 BIC: PJCBVY2X, УНП 192980986, ОКПО 501156715000

Минск, 02.06.2026 г.

Государственное учреждение
«Республиканский научно-практический
центр детской хирургии»

**Заключение о техническом состоянии
эндоскопического оборудования «Olympus»**

Сотрудниками нашего сервисного центра была проведена дефектация видеогастроскопа
GIF-XP190N зав. №2601867

Тестирование прибора выявило наличие следующих неисправностей:

- **попадание жидкости во внутреннюю полость прибора, через вентиляционный клапан, в следствии нарушения инструкции по обработке прибора;**
- отказ платы управления;
- отказ коннекторной части.

Случай не является гарантийным, т.к. дефекты вызваны нарушением обработки.

Требуется проведение текущего ремонта с комплексом восстановительных работ, без замены запасных частей, расходных материалов.

Срок выполнения ремонта: в течении 15 рабочих дней.

Срок гарантии: 3 месяца с даты подписания акта сдачи-приемки работ.

Начальник сервисного отдела



Е.В. Александрович