

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного
учреждения «Республиканский
научно-практический центр
детской хирургии»

К.В.Дроздовский

12.06.2026

Задание на закупку

работ (услуг) по ремонту медицинской техники с заменой запасных частей

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	220013, г. Минск, пр-т Независимости 64А
УНП	192399556
Адрес электронной почты	mto@dhc.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	www.dhc.by

1. Наименование подлежащих закупке работ (услуг):

Лот № 1	
Наименование товаров (работ, услуг)	Работы (услуги) по ремонту видеогастроскопа GIF-XP190N № 2601867 производство компании «Olympus Medical Systems Co.LTD»
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Объем работ (услуг), определен заключением о техническом состоянии эндоскопического оборудования «Olympus» от 02.06.2026.
Код ОКРБ 007-2012	33.13.12.300 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродиагностического оборудования
Количество (объем) закупки	1 услуга
Место выполнения работ (оказания услуг)	по месту нахождения Исполнителя
Сроки выполнения работ (оказания услуг)	С даты передачи медицинской техники Исполнителю на основании товарной накладной (товарно-транспортной накладной) и по 20 сентября 2026 года.
Источник финансирования закупки	Республиканский бюджет
Условия и срок оплаты	Оплата выполненных работ производит путем перечисления денежных средств со счетов органов государственного казначейства платежным поручением на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих

	дней с момента подписания акта выполненных работ
--	---

Заключения о техническом состоянии эндоскопического оборудования «Olympus» выданного Обществом с ограниченной ответственностью «Праймедикал» от 02.06.2026 прилагаются.

2. Участник должен представить следующие документы:

2.1. копию заключения о возможности проведения работ (услуг) по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и изделий медицинского назначения, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 (далее - заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять работы по ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

- уполномочены производителем медицинской техники на проведение ее ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

- работы по ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры. Квалификация специалиста подтверждается документом об обучении методам технического обслуживания и ремонта, выданным на его имя производителем данной медицинской техники или его уполномоченным представителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык.

Не требуется наличие документов, указанных в частях первой и второй настоящего подпункта, для выполнения работ (оказания услуг) по ремонту медицинской техники:

- юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимся производителем медицинской техники;
- в период гарантийного срока ее эксплуатации;
- поступившей в качестве иностранной безвозмездной помощи;
- изъятой в собственность государства;
- изготовленной (произведенной) до 2000 года.

2.2 в стоимость предложения должны быть включены: стоимость ремонтных работ, стоимость запасных частей, материалов, узлов и комплектующих, все затраты и издержки, а также все налоги, сборы, транспортные расходы.

3. Технические (специальные) требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)

3.1. Содержание, порядок и качество проведения работ по ремонту медицинской техники осуществляются в соответствии с требованиями эксплуатационной и (или) технической документации производителя, ТНПА, Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78.

3.2. Запасные части должны быть 100% совместимы с медицинской техникой, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества) *(за исключением использования запасных частей, включенных в единую базу учета запасных частей, бывших в эксплуатации, но признанных работоспособными).*

3.3. Гарантийный срок на оказанные работы (услуги) по ремонту медицинской техники и отремонтированные узлы и блоки составляет:

по лоту № 1- не менее 6 (шести) месяцев

и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг).

3.4. Гарантийный срок на замененные в ходе ремонта запасные части, материалы, узлы и комплектующие устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 6 (шести) месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг).

3.5. В случае некачественного ремонта, обнаруженного в гарантийный период, Исполнитель обязуется приступить к устранению неисправности в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период нахождения медицинской техники в ремонте.

РАЗРАБОТАНО:

Инженер по ремонту
медицинскому оборудованию



М.И.Добровольская