

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) оборудования

<i>Наименование лота</i>	<i>Состав</i>	<i>Кол-во</i>
ЛОТ №1 Кольпоскоп	1.1. Оптическая головка – 1 шт 1.2. Штатив – 1 шт 1.3. Светодиодный источник света – 1 шт	1 шт

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Базовый параметр
1.1	Тип штатива	Консольный или пантографического типа
	Тип оптики	Бинокулярный
1.2	Изменение диоптрий	от – 5 до +5
1.3	Источник света	встроенный светодиодный, не менее 6 000 Лк
1.5	Рабочее расстояние, мм	не менее 300
1.7	Фокусировка	наличие
1.8	Оптическая кратность увеличения	1,6-41 крат
1.9	Тип увеличения	плавное или ступенчатое

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.