

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Размер / состав	Количество
ЛОТ №1 Клиники к ларингоскопу традиционному прямые типа MILLER или аналог	№00 для интубации недоношенных новорожденных детей	1 штук
	№0 для интубации недоношенных и доношенных новорожденных детей, а также детей до 1 года	1 штук
	№1 для интубации детей раннего возраста	1 штук
	№2 для интубации детей старшего возраста и взрослых с небольшим размером ротовой полости	1 штук
	№3 для интубации подростков, женщин, а также мужчин с небольшим размером полости рта	2 штук
	№4 для интубации взрослых мужчин, а также взрослых женщин и подростков с анатомическими особенностями в виде длинной шеи	2 штук
ЛОТ №2 Клиники к ларингоскопу традиционному изогнутые типа MACINTOSH или аналог	№0 для интубации недоношенных и доношенных новорожденных детей, а также детей до 1 года	1 штук
	№1 для интубации детей раннего возраста	8 штук
	№2 для интубации детей старшего возраста и взрослых с небольшим размером ротовой полости	8 штук
	№3 для интубации подростков, взрослых пациентов преимущественно женского пола	67 штук
	№4 для интубации взрослых мужчин, а также взрослых женщин и подростков с анатомическими особенностями в виде длинной шеи	41 штук
ЛОТ №3 Клиники к ларингоскопу традиционному изогнутые типа MACINTOSH или аналог	№5 для интубации взрослых пациентов с большой полостью рта и или с длинной шеей	4 штук
ЛОТ №4 Клиники к ларингоскопу традиционному изогнутые с возможностью изменять форму дистальной части типа FLAPLIGHT или аналог	№3 для интубации подростков, взрослых пациентов преимущественно женского пола	11 штук
	№4 для интубации взрослых мужчин, а также взрослых женщин и подростков с анатомическими особенностями в виде длинной шеи	7 штук
ЛОТ №5 Клиники к ларингоскопу традиционному прямые с изогнутой дистальной частью типа FOREGGER или аналог	№0 для интубации недоношенных и доношенных новорожденных детей, а также детей до 1 года	2 штук
	№1 для интубации детей раннего возраста	2 штук
	№2 для интубации детей старшего возраста и взрослых с небольшим размером ротовой полости	2 штук
	№3 для интубации подростков, женщин, а также мужчин с небольшим размером полости рта	5 штук
	№4 для интубации взрослых мужчин, а также взрослых женщин и подростков с анатомическими особенностями в виде длинной шеи	5 штук
ЛОТ №6 Клиники к ларингоскопу фиброоптическому прямые типа MILLER или аналог	№00 для интубации недоношенных новорожденных детей	8 штук
ЛОТ №7 Клиники к ларингоскопу	№0 для интубации доношенных новорожденных детей, а также детей до одного года	7 штук
	№1 для интубации детей раннего возраста	5 штук

фиброоптическому прямые типа MILLER или аналог	№2 для интубации детей старшего возраста	6 штук
	№3 для интубации подростков, женщин, а так-же мужчин с небольшим размером полости рта	15 штук
	№4 для интубации взрослых мужчин, а также взрослых женщин и подростков с анатомическими особенностями в виде длинной шеи	14 штук
ЛОТ №9 Клинки к ларингоскопу фиброоптическому изогнутые типа MACINTOSH или аналог	№0 для интубации недоношенных и доношенных новорожденных детей, а также детей до 1 года	24 штук
	№1 для интубации детей раннего возраста	25 штук
	№2 для интубации детей старшего возраста и взрослых с небольшим размером ротовой полости	26 штук
	№3 для интубации подростков, взрослых пациентов преимущественно женского пола	112 штук
	№4 для интубации взрослых мужчин, а также взрослых женщин и подростков с анатомическими особенностями в виде длинной шеи	136 штук
ЛОТ №10 Клинки к ларингоскопу фиброоптическому изогнутые типа MACINTOSH или аналог	№5 для интубации взрослых пациентов с большой полостью рта и или с длинной шеей	17 штук
ЛОТ №12 Клинки к ларингоскопу фиброоптическому изогнутые с интегрированным световодом типа MEGALIGHT Macintosh или аналог	№0 для интубации недоношенных и доношенных новорожденных детей, а также детей до 1 года	6 штук
	№1 для интубации детей раннего возраста	7 штук
	№2 для интубации детей старшего возраста и взрослых с небольшим размером ротовой полости	20 штук
	№3 для интубации подростков, взрослых пациентов преимущественно женского пола	74 штук
	№4 для интубации взрослых мужчин, а также взрослых женщин и подростков с анатомическими особенностями в виде длинной шеи	32 штук
ЛОТ №13 Клинки к ларингоскопу фиброоптическому изогнутые с суженым проксимальным клинком типа TERPRO MACINTOSH или аналог	№3 для интубации подростков, взрослых пациентов преимущественно женского пола	7 штук
	№4 для интубации взрослых мужчин, а также взрослых женщин и подростков с анатомическими особенностями в виде длинной шеи	7 штук
ЛОТ №14 Клинки к ларингоскопу фиброоптическому изогнутые с возможностью изменять форму дистальной части типа FLAPLIGHT или аналог	№3 для интубации подростков, взрослых пациентов преимущественно женского пола	16 штук
	№4 для интубации взрослых мужчин, а также взрослых женщин и подростков с анатомическими особенностями в виде длинной шеи	23 штук
ЛОТ №15 Клинки к ларингоскопу фиброоптическому изогнутые, при соединении с рукояткой образующие тупой угол типа PC-LIO MACINTOSH или аналог	№3 для интубации подростков и взрослых пациентов преимущественно женского пола	7 штук
	№4 для интубации взрослых мужчин, а также взрослых женщин и подростков с анатомическими особенностями в виде большой полости рта	9 штук
ЛОТ №16 Рукоятки к ларингоскопу традиционному	рукоятка средняя (диаметр 28-32мм)	65 штук
	рукоятка малая (диаметр 18-20мм)	51 штук
ЛОТ №17 Рукоятки к ларингоскопу	рукоятка 2,5V средняя (диаметр 28-32мм)	64 штук

фиброоптическому		
ЛОТ №18 Рукоятки к ларингоскопу фиброоптическому	рукоятка 3,5V средняя (диаметр 28-32мм)	142 штук
ЛОТ №19 Рукоятки к ларингоскопу фиброоптическому	рукоятка 3,5V малая (диаметр 19-22мм)	7 штук
ЛОТ №21 Зарядное устройство к ларингоскопам		23 штук
ЛОТ №22 Клиники к ларингоскопу традиционному изогнутые, при соединении с рукояткой образующий тупой угол типа POLIO MACINTOSH или аналог	№3 для интубации подростков и взрослых пациентов преимущественно женского пола	7 штук
	№4 для интубации взрослых мужчин, а также взрослых женщин и подростков с анатомическими особенностями в виде большой полости рта	5 штук

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь
«С государственных закупок товаров (работ, услуг)»

ЛОТ №1 Клиники к ларингоскопу традиционному прямые типа MILLER или аналог ЛОТ №2 и ЛОТ №3 Клиники к ларингоскопу традиционному изогнутые типа MACINTOSH или аналог ЛОТ №5 Клиники к ларингоскопу традиционному прямые с изогнутой дистальной частью типа FOREGGER или аналог ЛОТ №22 Клиники к ларингоскопу традиционному изогнутые, при соединении с рукояткой образующий тупой угол типа POLIO MACINTOSH или аналог
1.1. Должны быть изготовлены из нержавеющей стали. 1.2. Должны быть предназначены для многократного использования. 1.3. Поверхность клинка должна быть матовая для предотвращения отражения светового луча. 1.4. Наличие вакуумной лампы (или LED или XHL) освещенностью более 1500 (для клинков №00-1) или более 2000 (для клинков №2-5) люкс / 2,5В. 1.5. Должны выдерживать многократную обработку дезинфицирующими растворами, а также автоклавирование, холодную, газовую или лучевую стерилизацию. 1.6. Должны быть совместимы скупаемыми рукоятками (с системами стандарта DIN EN ISO 7376).
ЛОТ №4 Клиники к ларингоскопу традиционному изогнутые с возможностью изменять форму дистальной части типа FLAPLIGHT или аналог
2.1. Должны быть изготовлены из нержавеющей стали. 2.2. Должны быть предназначены для многократного использования. 2.3. Поверхность клинка должна быть матовая для предотвращения отражения светового луча. 2.4. Наличие сгибаемого конца клинка, для облегчения подъема надгортанника и обеспечения хорошего просмотра при анатомически сложной интубации. 2.5. Наличие подвижного наконечника клинка для облегчения подъема надгортанника и обеспечения хорошей видимости во время процесса интубации. 2.6. Наличие вакуумной лампы (или LED или XHL) освещенностью более 2000 (для клинков №2-5) люкс / 2,5В.

2.7. Должны выдерживать многократную обработку дезинфицирующими растворами, а также автоклазирование, холодную, газовую или лучевую стерилизацию.

2.8. Должны быть совместимы скупаемыми рукоятками (с системами стандарта DIN EN ISO 7376).

ЛОТ №6 и ЛОТ №7

**Клиники к ларингоскопу фиброоптическому прямые типа MILLER или аналог
ЛОТ №9 и ЛОТ №10**

**Клиники к ларингоскопу фиброоптическому изогнутые типа MACINTOSH или аналог
ЛОТ №12**

**Клиники к ларингоскопу фиброоптическому изогнутые с интегрированным световодом
типа MEGALIGHT Macintosh или аналог
ЛОТ №13**

**Клиники к ларингоскопу фиброоптическому изогнутые с суженным проксимальным клинком
типа TEPRO MACINTOSH или аналог
ЛОТ №15**

**Клиники к ларингоскопу фиброоптическому изогнутые, при соединении с рукояткой
образующие тупой угол типа POLIO MACINTOSH или аналог**

2.1. Должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

2.2. Должны быть предназначены для многократного использования.

2.3. Поверхность клинка должна быть матовая для предотвращения отражения светового луча.

2.4. Источник света – сменный световод. Интенсивность света не менее 4200 люкс / 2,5 В либо 12500 люкс / 3,5 В с допустимым отклонением +/-1500 люкс.

2.5. Должны выдерживать многократную обработку дезинфицирующими растворами, а также автоклазирование, холодную, газовую или лучевую стерилизацию (при температуре до 134°C).

2.6. Должны быть совместимы скупаемыми рукоятками (с системами стандарта DIN EN ISO 7376).

ЛОТ №14

**Клиники к ларингоскопу фиброоптическому изогнутые с возможностью изменять форму
дистальной части типа FLAPLIGHT или аналог**

2.1. Должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

2.2. Должны быть предназначены для многократного использования.

2.3. Поверхность клинка должна быть матовая для предотвращения отражения светового луча.

2.4. Наличие подвижного наконечника клинка для облегчения подъема надгортанника и обеспечения хорошей видимости во время процесса интубации.

2.5. Возможность поворачиваться на угол до 60°.

2.6. Должны иметь сменный или интегрированный световод (минимум 5500 отдельных волокон), с интенсивностью света не менее 4200 люкс / 2,5 В и не менее 12500 люкс / 3,5 В.

2.7. Должны выдерживать многократную обработку дезинфицирующими растворами, а также автоклазирование, холодную, газовую или лучевую стерилизацию (при температуре до 134°C).

2.8. Должны быть совместимы скупаемыми рукоятками (с системами стандарта DIN EN ISO 7376).

ЛОТ №16 Рукоятки к ларингоскопу традиционному	
2.1. Должна быть изготовлена из высококачественного сплава. 2.2. Наличие возможности использовать батарейки либо аккумуляторные батареи, заряжаемые в зарядном устройстве. 2.3. Должны выдерживать многократную обработку дезинфицирующими растворами и стерилизацию. 2.4. Должны быть полностью совместимы скупаемыми клинками традиционного (со стандартным светом) стандарта DIN EN ISO 7376.	
ЛОТ №17, ЛОТ №18 и ЛОТ №19 Рукоятки к ларингоскопу фиброоптическому	
2.1. Должна быть изготовлена из высококачественного сплава. 2.2. Наличие возможности использовать батарейки либо аккумуляторные батареи, заряжаемые в зарядном устройстве. 2.3. Должны выдерживать многократную обработку дезинфицирующими растворами и стерилизацию. 2.4. Должны быть полностью совместимы скупаемыми клинками фиброоптического стандарта DIN EN ISO 7376.	
ЛОТ №21 Зарядное устройство к ларингоскопам	
2.1. Должен распознавать тип аккумуляторов и их состояние зарядки, индивидуально определять требуемую величину зарядки. 2.2. Наличие возможности заряжать две рукоятки одновременно. 2.3. Наличие индикатора состояния зарядки. 2.4. Емкость заряда минимум 250 mAh, максимум 4500 mAh. 2.5. Наличие не менее двух адаптеров для малых рукояток (тип AA). 2.6. Должна быть полностью совместима скупаемыми рукоятками стандарта DIN EN ISO 7376.	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.