

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Многопараметрический клеточный анализатор для проведения цитометрических исследований.	шт	1

2. Технические требования:

2.1. Наличие монохроматора с возможностью постановки широкого круга тестов с использованием адсорбции и флуоресценции. Адсорбция: 230 nm – 1000 nm, флуоресценция – excitation: 230 nm - 850 nm, emission: 280 nm - 850 nm.

2.2. Возможность длительного инкубирования клеток (обеспечена подача газовой смеси и поддержание температуры в диапазоне от не менее +5 °C до не менее +42°C); поддержание в приборе совместно со стандартным 96-луночным планшетом пассивного поддержания уровня относительной влажности не ниже 95% непосредственно вокруг планшета с образцами в течение всего времени инкубации клеточных культур.

2.3. Наличие источника бесперебойного питания. Наличие компьютера и принтера в комплекте.

2.4. Наличие встроенного в измерительную камеру автоматического роботизированного манипулятора для бесконтактного снятия и установки крышки планшета непосредственно внутри прибора в процессе выполнения протокола измерения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.