

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.	Камера дезинфекционная (паровоздушный метод дезинфекции)	комплект	1
1.1.	Дополнительное оборудование и аксессуары: - загрузочная/разгрузочная тележка	Штука	от 1

2. Технические требования

- 2.1. Камера дезинфекционная (паровоздушный метод дезинфекции) - проходного типа.
 - 2.2. Объем камеры от 1800 до 2500 л.
 - 2.3. Вместимость дезинфекционной камеры в дезинфекционных единицах от 5-и до 7-ми комплектов (1 комплект - подушка, матрас, одеяло)
 - 2.4. Напряжение сети, В - 380.
 - 2.5. Фазность 3Ф, нейтраль, «земля».
 - 2.6. Частота тока питающей сети, Гц – 50.
 - 2.7. Максимальная потребляемая мощность парогенератора не более 63,5 кВт.
 - 2.8. Максимальная потребляемая мощность электроники и вакуумного насоса аппарата не более 4,5 кВт.
 - 2.9. Габаритные размеры камеры: высота не более 3000 мм, не более ширина 2490±50мм, глубина не более 2860±50 мм.
 - 2.10. Максимально допустимая рабочая температура до 111 °С.
 - 2.11. Максимально допустимое рабочее избыточное давление 0.8 бар.
 - 2.12. Давление пара 0,5 бар.
 - 2.13. Сухая масса аппарата в сборе не более 2800 кг.
 - 2.14. Наличие встроенного термопринтера.
 - 2.15. Наличие парогенератора в комплекте обязательно.
 - 2.16. Тепловыделение:
максимально допустимая температура в пространстве над аппаратом 50° С;
в грязную зону не более 5200 Вт;
в чистую зону не более 500 Вт.
 - 2.17. Парогенератор в камере – наличие.
 - 2.18. Управление – автоматическое с возможностью установки необходимой температуры обработки и времени обработки с шагом 5 минут.
 - 2.19. Камера должна быть оснащена дисплеем, контрольно-измерительными приборами и датчиками контроля температуры и давления.
3. Требования, предъявляемые к сроку годности и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента инсталляции.