

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Лот № 1 Транспортная каталка с гидроприводом и ограничительными бортами

1.Состав (комплектация) оборудования

№	Наименование лота	Единица измерения	Количество
1.	Транспортная каталка с гидроприводом и ограничительными бортами	Штук	1

2.Технические требования

№ п/п	Наименование характеристики	Параметры
2.1	Каталка медицинская для перевозки пациентов, со складывающимися боковыми ограждениями, регулировка каталки по высоте осуществляется при помощи гидравлического ножного домкрата (или другого механизма).	Не менее 2-х складывающихся бортов, ножной гидропривод – 1 шт.
2.2.	Габаритные размеры каталки, мм	Не более: длина 2075мм., ширина 700мм., высота до 2020 мм. (с учётом регулировки по высоте).
2.3.	Максимально безопасная рабочая нагрузка	до 170 кг.
2.4.	Наличие колёс (с тормозом), диаметр колес, мм	Не менее 4-х, диаметр – не менее 150 мм., тормозное устройство для колес – не менее чем у 2-х колёс.
2.5.	Материал основания каталки, каркаса лежа	Металлический
2.6.	Максимальный угол подъема спинки	до 70° (механизм любой)
2.7.	Наличие предохранительных бамперов (бортов)	Обязательно
2.8.	Привод подъема панели каталки	Ножной гидравлический
2.9.	Наличие съёмного матраца с наматрацником, устойчивого к регулярной обработке химическими дезинфицирующими средствами.	1 шт., материал матраца пенополиуретан (или аналог), материал наматрачника винилискожа, экокожа (или аналоги)
2.10	Габаритные размеры матраца, мм	Не менее: длина 1870 мм., ширина 600 мм., высота 50 мм.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора, но не менее 12 месяцев.

4.Требования о наличии технической документации и иной информации:

-
- 4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ; для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»;
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.
-

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Лот № 2 Транспортная каталка с ограничительными бортами

1.Состав (комплектация) оборудования

№	Наименование лота	Единица измерения	Количество
1.1	Транспортная каталка с ограничительными бортами	Штук	5

2.Технические требования

№ п/п	Наименование характеристики	Параметры
2.1	Каталка медицинская для перевозки пациентов, со складывающимися боковыми ограждениями	Не менее 2-х складывающихся бортов.
2.2.	Габаритные размеры каталки, мм	Не более: длина 2075мм., ширина 700мм., высота 950
2.3.	Максимально безопасная рабочая нагрузка	до 170 кг.
2.4.	Наличие колёс (с тормозом), диаметр колес, мм	Не менее 4-х, диаметр – не менее 150 мм., тормозное устройство для колес – не менее чем у 2-х колёс.
2.5.	Материал основания каталки, каркаса ложа	Металлический
2.6.	Максимальный угол подъема спинки	до 70° (механизм любой)
2.7.	Наличие предохранительных бамперов (бортов)	Обязательно
2.8.	Наличие матраца с наматрацником (допустимо съёмный матрас или ложе), устойчивого к регулярной обработке химическими дезинфицирующими средствами.	1 шт., материал матраца пенополиуретан (или аналог), материал наматрачника винилискожа, экокожа (или аналоги)
2.9.	Габаритные размеры матраца, мм	Не менее: длина 1870 мм., ширина 600 мм., высота 50 мм.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора, но не менее 12 месяцев.

4.Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ; для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.