

**Описание потребительских, функциональных, технических,  
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  
предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| №<br>п/п | Наименование                                                                         | Ед.<br>измерения | Кол-во |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1.       | Однопросветная игла для пункций и забора<br>ооцитов используемая с вакуумным насосом | штук             | 1250   |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,  
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О  
государственных закупках товаров (работ, услуг)”: 2. Показатели  
(характеристики) предмета закупки:**

2.1. Материал изготовления - нержавеющая сталь

2.2 Диаметр иглы 18G-19G, длина иглы 33-45 см.

2.3. Тройная заточка эхогенного кончика иглы, обеспечивающая минимизацию травмирования тканей и точное позиционирование под контролем УЗИ.

2.4. Игла должна иметь аспирационную трубку не менее 90 см на одном конце присоединяющийся к игле, а на другом заканчивающейся ограничителем для присоединения шприца для промывания фолликулов.

2.5. Стерильная.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):**

3.1. Срок годности, стерильности: не менее 50% от установленного изготовителем на момент поставки.

**Описание потребительских, функциональных, технических,  
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  
предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| №<br>п/п | Наименование                                      | Ед.<br>измерения | Кол-во |
|----------|---------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1.       | Катетер для переноса эмбриона<br>двухкомпонентный | штук             | 1250   |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:**

2.1. Катетер для переноса эмбриона двухкомпонентный - должен состоять из катетера для переноса эмбрионов и проводникового катетера.

2.2. Проводниковый катетер длиной - не менее 18 см должен иметь шарообразный закругленный кончик, регулируемый ограничитель введения и сантиметровую градуировку для контроля глубины введения.

2.3. Катетер для переноса эмбрионов с диаметром 2,5 – 4,0 Fr, длиной не менее 22 см должен иметь экзогенные маркеры и указатели направления на рукоятке, обеспечивающие точное позиционирование, а также сантиметровую градуировку для контроля глубины введения и минимизации травматизма.

2.4. Стерильный.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):**

3.1. Срок годности, стерильности: не менее 50% от установленного изготовителем на момент поставки.

БелМТ №062/26

лот 3

**Описание потребительских, функциональных, технических,  
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  
предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| №<br>п/п | Наименование                                                                 | Ед.<br>измерения | Кол-во |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1.       | Одноразовый проводник (насадка) для<br>аспирационной иглы для забора ооцитов | штук             | 900    |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:**

- 2.1. Стерильный, в индивидуальной упаковке.
- 2.2. Материал изготовления крепления - пластмасса.
- 2.3. Совместим с иглами диаметром 16-18 G
- 2.4. Совместим с вагинальным УЗИ датчиком с маркировкой « V 11-3E»  
УЗИ-аппарата «Mindray DC 70», может иметь маркировку «GTK 141» или ее аналоги

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):**

- 3.1. Срок годности, стерильности: не менее 50% от установленного изготовителем на момент поставки.

**Описание потребительских, функциональных, технических,  
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  
предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| №<br>п/п | Наименование                                                              | Ед.<br>измерения | Кол-во |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1.       | Одноразовый проводник (насадка) для аспирационной иглы для забора ооцитов | штук             | 250    |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:**

- 2.1. Стерильный, в индивидуальной упаковке.
- 2.2. Материал изготовления крепления - пластмасса.
- 2.3. Совместим с иглами диаметром 16-18 G
- 2.4. Совместим с вагинальным УЗИ датчиком с маркировкой «Е 8 CS» УЗИ-аппарата «Logic P 9», может иметь маркировку «GTK 09» или ее аналоги.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):**

- 3.1. Срок годности, стерильности: не менее 50% от установленного изготовителем на момент поставки.

**Описание потребительских, функциональных, технических,  
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  
предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| №<br>п/п | Наименование                                                              | Ед.<br>измерения | Кол-во |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1.       | Одноразовый проводник (насадка) для аспирационной иглы для забора ооцитов | штук             | 100    |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:**

- 2.1. Стерильный, в индивидуальной упаковке.
- 2.2. Материал изготовления крепления - пластмасса.
- 2.3. Совместим с иглами диаметром 16-18 G
- 2.4. Совместим с вагинальным УЗИ датчиком с маркировкой «D6C1 2L» УЗИ-аппарата «CHISON», может иметь маркировку «GTK 122» или ее аналоги.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):**

- 3.1. Срок годности, стерильности: не менее 50% от установленного изготовителем на момент поставки.

БелМТ №062/26

лот 6

**Описание потребительских, функциональных, технических,  
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  
предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| №<br>п/п | Наименование                           | Ед.<br>измерения | Кол-во |
|----------|----------------------------------------|------------------|--------|
| 1.       | Одноразовая вакуумная линия с фильтром | штук             | 1250   |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:**

- 2.1. Стерильная, в индивидуальной упаковке.
- 2.2. Длина трубки не менее 1,5 м.
- 2.3. Наличие гидрофобного фильтра.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):**

- 3.1. Срок годности, стерильности: не менее 50% от установленного изготовителем на момент поставки.

БелМТ №062/26

лот 7

**Описание потребительских, функциональных, технических,  
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  
предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| №<br>п/п | Наименование      | Ед.<br>измерения | Кол-во |
|----------|-------------------|------------------|--------|
| 1.       | Игла холдинговая  | штук             | 650    |
| 2.       | Игла инъекционная | штук             | 650    |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:**

**2.1. Игла холдинговая.**

2.1.1. Угол 30°.

2.1.2. Внутренний диаметр 15-20 мкм, внешний диаметр 85-120 мкм.

**2.2. Игла инъекционная.**

2.2.1. Угол 30°.

2.2.2. Внутренний диаметр 4,3-5,0 мкм.

2.2.3. Наличие спайка (шипа).

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):**

3.1. Срок годности, стерильности: не менее 50% от установленного изготовителем на момент поставки.