

**Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий**

Лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п.п	Наименование	Кол-во штук
1.1	Установка для обеззараживания	1
1.2	Поддон	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование характеристики	Параметры
2.1	Объём рабочей камеры, л	До 100
2.2	Материал водопаровой камеры	Нержавеющая сталь
2.3	Давление пара в камере, МПа, не более	0, 23
2.4	Режимов обеззараживания	Не менее 3
2.5	Температурные режимы, °С	120-132 ± 2
2.6	Максимальная мощность, кВт,	10
2.7	Электропитание, В	220 ± 10%
2.8	Внешние размеры установки (Д×Ш×В), мм, не более	1000x1000x1500
2.9	Масса установки, кг, не более	150