

Приложение

к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Катетер коронарный для внутрисосудистой литотрипсии однократного применения совместимый с генератором для внутрисосудистой литотрипсии «ТомHawk™ модель MPG-1000» следующих размеров:	Шт.	29
1.1	2,25х20,0мм	шт	2
1.2	2,5х12,0мм	шт	3
1.3	2,5х20,0мм	шт	3
1.4	2,75х12,0мм	шт	2
1.5	2,75х20,0мм	шт	3
1.6	3,0х12,0мм	шт	4
1.7	3,0х20,0мм	шт	4
1.8	3,25х12,0мм	шт	4
1.9	3,5х20,0мм	шт	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Технические характеристики катетеров:

1. Рабочая длина активной зоны, мм 12мм или 20 мм

2. Максимальное число импульсов, шт 100
3. Диаметр совместимого проводника, дюйм 0.014
4. Совместимый направляющий катетер 6F
5. Рабочая длина катетера, см 145
6. Поперечный профиль катетера, дюйм 0.031
7. Конструкция баллона (количество слоев, использование композитных материалов) трехслойная, с использованием композитных материалов.
8. Номинальное давление, атм 6
9. Максимальное давление разрыва, атм 16
10. совместимый с генератором для внутрисосудистой литотрипсии «TomaHawk™ модель MPG-1000»