

*Приложение 1
к заявке на закупку
стерилизатора парового*

**Технические характеристики
(описание) медицинской техники**

1. Состав (комплектация) медицинской техники:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Стерилизатор паровой	шт.	1
2.	Корзина загрузочная (кассета, бикс)	шт.	Не менее 2

2. Технические требования:

№ п/п	Параметр	Описание
2.1	Рабочий объем камеры	не менее 60л, не более 80л
2.2	Материал внутренней камеры	нержавеющая сталь
2.3	Управление	автоматическое
2.4	Загрузка	горизонтальная/вертикальная
2.5	Обрабатываемые материалы	изделия медицинского назначения из твердых материалов (хирургические инструменты из металла), полые и пористые материалы (металл, резина, текстиль, перевязочный материал)
2.6	Режимы стерилизации:	121 °С – 45мин 132 °С - 20мин. 134 °С - 5мин. возможность программирования параметров цикла стерилизации от 100 °С до 134 °С, от 1мин до 180мин;
2.7	Время нагрева стерилизатора	не более 60мин
2.8	Габариты	наружные не более 750*700*300мм внутренние не менее 400*600мм