

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBVY2X УНП 400052327

На № 29.06.2026 № 4-17/253
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на *«Инструменты гинекологические»* (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, преискуронт и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **02.07.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот № 1 Трубка оптическая

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Трубка оптическая	шт	1

2. Технические требования:

- 2.1. материал наглазника-медицинский пластик;
- 2.2. жесткая трубка;
- 2.3. длина рабочая 300-302мм;
- 2.4. диаметр 4 мм;
- 2.5. направление обзора 30°
- 2.6. адаптер для световода фирмы Нора САММ в комплекте;
- 2.7. автоклавируемая.

Лот № 2 Трубка оптическая

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
2	Трубка оптическая	шт	1

2. Технические требования:

- 2.1. 4мм, 30 °
- 2.2. оптическая система – линзовая, высокоточная

Лот № 3 Рабочий элемент

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
3	Рабочий элемент	шт	1

2. Технические требования:

- 2.1. вставка резектоскопа
- 2.2. пассивный
- 2.3. совместимость с гистероскопом производства Nopa instruments Medizintechnik GmbH, ГЕРМАНИЯ

Лот № 4 Электрод-парус для конизации малый

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
4	Электрод-парус для конизации малый	шт	5

2. Технические требования:

- 2.1. длина 115-117 мм
- 2.2. треугольный петлевой электрод 10-12 x 25-27 мм
- 2.3. диаметр рукоятки 4 мм
- 2.4. совместимость с АППАРАТОМ электрохирургическим высокочастотным ЭХВЧ-350-«ФОТЕК»

Лот № 5 Электрод-парус для конизации средний

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
5	Электрод-парус для конизации средний	шт	2

2. Технические требования:

2.1. длина 115-117 мм

2.2. треугольный петлевой электрод 15-17 x 25-27 мм

2.3. диаметр рукоятки 4 мм

2.4. совместимость с АППАРАТОМ электрохирургическим высокочастотным ЭХВЧ-350-«ФОТЕК»

Лот № 6 Зажим анатомический с кремальерой

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
6	Зажим анатомический с кремальерой	шт	1

2. Технические требования:

2.1. длина изделия 320-350 мм

2.2. диаметр бранши 5 мм

2.3. длина бранши 14,5 мм

2.4. совместимость с аппаратом электрохирургическим высокочастотным ЭХВЧ-350-«ФОТЕК» или с аппаратом электрохирургическим SPECTRUM EMED или с лапароскопическими инструментами и оборудованием производства «Lawton Medizintechnik GmbH», Германия

Лот № 7 Зажим универсальный с кремальерой

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
7	Зажим универсальный с кремальерой	шт	1

2. Технические требования:

2.1. длина изделия 320-350 мм

2.2. диаметр бранши 5 мм

2.3. длина бранши 14 мм

2.4. совместимость с аппаратом электрохирургическим высокочастотным ЭХВЧ-350-«ФОТЕК» или с аппаратом электрохирургическим SPECTRUM EMED или с лапароскопическими инструментами и оборудованием производства «Lawton Medizintechnik GmbH», Германия

Лот № 8 Зажим окончатый с кремальерой

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
8	Зажим окончатый с кремальерой	шт	1

2. Технические требования:

2.1. длина изделия 320-350 мм

2.2. диаметр бранши 5 мм

2.3. длина бранши 13 мм

2.4. совместимость с аппаратом электрохирургическим высокочастотным ЭХВЧ-350-«ФОТЕК» или с аппаратом электрохирургическим SPECTRUM EMED или с лапароскопическими инструментами и оборудованием производства «Lawton Medizintechnik GmbH», Германия

Лот № 9 Зажим кишечный с кремальерой двухбраншевый

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
9	Зажим кишечный с кремальерой двухбраншевый	шт	1

2. Технические требования:

2.1. длина изделия 320-350 мм

2.2. диаметр браншей 5 мм

2.3. длина браншей 13-15 мм

2.3. совместимость с аппаратом электрохирургическим высокочастотным ЭХВЧ-350-«ФОТЕК» или с аппаратом электрохирургическим SPECTRUM EMED или с лапароскопическими инструментами и оборудованием производства «Lawton Medizintechnik GmbH», Германия

Лот № 10 Зажим окончательный с кремальерой удлиненный

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
10	Зажим окончательный с кремальерой удлиненный	шт	1

2. Технические требования:

2.1. длина изделия 320-350 мм

2.2. диаметр бранши 5 мм

2.3. длина бранши 13-15 мм

2.4. совместимость с аппаратом электрохирургическим высокочастотным ЭХВЧ-350-«ФОТЕК» или с аппаратом электрохирургическим SPECTRUM EMED или с лапароскопическими инструментами и оборудованием производства «Lawton Medizintechnik GmbH», Германия

Лот № 11 Зажим Микулича с кремальерой

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
11	Зажим Микулича с кремальерой	шт	20

2. Технические требования:

2.1. изогнутый

2.2. длина 190-210мм

2.3. изготовлен из нержавеющей стали или титана

2.4. не должен подвергаться коррозии

Лот № 12 Щипцы маточные полипные с кремальерой

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
12	Щипцы маточные полипные с кремальерой	шт	8

2. Технические требования:

2.1. прямые

2.2. длина 240-250 мм

2.3. изготовлен из нержавеющей стали или титана

2.4. не должен подвергаться коррозии

Лот № 13 Кабель высокочастотный монополярный

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
13	Кабель высокочастотный монополярный	шт	3

2. Технические требования:

- 2.1. кабель монополярный высокочастотный многоразовый для гистерорезектоскопа
- 2.2. длина 2,5-3 м
- 2.3. совместимый с имеющимися в наличии гистерорезектоскопом производства Nopa, Lawton
- 2.4. разъемы со стороны высокочастотного блока, совместимые с электрохирургическим аппаратом EMED TS350

Лот № 14 Экстрактор для удаления внутриматочной спирали

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
14	Экстрактор для удаления внутриматочной спирали	шт	2

2. Технические требования:

- 2.1. стержень из нержавеющей стали
- 2.2. рабочая часть изогнута
- 2.3. длина 290-300 мм
- 2.4. диаметр не более 2 мм
- 2.5. многоразовый

Лот № 15 Электрод монополярный петлевой

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
15	Электрод монополярный петлевой	шт	3

2. Технические требования:

- 2.1. диаметр 4-6 мм
- 2.2. проволочный
- 2.3. длина 90-150 мм
- 2.4. совместим с ручкой электрода 4 мм
- 2.5. многоразового использования

Лот № 16 Электрод монополярный петлевой

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
16	Электрод монополярный петлевой	шт	3

2. Технические требования:

- 2.1. диаметр 9-11 мм
- 2.2. проволочный
- 2.3. длина 90-150 мм
- 2.4. совместим с ручкой электрода 4 мм
- 2.5. многоразового использования

Лот № 17 Набор трубок силиконовых для помпы гинекологической

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
17	Набор трубок силиконовых для помпы гинекологической	шт	12

2. Технические требования:

- 2.1. материал трубки: силикон
- 2.2. защита мембран
- 2.3. трубки с разъемом для подключения емкости с промывочной жидкостью
- 2.4. сегмент помпы
- 2.5. фиксатор трубки
- 2.6. оконный измеритель давления
- 2.7. Трубка с Luer-Lock коннектором для подключения к инструменту
- 2.8. многоразовый
- 2.9. совместимость с имеющейся в наличии в учреждении помпой гинекологической (производства Nora instruments HYSTEROSCOPY PUMP XU 170/00 Германия)

Лот № 18 Щипцы для удаления плодного яйца (абортцанги)

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
18	Щипцы для удаления плодного яйца (абортцанги)	шт	2

2. Технические требования:

- 2.1. щипцы из нержавеющей стали
- 2.2. рабочая часть: прямые окончатые овальные губки с поперечной насечкой
- 2.3. ширина губок не более 12 мм
- 2.4. длина 250-260 мм
- 2.5. наличие кремальеры для фиксации в заданном положении
- 2.6. многоразовый

Лот № 19 Щипцы для удаления плодного яйца (абортцанги)

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
19	Щипцы для удаления плодного яйца (абортцанги)	шт	6

2. Технические требования:

- 2.1. щипцы из нержавеющей стали
- 2.2. рабочая часть: прямые окончатые овальные губки с поперечной насечкой
- 2.3. ширина губок не более 14 мм
- 2.4. длина 250-260 мм
- 2.5. наличие кремальеры для фиксации в заданном положении
- 2.6. многоразовый

Лот № 20 Игла для пункции заднего свода влагалища

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
20	Игла для пункции заднего свода влагалища	шт	2

2. Технические требования:

- 2.1. полый стержень из медицинской нержавеющей стали
- 2.2. длина не менее 137,5 мм
- 2.3. диаметр 1,2 мм
- 2.4. многоразовая
- 2.5. совместима с одноразовым шприцом типа «Луер»

Лот № 21 Кюретка гинекологическая для выскабливания слизистой матки острая № 2

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
21	Кюретка гинекологическая для выскабливания слизистой матки острая № 2	шт	3

2. Технические требования:

- 2.1. материал нержавеющей сталь
- 2.2. вид: односторонняя, рабочая часть острая
- 2.3. рабочая часть выполнена в форме «петли»
- 2.4. размер рабочей части: 12-13,5 мм
- 2.5. длина 300-305 мм
- 2.6. тип: многоразовая

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.