

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку тепловизор (типа DT-984 или аналог)

1. Количество: 1 шт.

2. Технические, функциональные и эксплуатационные характеристики:

| № п/п | Наименование параметра | Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Параметры |
|-------|--|--|--------------------|
| 1. | Технические функциональные и эксплуатационные характеристики | Размер матрицы видеопреобразователя | не менее 80×80 dpi |
| | | Поле обзора | не менее 21°×21° |
| | | Дисплей | наличие |
| | | Функция записи и хранения термографических изображений в памяти | наличие |
| | | Температурная чувствительность | <0,1°С |
| | | Спектральный диапазон | 8–14 мкм |
| | | Температурный диапазон объекта | –20°С до +550°С |
| | | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры | ±2,0°С |
| | | Индикация температур горячей, холодной и средней точек | наличие |
| | | Интерфейс передачи данных на ЭВМ с операционной системой Microsoft Windows | USB |
| | | Питание | аккумулятор |
| | | Время работы от аккумулятора | не менее 4 ч |

3. Условия поставки товара:

3.1. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.

3.2. В комплект поставки должны входить: документация по гарантийному обслуживанию, технологическая документация на оборудование, инструкция по эксплуатации (паспорт) на русском языке; необходимые для эксплуатации соединительные кабели и кабели питания, зарядное устройство.

3.3. Документация по гарантийному обслуживанию должна содержать: сведения об условиях гарантии, порядок и сроки осуществления гарантийного ремонта и обслуживания.

4. Гарантийные обязательства: гарантия не менее 12 месяцев.