

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Расходные материалы к аппарату Surgitron
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий ⁶:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1	1.1. Наконечник для электродов к аппарату Surgitron	шт	1
	1.2. Электрод для конизации шейки матки (парус) к аппарату Surgitron	шт	6
	1.3. Электрод для конизации шейки матки к аппарату Surgitron	шт	2
	1.4. Электроды петлевые к аппарату Surgitron	шт	6

2. Технические требования ⁷:

- 1.1. многоразовый, стерилизуемый, совместимость с аппаратом Surgitron.
1.2. длина не менее 10 см, многоразовые, стерилизуемые совместимость с аппаратом Surgitron.
1.3. длина не менее 10 см, многоразовые, стерилизуемые совместимость с аппаратом Surgitron.
1.4: 1.4.1. Круг с размером петли не менее 5 мм, с диаметром рабочей проволоки не менее 0,3 мм, прямой, многоразовый, стерилизуемый совместимость с аппаратом Surgitron – 2 шт
1.4.2. Овал с размером петли не менее 7 мм, с диаметром рабочей проволоки не менее 0,3 мм, прямой, многоразовый, стерилизуемый совместимость с аппаратом Surgitron – 1 шт
1.4.3. Круг с размером петли не менее 5 мм, с диаметром рабочей проволоки не менее 0,2 мм, прямой, многоразовый, стерилизуемый совместимость с аппаратом Surgitron – 1 шт
1.4.4. Треугольный с размером петли не менее 6,35 мм, с диаметром рабочей проволоки не менее 0,2 мм, прямой, многоразовый, стерилизуемый совместимость с аппаратом Surgitron – 1 шт
1.4.5. Ромб с размером петли не менее 4,76 мм, с диаметром рабочей проволоки не менее 0,2 мм, прямой, многоразовый, стерилизуемый совместимость с аппаратом Surgitron – 1 шт.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. ⁸
4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Конхотомы овальные
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий ⁶:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
3	1.1 Конхотом овальный №1	шт	2
	1.2 Конхотом овальный №2	шт	5

2. Технические требования ⁷:

- 1.1. Конструктивно должен представлять собой кусачки с овальными отверстиями на концах рабочей поверхности с наличием кольцеобразных упор.
 - 1.1.2. Состав: нержавеющая медицинская сталь высокого качества. Упаковка- индивидуальная.
 - 1.1.3. Рабочие части конхотома должны быть выполнены в виде ложек овальной формы, которые захватывают и перекусывают необходимый участок тканей.
 - 1.1.4. Нижняя губка конхотома стабильна, верхняя подвижная и ее края должны быть заострены.
 - 1.1.5. Длина рабочей части, мм: 199+-1 мм, ширина рабочей части, мм: 3,0*6,0 +-0,01 мм.
 - 1.2. Конструктивно должен представлять собой кусачки с овальными отверстиями на концах рабочей поверхности с наличием кольцеобразных упор.
 - 1.2.1. Состав: нержавеющая медицинская сталь высокого качества. Упаковка- индивидуальная.
 - 1.2.2. Рабочие части конхотома должны быть выполнены в виде ложек овальной формы, которые захватывают и перекусывают необходимый участок тканей.
 - 1.2.3. Нижняя губка конхотома должна быть стабильна, верхняя подвижная и ее края заострены.
 - 1.2.4. Длина рабочей части, мм: 190+-1 мм, ширина рабочей части, мм: 4,3*6,5 +-0,01 мм
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. ⁸
4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.