

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

ЛОТ 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1	Сменная одноразовая кассета к аппарату Endo Stitch	шт	24
2	Сменная одноразовая кассета к аппарату Endo Stitch	шт	24

2

2. Технические требования:

2.1.

2.1.1. Заряжена нитью типа «Полисорб» или аналогичной с иглой

2.1.2. Длина нити не менее 120 см

2.1.3. Толщина нити 0

2.1.4. Совместима с имеющимся инструментом Endo Stitch.

2.1.5. Стерильная упаковка в течении срока годности

2.2

2.2.1. Заряжена нитью типа «Полисорб» или аналогичной с иглой

2.2.2. Длина нити не менее 120 см

2.2.3. Толщина нити 2-0

2.2.4. Совместима с имеющимся инструментом Endo Stitch.

2.2.5. Стерильная упаковка в течении срока годности

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

ЛОТ 2

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Сменная одноразовая кассета к аппарату Endo Stitch	шт	48
2	Сменная одноразовая кассета к аппарату Endo Stitch	шт	48

2. Технические требования:

2.1.

2.1.1. Заряжена нитью типа «Сурджидак» или аналогичной с иглой

2.1.2 Длина нити не менее 18 см

2.1.3. Толщина нити 0

2.1.4. Совместима с имеющимся инструментом Endo Stitch.

2.1.5. Стерильная упаковка в течении срока годности

2.2

2.2.1. Заряжена нитью типа «Сурджидак» или аналогичной с иглой

2.2.2 Длина нити не менее 18 см

2.2.3. Толщина нити 2-0

2.2.4. Совместима с имеющимся инструментом Endo Stitch.

2.2.5. Стерильная упаковка в течении срока годности

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.