

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

ЛОТ 3 ЛОТ 1--

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1	Эндоскопический герниостеплер	шт	54

2. Технические требования:

- 2.1. Одноразовый эндоскопический инструмент диаметром 5 мм
- 2.2. каждый гарниостеплер заряженный 30 $\pm$ 5 скрепками., форма скрепки спиралевидная,
- 2.3. материал скрепок – титан,
- 2.4. диаметр спирали скрепки 4 $\pm$ 0,5 мм,
- 2.5. высота ножки 3,8 $\pm$ 0,5 мм,
- 2.6. длина инструмента 35,5 $\pm$ 1 см

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.