

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

ЛОТ 4 ~~ЛОТ №1~~ Расходные материалы к лазерному хирургическому устройству

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Расходные материалы к лазерному хирургическому устройству в составе: 1.игла инъекционная 2.интродьюсер 3.магистраль для автоматизированной подачи раствора 4.светопроводящей жила	шт	70

2. Технические требования:

2.1 Размер 21G

2.2. Интродьюсер с гемостатическим клапаном

2.3. Магистраль для автоматизированной подачи раствора

2.4 светопроводящей жила:

2.4.1. длина не менее 2500мм,

2.4.2. диаметр 600 микром

2.4.3. тип оптического разъема для подключения к аппарату- SMA-905

2.4.4. полная совместимость расходных материалов с лазерным хирургическим устройством Медиола -Компакт MLDO1

2.5 Стерильность

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.