

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Макроиглодержатель по КОН или аналог	Шт.	2
3	Оптика HOPKINSII для резектоскопа или аналог	Шт.	3
4	Захватывающие щипцы CLIK line по DUVAL или аналог	Шт.	1
5	Захватывающие щипцы CLIK line по DUVAL или аналог	Шт.	1
6	Стекловолоконный световод	Шт.	5

2. Технические требования:

2.1.1 с твердосплавной вставкой;

2.1.2. рукоятка-пистолет с отключаемым фиксатором слева;

2.1.3. бранши загнутые влево

2.1.4 Длина 43 см.

2.1.5 Диаметр 5 мм.

2.1.6 Кат.№ 26178 KPL или аналог

2.2.1 Крупноформатная, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом.

2.2.2 Длина 30±1 см.

2.2.3. Угол обзора 12 градусов

2.2.4. Диаметр 4мм

2.3. Кат.№ 33532DU или аналог

2.4.1 Окончатые

2.4.2. кат.№ 33422C или аналог

2.5.1 Кат. № 495 NCS или аналог

2.5.2. Диаметр сечения световода: 4,8 мм

2.5.3. Длина 300 мм±5мм

2.5.4. Термостойкий материал световода

2.5.5. С прямым соединителем

2.6. Совместимость с лапароскопической стойкой и(или) инструментами KARL STORZ;

2.7. инструмент может быть доукомплектован дополнительными элементами, необходимыми для полноценной работы

2.8. Инструменты должны быть многоразового использования, подвергаться многочисленным циклам газовой и химической стерилизации или автоклавированию.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.