

Приложение 1

БелМТ №428/26

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Малая рентгенозащитная ширма

1. Состав (спецификация) закупаемых медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Количество, ед. измерения
1.1	Ширма рентгенозащитная малая	2 шт.

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1	Габаритные размеры ширмы, мм	Не менее 1040 (Д) x 600 (Ш) x 851-1225 (В)
2.2	Размеры защитного экрана, мм	Не менее 1000 (Д) x 800 (В) x 40 (Т)
2.3	Защитный материал ширмы	Свинцовый лист марки С1 (Pb не менее – 1,0 мм)
2.4	Материал облицовки ширмы	ДВП (толщиной 4,0 мм) и пластик HPL (толщиной 1,0 мм)
2.5	Особенности конструкции	
2.5.1	Колесные опоры	4 (четыре) колесные опоры со стоповыми фиксаторами
2.5.2	Возможность изменения высоты изделия	наличие
2.6	Свинцовый эквивалент ширмы	Свинцовый эквивалент (Pb мм) $\geq 1,0$ мм
2.7	Соответствие свинцового эквивалента рентгенозащитного материала заявленному (не менее)	$\geq 1,0$ мм

2.8	Сохранение прочности материала на протяжении срока эксплуатации	Наличие
2.9	Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими на территории Республики Беларусь санитарными правилами и нормами	Наличие

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1 Гарантийный срок всего комплекта оборудования в течение не менее 12 месяцев с момента введения в эксплуатацию.