

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBY2X УНП 400052327

На № 30.06.2026 № 4-17/254
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на «**Электроды для МРТ**» (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прецедент и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **02.07.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Изделия медицинского назначения для внутривенного введения контрастного вещества и физиологического солевого раствора при диагностических исследованиях методами МРТ. ЭКГ электроды для МРТ

1. Состав (комплектация) ИМН

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) ИМН	Количество
Лот №1 Электроды для МРТ	Основа. Адгезивный гель. Коннектор. Чувствительный элемент Ag/AgCl	1000 шт
Лот №2 Набор шприцевой REF: 8.10.189421 к инжектору или аналог	Пластиковые шприц-колбы с трубкой пациента.	1100 шт

2. Технические требования

Лот №1 Электроды для МРТ
1. Должен быть совместим с магнитно-резонансным томографом Umr680. 2. Одноразовые. 3. Твердый гель. 4. Диаметр 50мм. 5. Контактная поверхность: Ag/AgCl (серебро/хлорид серебра).
Лот № 2 Набор шприцевой REF: 8.10.189421 к инжектору или аналог
1. Должен быть совместим с к имеющемуся в учреждении инжектором sino MR I-AP

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

3.1. Согласно аукционным документам организатора закупки.