

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ №1: Реагенты, контрольные и расходные материалы для выполнения общего анализа крови в автоматическом режиме по 3 популяциям с функцией измерения СОЭ

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.1	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить гематологические исследования с дифференцировкой: по 3 популяциям, с функцией измерения СОЭ	пробы	12 000
1.2	Контрольный материал (не менее 3-х уровней) с функцией определения СОЭ	комплектов	На количество проб, указанных в п.1.1
1.3	Вспомогательные реагенты и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований	комплект	На количество проб, указанных в п.1.1
1.4	Источник бесперебойного питания в комплекте	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1*	Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1
2.2	К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества.
2.3	К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по п. 1 заявки на закупку.
2.4. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:	
2.4.1	Тип исследуемых образцов: капиллярная и венозная кровь
2.4.2	Функция автоматического флажирования патологических результатов
2.4.3	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную

	информационную систему
2.4.4	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов
2.4.5	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований
2.4.6	Порт для подключения внешних устройств
2.4.7	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)
2.4.8	Интерфейс на русском языке
2.4.9	Производительность не менее 60 проб в час

Примечание: не выполнение пунктов со знаком «*» ведет к отклонению предложения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки согласно аукционным документам

3.2. Гарантийный срок оборудования, предоставляемого в безвозмездное пользование – не менее 12 месяцев, согласно аукционным документам