

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»

Д.В.Зайцев

«_____» _____ 2026г.

Задание на закупку на квартал 2026 года

Реагентов и расходных материалов для автоматического анализатора гемостаза.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	223040 Минская область, Минский район, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 19Б/5
УНП	100805135
Адрес электронной почты	info@modkb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	www.modkb.by

1. Область применения: клиническая лабораторная диагностика

2. Сведения о государственной закупке

Лот № 1	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Реагенты и расходные материалы для автоматического анализатора гемостаза
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9 знаков) *	21.10.60.600
Объём (количество)	Согласно приложению 1
Предельная стоимость государственной закупки по лоту**	
Принцип формирования начальной цены электронного аукциона***	Наименьшая стоимость
Источник финансирования государственной закупки	Минский областной бюджет

3. Перечень изготовителей (для медицинской техники – с указанием моделей), продукция которых, по результатам изучения конъюнктуры рынка заказчиком, может быть предложена (допущена к торгам) в процедуре государственной закупки, проводимой по данной заявке: Instrumentation Laboratory Co., (США).

4. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определяемых для осуществления контактов с организатором:

Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий) Рейт И.Э., тел. рабочий 2651858.

Начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна тел. рабочий 265 39 40.

5.Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора:

Врач клинической лабораторной диагностики УЗ «МОДКБ» Будинская Жанна Николаевна, 265 18 58

Врач клинической лабораторной диагностики УЗ «МОДКБ» Вениковская Татьяна Николаевна, 265 17 48

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. измерения	Количество
1.1.	АЧТВ-СФ HemosIL/ аналог 1. Реагенты должны быть в жидкой форме и готовые к употреблению. 2. Набор должен содержать пропорциональное количество флаконов с АЧТВ и CaCl_2 . 3. Стабильность после вскрытия 2-8 °С не менее 30 дней. 4. Стабильность после вскрытия на борту 15 °С не менее 5 дней. 5. Реагент АЧТВ должен содержать синтетические фосфолипиды в сочетании с микрочастицами окиси кремния, в качестве активатора. 6. Повышенная чувствительность к уменьшенной концентрации контактных факторов, факторов внутреннего и общего пути, к гепарину, к антикоагулянтным эффектам гепарина. 7.Каждый реагент из набора должен быть разделен на несколько флаконов для удобства применения и более длительного хранения (на пример:5 флаконов по 9 мл).	уп.	5
1.2.	Рекомбипластин 2G (8мл) / аналог 1. Реагенты должны быть предназначены для определения протромбинового времени. 2. Выдача данных по количеству фибриногена. 3. Набор должен содержать рекомбинантный тромбопластин человека и синтетические фосфолипиды. 4. МИЧ (ISI) должен быть равен 1,00	уп.	7

	5. Стабильность после вскрытия 2-8 °С не менее 10 дней. 6. Стабильность после вскрытия до 25 °С не менее 5 дней. 7. Стабильность после вскрытия на борту 15 С не менее 4 дней. 8. Каждый реагент из набора должен быть разделен на несколько бутылочек для удобства применения и более длительного хранения (на пример: 5 флаконов по 8 мл).		
1.3.	Тромбиновое время HemosIL/ аналог 1. Стабильность после вскрытия 2-8С не менее 15 дней. 2. Стабильность после вскрытия на борту 15 °С не менее 24 часа. 3. Каждый реагент из набора должен быть разделен на несколько бутылочек для удобства применения и более длительного хранения (на пример: 4 флакона по 5 мл).	уп.	10
1.4.	D-Димер HS HemosIL/ аналог 1. Метод – высокочувствительный латексный иммуноанализ с использованием высокоспецифических моноклональных антител. 2. В набор должен входить калибратор не менее 2 мл. 3. Стабильность после вскрытия 2-8 °С не менее 1 месяца. 4. Стабильность после вскрытия при 15 °С не менее 4 дней 5. Диагностические диапазоны наборов до 69000 нг/мл 6. Предел обнаружения: 137 нг/мл 7. Валидированное значение Cut off 230 нг/мл 8. Отсутствие эффекта прозоны до 197000 нг/мл 9. Отсутствие влияния на результат наличия ревматоидного фактора в концентрации до 1400 Ед/мл. 10. Каждый реагент из набора должен быть разделен на несколько флаконов для удобства применения и более длительного хранения (на пример: 3 флакона по 2 мл).	уп.	3
1.5.	Cleaning agent / аналог	уп.	3
1.6.	Раствор моющий, HemosIL (Clean Solution TOP) / аналог	уп.	8
1.7.	Реагент для промывания, HemosIL (Rinse	уп.	20

	Solution) / аналог		
1.8.	Кюветы реакционные / аналог	уп.	6
1.9.	Контрольная плазма нормальная	Уп.	6
1.10	Калибровочная плазма	Уп	1
1.11	Factor diluent	Уп	1

2. Технические требования

2.1. * Предлагаемые расходные материалы, реагенты должны быть адаптированы и совместимы с автоматическим анализатором ACL TOP 350, производства Instrumentation Laboratory Co., (США) и иметь документальное подтверждение об адаптации.

2.2. * В случае предложения аналоговых реагентов, обязательно наличие адаптаций предлагаемых реагентов к вышеуказанному оборудованию с точным указанием наименований всех компонентов.

2.3. * В случае предложения аналоговых реагентов они должны сопровождаться адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку с указанием точных наименований всех компонентов и подтверждение изготовителя об адаптации. Адаптационные методики должны соответствовать приказу МЗ РБ от 18.02.2014 г. № 145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».

2.4.* Участник должен предоставить официальный документ от производителя продукции Instrumentation Laboratory Co. с указанием точного количества тестов, которое можно выполнить с 1 набора реагентов.

2.5. Участник должен предоставить копии (сканы) оригинальных регистрационных удостоверений, выданных МЗ РБ.

2.6. Участник должен гарантировать оказание Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и расходных материалов с предоставлением сертификата обучения от производителя.

2.7. Претендент должен взять на себя обязательства о возмещении ремонта коагулометра, в случае выхода его из строя по причине функциональной или технологической несовместимости предложенных реагентов с анализатором (заключение о причине поломки дает официальная сервисная служба, сертифицированная производителем анализатора Instrumentation Laboratory Co.).

3. Требования качества и срока годности (стерильности) товара.

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

*Обязательное для выполнения условие, невыполнение ведёт к отклонению предложения.

Разработчик технических характеристик:

Врач клинической
лабораторной диагностики

Малиновская В.И.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»

Д.В.Зайцев
" " 2026 г.

Заявка на закупку реагентов, калибраторов и контрольных материалов к автоматическому иммунобиохимическому
анализатору на квартал 2026 года

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	223040, Минский р-н, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 19Б/5
УНП	100805135
Адрес электронной почты	info@modkb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	www.modkb.by

1. Область применения: клиническая лабораторная диагностика

2. Сведения о государственной закупке:

Лот 2	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Реагенты, калибраторы и контрольные материалы для автоматического иммунобиохимического анализатора
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9 знаков) *	21.10.60.600
Объем (количество)	Согласно приложению 1
Предельная стоимость государственной закупки по лоту **	
Принцип формирования начальной цены электронного аукциона ***	Наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам

Источник финансирования государственной закупки	Минский областной бюджет
---	--------------------------

3.Перечень изготовителей (для медицинской техники – с указанием моделей), продукция которых, по результатам изучения конъюнктуры рынка заказчиком, может быть предложена (допущена к торгам) в процедуре государственной закупки, проводимой по данной заявке: Abbott Laboratories (США); Randox, Великобритания; Human, Германия.

4.Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:

Начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна тел. рабочий 265 39 40.

Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий) Рейт Ирина Эдуардовна тел. рабочий 265 18 58.

5. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора:

Состав экспертной комиссии будет определен после получения уведомления о необходимости создания экспертной комиссии для проведения экспертной оценки предложений участников.

6.Существенные условия договора государственной закупки:

6.1. Наличие документов, выданных изготовителем оборудования либо его уполномоченным представителем на территории Республики Беларусь, подтверждающих возможность потенциального поставщика осуществлять гарантийную замену некачественной продукции (в случае её поставки) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6.2. Предоставить гарантии оказания заказчику квалифицированной методической помощи при установке реагентов на борт анализатора для корректного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы (наличие сертификатов и иных документов, подтверждающих квалификацию, выданных поставщику производителем оборудования на оказание методической и технической помощи при возникновении проблем).

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Наборы реагентов для определения общего белка (большой набор)	Уп.	2
1.2	Наборы реагентов для определения альбумина (большой набор)	Уп.	1
1.3	Наборы реагентов для определения мочевины	Уп.	2
1.4	Наборы реагентов для определения аланинаминотрансферазы (без Р-5-Р);	Уп.	1

1.5	Наборы реагентов для определения аспартатаминотрансферазы (без P-5-P);	Уп.	1
1.6	Наборы реагентов для определения ферритина	Уп.	6
1.7	Наборы реагентов для определения мочевой кислоты	Уп	1
1.8	Наборы реагентов для определения щелочной фосфотазы (большой набор)	уп	1
1.9	Наборы реагентов для определения трансферрина	Уп	2
1.10	Наборы реагентов для определения амилазы	Уп	1
1.11	Наборы реагентов для определения креатинкиназы	Уп	2
1.12	Наборы реагентов для определения лактатдегидрогеназы	уп	2
1.13	Наборы реагентов для определения глюкозы	уп	2
1.14	Наборы реагентов для определения ГГТ	уп	2
1.15	Наборы реагентов для определения иммуноглобулина E (IgE)	Уп.	6
1.16	Наборы реагентов для определения общего кальция	уп	1
1.17	Наборы реагентов для определения магния	уп	1
1.18	Наборы реагентов для определения фосфора	уп	1
1.19	Наборы реагентов для определения железа	уп	2
1.20	Наборы реагентов для определения креатинина	уп	1
	Наборы реагентов для определения белка в моче, СМЖ	уп	1
1.21	Наборы реагентов для определения холестерина общего	уп	2
1.22	Наборы реагентов для определения ЛПВП	Уп	2
1.23	Наборы реагентов для определения ЛПНП	Уп	4
1.24	Наборы реагентов для определения триглицеридов	Уп	1
1.25	Наборы реагентов для определения ревматоидного фактора	Уп.	4
1.26	Наборы реагентов для определения билирубина прямого	Уп	3
1.27	Наборы реагентов для определения билирубина общего	уп	3
1.28	Наборы реагентов для определения СРБ	Уп	4
1.29	Наборы реагентов для определения антистрептолизина - О	Уп.	3
1.30	Наборы реагентов для определения гликированного гемоглобина	Уп.	1
1.31	Контроль гликированного гемоглобина	Уп.	1
	Калибратор гликированного гемоглобина	уп	1
1.32	Наборы реагентов для определения иммуноглобулина А	Уп.	2
1.33	Наборы реагентов для определения иммуноглобулина М	Уп.	2
1.34	Наборы реагентов для определения иммуноглобулина G	Уп.	2
1.35	Наборы реагентов для определения С3	Уп.	2
1.36	Наборы реагентов для определения С4	Уп.	2
1.37	Наборы реагентов для определения Т4св в сыворотке крови	Уп.	4
1.38	Наборы реагентов для определения ТТГ в сыворотке крови	Уп.	4

1.40	Наборы реагентов для определения кортизола	Уп.	2
1.41	Наборы реагентов для определения пролактина	Уп.	2
1.42	Наборы реагентов для определения инсулина	Уп.	2
1.43	Контроль инсулина	Уп	1
1.44	Калибратор инсулина	Уп	1
1.45	Наборы реагентов для определения цистатина С	Уп.	1
1.46	ICT Sample Diluent	уп	1
1.47	Контроль HBsAg	Уп.	1
1.48	Калибратор HBsAg	Уп.	1
1.49	Наборы реагентов для определения HBsAg	Уп.	6
1.50	Контроль Анти-HBc	Уп.	1
1.51	Калибратор Анти-HBc	Уп.	1
1.52	Наборы реагентов для определения Анти-HBc	Уп.	6

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1. Реагенты, калибраторы и контрольные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для работы к указанному анализатору с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».

2.2. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматических анализаторов **серии Architect**, производства Abbott Laboratories (США) без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических требований:

Врач клинической лабораторной диагностики

В.И. Малиновская

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»

Д.В. Зайцев
" " _____ 2026 г.

Заявка на закупку расходных материалов к автоматическому иммунобиохимическому анализатору
на квартал 2026 года

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	223040, Минский р-н, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 19Б/5
УНП	100805135
Адрес электронной почты	info@modkb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	www.modkb.by

1. Область применения: клиническая лабораторная диагностика

2. Сведения о государственной закупке:

Лот 3	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Расходные материалы для автоматического иммунобиохимического анализатора
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9 знаков) *	21.10.60.600
Объем (количество)	Согласно приложению 1
Предельная стоимость государственной закупки по лоту **	
Принцип формирования начальной цены электронного аукциона ***	Наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам

Источник финансирования государственной закупки

Минский областной бюджет

3.Перечень изготовителей (для медицинской техники – с указанием моделей), продукция которых, по результатам изучения конъюнктуры рынка заказчиком, может быть предложена (допущена к торгам) в процедуре государственной закупки, проводимой по данной заявке: Abbott Laboratories (США).

4.Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:

Начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна тел. рабочий 265 39 40.

Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий) Рейт Ирина Эдуардовна тел. рабочий 265 18 58.

5. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора:

Состав экспертной комиссии будет определен после получения уведомления о необходимости создания экспертной комиссии для проведения экспертной оценки предложений участников.

6.Существенные условия договора государственной закупки:

6.1. Наличие документов, выданных изготовителем оборудования либо его уполномоченным представителем на территории Республики Беларусь, подтверждающих возможность потенциального поставщика осуществлять гарантийную замену некачественной продукции (в случае её поставки) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6.2. Предоставить гарантии оказания заказчику квалифицированной методической помощи при установке расходных материалов на борт анализатора для корректного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы (наличие сертификатов и иных документов, подтверждающих квалификацию, выданных поставщику производителем оборудования на оказание методической и технической помощи при возникновении проблем).

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Раствор кислотный промывающий / Acid Wash	Уп.	3
1.2	Раствор щелочной промывающий / Alkaline Wash	Уп.	3
1.3	Детергент А / Detergent A	Уп.	4
1.4	Раствор триггера ARCHITECT / ARCHITECT Trigger Solution	Уп	1

1.5	Раствор для ухода за зондом ARCHITECT / ARCHITECT Probe Conditioning Solution	Уп.	1
1.6	Ячейки реакционные ARCHITECT / ARCHITECT Reaction Vessels	Уп.	3

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1.*Расходные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для работы к указанному анализатору с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

*Обязательное для выполнения условие, невыполнение ведёт к отклонению предложения.

Разработчики технических требований:

Врач клинической лабораторной диагностики

В.И. Малиновская

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»

Д.В.Зайцев
" " 2026 г.

Заявка на закупку на квартал 2026 года
расходных материалов для определения электролитов и кислотно-
основного состояния на анализаторе.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	223040 Минская область, Минский район д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 19Б/5
УНП	100805135
Адрес электронной почты	info@modkb.bu
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	

1. Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

2. Сведения о государственной закупке

Номер лота 4	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Расходные материалы для определения электролитов и кислотно-основного состояния
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9 знаков) *	20.59.52.100
Объём (количество)	Согласно приложению 1
Предельная стоимость государственной закупки по лоту**	
Источник финансирования государственной закупки	Минский областной бюджет

3. Перечень изготовителей, продукция которых, по результатам изучения конъюнктуру рынка заказчиком, может быть предложена в процедуре государственной закупки, проводимой по данной заявке – Radiometer Medical ApS

4.Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определяемых для осуществления контактов с организатором:

Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий) клинко-диагностической лаборатории УЗ «МОДКБ» Рейт И.Э. тел. рабочий 265 18 58
Начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна тел. рабочий 265 39 40.

5.Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определённых в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора:

Врач клинической лабораторной диагностики УЗ «МОДКБ» Будинская Жанна Николаевна тел. рабочий 265 18 58;

Врач клинической лабораторной диагностики УЗ «МОДКБ» Виниковская Татьяна Николаевна тел. рабочий 265 1858.

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Мембрана калия	уп.	1
1.2.	Мембрана натрия	уп.	1
1.3.	Мембрана кальция ионизированного	уп.	1
1.4.	Мембрана хлора	уп.	1
1.5.	Мембрана лактата	уп.	1

2.Технические требования:

2.1.*Для каждого наименования товара, расходные материалы должны быть одного производителя и подходить к анализатору ABL 800flex.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

*Обязательное для выполнения условие, невыполнение ведёт к отклонению предложения.

Разработчик технических характеристик

Врач клинической
лабораторной диагностики

Малиновская В.И.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»

Д.В.Зайцев
"___" _____ 2026г.

Заявка на закупку на квартал 2026 года
Реагентов для определения кислотно-основного состояния.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	223040 Минская область, Минский район, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 19Б/5
УНП	100805135
Адрес электронной почты	info@modkb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	www.modkb.by

1. Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

2. Сведения о государственной закупке:

Номер лота 5	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Реагенты для определения кислотно-основного состояния.
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9 знаков) *	21.10.60.600
Объём (количество)	Согласно приложению 1
Предельная стоимость государственной закупки по лоту**	
Принцип формирования начальной цены электронного аукциона***	Наименьшая стоимость
Источник финансирования государственной закупки	Минский областной бюджет

3. Перечень изготовителей, продукция которых, по результатам изучения конъюнктуру рынка заказчиком, может быть предложена в процедуре государственной закупки, проводимой по данной заявке – Radiometer Medical ApS

4. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определяемых для осуществления контактов с организатором:

Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий) клинко-диагностической лаборатории УЗ «МОДКБ» Рейт И.Э. тел.8044 767 46 82, тел. рабочий 265 18 58

Начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна тел. рабочий 265 39 40.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определённых в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора:

Врач клинической лабораторной диагностики УЗ «МОДКБ» Будинская Жанна Николаевна тел. рабочий 265 18 58;

Врач клинической лабораторной диагностики УЗ «МОДКБ» Виниковская Татьяна Николаевна тел. рабочий 265 18 58.

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. измерения	Количество
1.1.	Раствор калибровочный 1 S1820	фл.	3
1.2.	Раствор калибровочный 2 S1830	фл.	3
1.3.	Гипохлорит натрия (раствор для удаления белков)	Уп.	4
1.4.	Раствор промывочный S4980	Фл.	3

2. Технические требования:

2.1.* Для каждого наименования товара - реагенты и расходные материалы должны быть одного производителя и предназначены для выполнения исследований на анализаторе ABL 800 flex.

2.2. Реагенты должны быть оригинального производства или должны иметь адаптацию к указанному анализатору в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 №145.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

*Обязательное для выполнения условие, невыполнение ведёт к отклонению предложения.

Разработчик технических характеристик

Врач клинической
лабораторной диагностики

Малиновская В.И.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»

Д.В. Зайцев

" _ " _____ 2026 г.

Заявка

на закупку реагентов, калибраторов и контрольных материалов для анализатора физико-химических свойств и осадка мочи FUS-2000, производства Dirui Industrial, Китай на квартал 2026 года

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	223040, Минский р-н, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 19Б/5
УНП	100805135
Адрес электронной почты	info@modkb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	www.modkb.by

1. Область применения: клиническая лабораторная диагностика

2. Сведения о государственной закупке:

ЛОТ 6	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Реагенты, калибраторы и контрольные материалы для анализатора физико-химических свойств и осадка мочи FUS-2000, производства Dirui Industrial, Китай
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9 знаков) *	21.10.60.600
Объем (количество)	Согласно приложению 1
Предельная стоимость государственной закупки по лоту**	

Принцип формирования начальной цены электронного аукциона***	Наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам
Источник финансирования государственной закупки	Минский областной бюджет

3.Перечень изготовителей (для медицинской техники – с указанием моделей), продукция которых, по результатам изучения конъюнктуры рынка заказчиком, может быть предложена (допущена к торгам) в процедуре государственной закупки, проводимой по данной заявке: анализаторы физико-химических свойств и осадка мочи FUS-2000, производства Dirui Industrial, Китай

4.Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:

Начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна тел. рабочий 265 39 40.

Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий) Рейт Ирина Эдуардовна тел. рабочий 265 18 58.

5. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора:

Состав экспертной комиссии будет определен после получения уведомления о необходимости создания экспертной комиссии для проведения экспертной оценки предложений участников.

6.Существенные условия договора государственной закупки:

Прибор находится на гарантийном обслуживании.

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед измерения	Количество
1.1	Фокусирующая жидкость Жидкость предназначена для ежедневной проверки фокусировки объектива микрокамеры. Объем: не более 125 мл.	Уп	1
1.2	Отрицательный контроль для анализа осадка мочи Объем: не более 125 мл	Уп	2
1.3	Положительный контроль для контроля качества исследований анализа осадка мочи. Объем: не более 125 мл	Уп	2
1.4	Тест-полоски для анализа мочи (не менее 11 параметров) Полоски для качественного и полуколичественного анализа мочи для определения следующих параметров: глюкоза, кровь, белок, аскорбиновая кислота, кетоны, билирубин, нитриты, лейкоциты, уробилиноген, pH, удельный вес. Состав набора: не более 100 шт.	Уп	50

1.5	Отрицательный контроль для контроля качества исследований физико-химических свойств мочи. Объем: не более 8 мл.	Фл	8
1.6	Положительный контроль для контроля качества исследований физико-химических свойств мочи. Объем: не более 8 мл.	Фл	8
1.7	Обжимающая жидкость	уп	5
1.8	Детергент	Уп.	5
1.9	Жидкость промывочная для турбидиметра и рефрактометра	уп	3
1.10	Жидкость калибровочная для анализа (определения) удельного веса	фл	1
1.11	Жидкость калибровочная для турбидиметра	фл	1
1.12	Жидкость контрольная для анализа мутности (для турбидиметра) уровень 1	фл	2
1.13	Жидкость контрольная для анализа мутности (для турбидиметра) уровень 2	фл	3
1.14	Жидкость контрольная для анализа рефрактометра (удельный вес) уровень 1	фл	2
1.15	Жидкость контрольная для анализа рефрактометра (удельный вес) уровень 2	Фл	2
1.16	Жидкость контрольная для анализа рефрактометра (удельный вес) уровень 3	Фл	2

2.Технические требования.

2.1. Реагенты, калибраторы и контрольные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для работы к указанному анализатору с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических требований:

Врач клинической лабораторной диагностики

В.И. Малиновская

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»

Д.В. Зайцев

" " _____ 2026 г.

Заявка
на закупку реагентов для анализатора мочи Н-100, производства Dirui Industrial, Китай
на квартал 2026 года

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	223040, Минский р-н, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 19Б/5
УНП	100805135
Адрес электронной почты	info@modkb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	www.modkb.by

1. Область применения: клиническая лабораторная диагностика

2. Сведения о государственной закупке:

ЛОТ 7	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Реагенты для анализатора мочи Н-100, производства Dirui Industrial, Китай
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9 знаков) *	21.10.60.600
Объем (количество)	Согласно приложению 1
Предельная стоимость государственной закупки по лоту**	
Принцип формирования начальной цены электронного аукциона***	Наименьшая цена из предложений участников,

	допущенных к торгам
Источник финансирования государственной закупки	Минский областной бюджет

3.Перечень изготовителей (для медицинской техники – с указанием моделей), продукция которых, по результатам изучения конъюнктуры рынка заказчиком, может быть предложена (допущена к торгам) в процедуре государственной закупки, проводимой по данной заявке: анализаторы мочи Н-100, производства Dirui Industrial, Китай

4.Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:

Начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна тел. рабочий 265 39 40.

Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий) Рейт Ирина Эдуардовна тел. рабочий 265 18 58.

5.Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора:

Состав экспертной комиссии будет определен после получения уведомления о необходимости создания экспертной комиссии для проведения экспертной оценки предложений участников.

6.Существенные условия договора государственной закупки: Прибор находится на гарантийном обслуживании

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед измерения	Количество
1.1	Полоски для определения не менее 11 параметров: белок, кровь, глюкоза, кетоны, лейкоциты, нитриты, удельный вес, pH, билирубин, уробилиноген, аскорбиновая кислота, 1 уп. – 100 тестов	Уп.	30
1.2	Контрольный материал положительный	Фл.	2
1.3	Контрольный материал отрицательный	Фл.	2

2.Технические требования:

2.1. Предлагаемые изделия медицинского назначения должны быть предназначены для применения на анализаторе Н-100, производства Dirui Industrial, Китай, что должно быть подтверждено документально в Руководстве по эксплуатации.

2.2. Предлагаемые материалы должны быть зарегистрированы в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических требований:

Врач клинической лабораторной диагностики

В.И. Малиновская

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»

Д.В. Зайцев
" _ " _____ 2026 г.

Задание на закупку на квартал 2026 года
реагентов для проведения анализа методом гелевых технологий.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	223040 Минская область, Минский р-н, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 19Б/5
УНП	100805135
Адрес электронной почты	info@modkb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	www.modkb.by

1. Область применения: клиническая лабораторная диагностика.
2. Сведения о государственной закупке.

ЛОТ 8	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Реагенты для проведения анализа методом гелевых технологий.
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9 знаков) *	21.10.60.600
Срок (график поставки)	Единовременно
Объём (количество)	Согласно приложению 1
Предельная стоимость государственной закупки по лоту**	
Источник финансирования государственной закупки	Минский областной бюджет

3. Перечень изготовителей (для медицинской техники – с указанием моделей), продукция которых, по результатам изучения конъюнктуры рынка заказчиком, может быть предложена (допущена к торгам) в процедуре государственной закупки, проводимой по данной заявке: Dia Pro, Турция.

4.Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определяемых для осуществления контактов с организатором:

Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий) клинко-диагностической лаборатории УЗ «МОДКБ» Рейт И.Э. тел.8044 767 46 87, тел. рабочий 265 18 58

Начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна тел. рабочий 265 39 40.

5.Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определённых в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора:

Врач клинической лабораторной диагностики УЗ «МОДКБ» Будинская Жанна Николаевна тел. рабочий 265 18 58;

Врач клинической лабораторной диагностики УЗ «МОДКБ» Виниковская Татьяна Николаевна тел. рабочий 265 17 48.

Приложение 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

	Наименование предмета закупки	Ед. измерения	Количество
1.1.	Гелевая карта Across Gel Newborn	Уп.	3
1.2.	Гелевая карта Across Gel AHG (IgG+C3d)	Уп.	2
1.3.	Across Gel Screen 4	Уп.	4
1.4.	Acrosss RBC A1/B	Уп.	4
1.5.	Across Gel Rh Phenotyping with Keil (K)	Уп.	1
1.6.	Across Gel Forward & Reverse ABO with D ^{vi-} /D ^{vi+}	Уп.	1
1.7.	Across Liss	Мл.	100

2.Технические требования:

2.1.*Реагенты должны быть предназначены для работы на центрифуге System ACROSS.

3.Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

*Обязательное для выполнения условие, невыполнение ведёт к отклонению предложения.

Разработчик технических характеристик

Врач клинической
лабораторной диагностики

Малиновская В.И.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»

Зайцев Д.В.
" " 2026г.

Задание на закупку на квартал 2026 года
Расходные материалы для проточного цитометра DxFLEX,
производства Becton Coulter.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	223040 Минская область, Минский район, д. Боровляны, ул. Фрунзенская 19Б/5
УНП	100805135
Адрес электронной почты	info@modkb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	www.modkb.by

1. Описание предмета закупки: Расходные материалы для проточного цитометра DxFLEX, производства Becton Coulter.
2. Область применения: клиническая лабораторная диагностика.
3. Сведения о государственной закупке.

Номер лота № 9	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Расходные материалы для проточного цитометра DxFLEX, производства Becton Coulter.
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9 знаков) *	20.59.52.100
Срок (график поставки)	Единовременно
Объём (количество)	Согласно приложению 1
Предельная стоимость государственной закупки по лоту**	
Принцип формирования начальной цены электронного аукциона***	Наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам
Источник финансирования государственной закупки	Минский областной бюджет

4.Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определяемых для осуществления контактов с организатором:

Врач лабораторной диагностики (заведующий) клинико-диагностической лаборатории УЗ «МОДКБ» Рейт И.Э. тел.8044 767 46 87, тел. рабочий 265 18 58

Начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна тел. рабочий 265 39 40.

5.Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определённых в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора:

Врач лабораторной диагностики УЗ «МОДКБ» Бриль Надежда Васильевна тел. рабочий 265 18 58;

Фельдшер-лаборант (старший) клинико-диагностической лаборатории УЗ «МОДКБ» Пятницкая Любовь Николаевна тел. рабочий 265 18 58

6.Существенные условия договора государственной закупки: **прибор находится во временном безвозмездном пользовании согласно договору № 0910 от 03.10.2024 года между компанией «Альгимед Трейд» и УЗ «Минская областная детская клиническая больница».**

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество	Ед. измерения
1.1	Пробирки для проточной цитометрии с пробками	2000	Шт.

2.Технические требования:

2.1. Расходные материалы должны быть совместимы с системой проточной цитометрии DxFLEx (Bekman Coulter).

2.2. В случае предложения расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить гарантийное письмо об оказании квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования проточного цитометра при использовании предложенных расходных материалов.

2.3. Размер 12x75мм, объем 5 мл, толщина стенок 1 мм.

2.4. Наличие специального ободка толщиной 3 мм с равномерной гладкой поверхностью для работы с автоматической системой забора образца проточным цитометром.

2.5. Для применения в диагностических целях должны быть изготовлены из натурального полипропилена, не содержащего РНКазы/ДНКазы, эндотоксина и АТФ.

2.6. Должны быть автоклавируемые и иметь возможность использования для заморозки образцов.

3.Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчик технических характеристик

Врач клинической
лабораторной диагностики

Малиновская В.И.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»

Д.В. Зайцев
2026 г.

Заявка

на закупку реагентов и расходных материалов для иммунологического анализатора на квартал 2026 года.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 19Б/5
Учетный номер плательщика	100805135
Адрес электронной почты	info@modkb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	www.modkb.by

1. Область применения: клиническая лабораторная диагностика

2. Сведения о государственной закупке:

Номер лота 10	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Реагенты и расходные материалы для иммунологического анализатора mini VIDAS
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)	21.10.60.600
Объем (количество)	Согласно приложению 1
Предельная стоимость государственной закупки по лоту	
Источник финансирования государственной закупки	Минский областной бюджет

3. Результаты изучения конъюнктуры рынка с указанием производителей и моделей медицинской техники (в случае приобретения медицинской техники): фирма BIOMÉRIEUX (Франция).

4. Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:

Начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна тел. рабочий 265 39 40.

Врач лабораторной диагностики (заведующий) клинико-диагностической лаборатории УЗ «МОДКБ» Рейт И.Э., тел. рабочий 265 18 58

5. Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов специалистов, определенных заказчиком для включения в состав экспертной комиссии организатора:

Врач клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории УЗ «МОДКБ» Будинская Ж.Н., тел. рабочий 265 18 58

Врач клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории УЗ «МОДКБ» Виниковская Т.Н., тел. рабочий 265 17 48

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. измерения	Количество
1.1.	Стрипы к анализатору серии VIDAS для количественного определения прокальцитонина (PCT)	набор	6
1.2.	Стрипы к анализаторам серии VIDAS® для количественного определения VIDAS® FT3 (FT3N)	набор	1
1.3.	Стрипы к анализаторам серии VIDAS® для количественного определения тропанина	набор	2
1.4.	Стрипы к анализаторам серии VIDAS® для количественного определения BNP	набор	2
1.5.	Стрипы к анализаторам серии VIDAS® для количественного определения Д-димеров VIDAS® D-Dimer Exclusion II (DEX2)	набор	4
1.6.	Стрипы к анализаторам серии VIDAS® для количественного определения витамина Д	набор	4
1.7.	Стрипы к анализаторам серии VIDAS® для количественного определения АТII-О	набор	2
1.8.	Стрипы к анализаторам серии VIDAS® для количественного определения общего витамина B12	набор	2
1.9.	Стрипы к анализаторам серии VIDAS® для количественного определения VIDAS® общего иммуноглобулина Е	набор	3
1.10.	Стрипы к анализаторам серии VIDAS® для количественного определения VIDAS® TTT	набор	4
1.11.	Стрипы к анализаторам серии VIDAS® для количественного определения VIDAS® FT4	набор	4

2. Технические требования

2.1.*Предлагаемые тест-системы с реагентами, калибраторами, контрольными, другими расходными материалами должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для применения

на автоматическом иммуноферментном анализаторе «Vidas», Biomerieux, Франция, с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014 № 145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».

3. Требования качества и срока годности (стерильности) товара.

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

*Обязательное для выполнения условие, невыполнение ведёт к отклонению предложения.

Разработчик технических характеристик

Врач клинической лабораторной диагностики

Малиновская В.И.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»

Зайцев Д.В.
" " 2026г.

Задание на закупку на квартал 2026 года
Реагенты и контрольные материалы для проточного цитометра
DxFLEX, производства Becton Coulter.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	223040 Минская область, Минский район, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 19Б/5
УНП	100805135
Адрес электронной почты	info@modkb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	www.modkb.by

1. Описание предмета закупки: Реагенты и контрольные материалы для проточного цитометра DxFLEX, производства Becton Coulter.
2. Область применения: клиническая лабораторная диагностика.
3. Сведения о государственной закупке.

Номер лота № 11	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Реагенты и контрольные материалы для проточного цитометра DxFLEX, производства Becton Coulter.
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9 знаков) *	21.10.60.600
Срок (график поставки)	Единовременно
Объем (количество)	Согласно приложению 1
Предельная стоимость государственной закупки по лоту**	
Принцип формирования начальной цены электронного аукциона***	Наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам
Источник финансирования государственной закупки	Минский областной бюджет

4.Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определяемых для осуществления контактов с организатором:

Врач лабораторной диагностики (заведующий) клинико-диагностической лаборатории УЗ «МОДКБ» Рейт И.Э. тел.8044 767 46 87, тел. рабочий 265 18 58

Начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна тел. рабочий 265 39 40.

5.Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определённых в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора:

Врач лабораторной диагностики УЗ «МОДКБ» Бриль Надежда Васильевна тел. рабочий 265 18 58;

Фельдшер-лаборант (старший) клинико-диагностической лаборатории УЗ «МОДКБ» Пятницкая Любовь Николаевна тел. рабочий 265 18 58

6.Существенные условия договора государственной закупки: **прибор находится во временном безвозмездном пользовании согласно договору № 0910 от 03.10.2024 года между компанией «Альгимед Трейд» и УЗ «Минская областная детская клиническая больница».**

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Количество
1.1	Конъюгаты антител CD45/CD4/CD8/CD3 с FITC/RD1/ECD/PC5 или аналог	Уп.	1
1.2	Конъюгаты антител CD45/CD56/CD19/CD3 с FITC/CD16/RD1/ECD/PC7 или аналог	Уп.	1
1.3	Конъюгаты антител HLA-DR с PC7 (Anti-HLA-DR-PC7) или аналог	Уп.	1
1.4	Изотонический раствор IsoFlow или аналог, 10л	Уп.	8
1.5	Контрольная кровь IMMUNO-TROL Cells	Уп.	1
1.6	Набор реагентов для лизиса эритроцитов	Уп.	1

2.Технические требования:

2.1. Реагенты должны быть оригинального производства и совместимы с системой проточной цитометрии DxFLEx (Bekman Coulter).

2.2. Реагенты должны быть оригинального производства и совместимы со станцией пробоподготовки TQ-prep (Bekman Coulter)

2.3. Набор реагентов по п.1.6 должен включать лизирующие и фиксирующий компоненты, готовые к использованию, из расчёта не менее 300 тестов в 1 наборе.

2.4. Реагенты должны иметь маркировку CE (IVD/CE-IVD).

2.5. В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и /или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.5.1. параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.5.2. аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при системном использовании реагентов указанной модели оборудования;

2.5.3. гарантийное письмо об оказании квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования проточного цитометра при использовании предложенных реагентов;

3. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчик технических характеристик

Врач клинической
лабораторной диагностики

Малиновская В.И.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»

Д.В. Зайцев
" " 2026 г.

Заявка на закупку на квартал 2026 года
Реагентов и контрольных материалов для гематологического анализатора.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	223040 Минская область, Минский район, д. Боровляны, ул. Фрунзенская 19Б/5
УНП	100805135
Адрес электронной почты	info@modkb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	www.modkb.by

1. Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

2. Сведения о государственной закупке

Номер лота 12	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Реагенты и контрольные материалы для гематологического анализатора XN 350
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9 знаков) *	21.10.60.600
Объём (количество)	Согласно приложению 1
Предельная стоимость государственной закупки по лоту**	
Принцип формирования начальной цены электронного аукциона***	Наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам
Источник финансирования государственной закупки	Минский областной бюджет

3. Перечень изготовителей, продукция которых, по результатам изучения конъюнктуру рынка заказчиком, может быть предложена в процедуре государственной закупки, проводимой по данной заявке – Sysmex Corporation

4. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определяемых для осуществления контактов с организатором:

Начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна тел. рабочий 265 39 40.

Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий) клинико-диагностической лаборатории УЗ «МОДКБ» Рейт И.Э. тел.8044 767 46 87, тел. рабочий 265 18 58

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определённых в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора:

Врач клинической лабораторной диагностики УЗ «МОДКБ» Бриль Надежда Васильевна тел. рабочий 265 18 58;

Фельдшер-лаборант (старший) клинико-диагностической лаборатории УЗ «МОДКБ» Пятницкая Любовь Николаевна тел. рабочий 265 18 58.

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. измерения	Количество
1.1.	XN- L CHECK уровень 1(1флх3мл)	фл.	4
1.2.	XN- L CHECK уровень 2(1флх3мл)	фл.	4
1.3.	XN-L CHECK уровень 3(1флх3мл)	фл.	4
1.4.	CELLPACK DCL (1х10 л./1х20 л.)	л.	600
1.5.	CELLPACK DFL (1 л.)	Уп.	6
1.6.	CELLCLEAN (50 мл.)	Уп.	6
1.7.	LYSERCELL WDF (2 л.)	Уп.	10
1.8.	Sulfolyser (3х0,5)	Уп.	6
1.9.	Fluorocell RET	Уп.	2
1.10	Fluorocell WDF	Уп.	10

2. Технические требования:

2.1.* Для каждого наименования товара - реагенты и контрольные материалы должны быть пригодными в использовании на гематологическом анализаторе Sysmex XN 350 (закрытая система).

2.2.* Реагенты должны быть оригинального производства или должны иметь адаптацию к указанному анализатору в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 №145.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

*Обязательное для выполнения условие, невыполнение ведёт к отклонению предложения.

Разработчик технических характеристик

Врач клинической лабораторной диагностики

Малиновская В.И.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»

Д.В. Зайцев
" " 2026 г.

Заявка на закупку на квартал 2026 года
расходных материалов для определения СОЭ.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	223040 Минская область, Минский район, д. Боровляны, ул. Фрунзенская 19Б/5
УНП	100805135
Адрес электронной почты	info@modkb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	www.modkb.by

1. Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

2. Сведения о государственной закупке

Номер лота 13	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	расходные материалы для определения СОЭ
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9 знаков) *	20.59.52.100
Объём (количество)	Согласно приложению 1
Предельная стоимость государственной закупки по лоту**	
Принцип формирования начальной цены электронного аукциона***	Наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам
Источник финансирования государственной закупки	Минский областной бюджет

3. Перечень изготовителей, продукция которых, по результатам изучения конъюнктуру рынка заказчиком, может быть предложена в процедуре государственной закупки, проводимой по данной заявке - США

4. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определяемых для осуществления контактов с организатором:

Начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна тел. рабочий 265 39 40.

Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий) клинко-диагностической лаборатории УЗ «МОДКБ» Рейт И.Э. тел.8044 767 46 87, тел. рабочий 265 18 58

5.Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определённых в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора:

Врач клинической лабораторной диагностики УЗ «МОДКБ» Бриль Надежда Васильевна тел. рабочий 265 18 58;

Фельдшер-лаборант (старший) клинко-диагностической лаборатории УЗ «МОДКБ» Пятницкая Любовь Николаевна тел. рабочий 265 18 58.

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. измерения	Количество
1.1.	Тестовая карта на 4 тыс. определений	шт.	1

2. Технические требования:

2.1. * Расходные материалы должны быть пригодными в использовании на анализаторе Alifax роллер/20 (закрытая система).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

*Обязательное для выполнения условие, невыполнение ведёт к отклонению предложения.

Разработчик технических характеристик

Врач клинической лабораторной диагностики

Малиновская В.И.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»

Д.В. Зайцев
" " _____ 2026 г.

Заявка на закупку на квартал 2026 года
расходных материалов для определения СОЭ.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	223040 Минская область, Минский район, д. Боровляны, ул. Фрунзенская 19Б/5
УНП	100805135
Адрес электронной почты	info@modkb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	www.modkb.by

1. Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

2. Сведения о государственной закупке

Номер лота 14	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	расходные материалы для определения СОЭ
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9 знаков) *	20.59.52.100
Объём (количество)	Согласно приложению 1
Предельная стоимость государственной закупки по лоту**	
Принцип формирования начальной цены электронного аукциона***	Наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам
Источник финансирования государственной закупки	Минский областной бюджет

3. Перечень изготовителей, продукция которых, по результатам изучения конъюнктуру рынка заказчиком, может быть предложена в процедуре государственной закупки, проводимой по данной заявке - СЩА

4. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определяемых для осуществления контактов с организатором:

Начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна тел. рабочий 265 39 40.

Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий) клинко-диагностической лаборатории УЗ «МОДКБ» Рейт И.Э. тел.8044 767 46 87, тел. рабочий 265 18 58

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определённых в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора:

Врач клинической лабораторной диагностики УЗ «МОДКБ» Бриль Надежда Васильевна тел. рабочий 265 18 58;

Фельдшер-лаборант (старший) клинко-диагностической лаборатории УЗ «МОДКБ» Пятницкая Любовь Николаевна тел. рабочий 265 18 58.

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. измерения	Количество
1.1.	Тестовая карта на 5 тыс. определений	шт.	2

2. Технические требования:

2.1. * Расходные материалы должны быть пригодными в использовании на анализаторе iSED ALCOR (закрытая система).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

*Обязательное для выполнения условие, невыполнение ведёт к отклонению предложения.

Разработчик технических характеристик

Врач клинической лабораторной диагностики

Малиновская В.И.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»

Д.В. Зайцев

" " _____ 2026 г.

Заявка

на закупку реагентов, калибраторов и контрольных материалов к автоматическому биохимическому анализатору на
квартал 2026 года

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	223040, Минский р-н, д. Боровляны, ул Фрунзенская, 19Б/5
УНП	100805135
Адрес электронной почты	info@modkb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	www.modkb.by

1. Область применения: клиническая лабораторная диагностика

2. Сведения о государственной закупке:

ЛОТ 15	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Реагенты, калибраторы и контрольные материалы для автоматического биохимического анализатора
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ (9 знаков) *	21.10.60.600
Объем (количество)	Согласно приложению 1
Предельная стоимость государственной закупки по лоту **	
Принцип формирования начальной цены электронного аукциона ***	Наименьшая цена из предложений участников,

	допущенных к торгам
Источник финансирования государственной закупки	Минский областной бюджет

3.Перечень изготовителей (для медицинской техники – с указанием моделей), продукция которых, по результатам изучения конъюнктуры рынка заказчиком, может быть предложена (допущена к торгам) в процедуре государственной закупки, проводимой по данной заявке: **анализаторы серии AU, BECKMAN COULTER (США).**

4.Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:

Начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна тел. рабочий 265 39 40.

Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий) Рейт Ирина Эдуардовна тел. рабочий 265 18 58.

5. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора:

Состав экспертной комиссии будет определен после получения уведомления о необходимости создания экспертной комиссии для проведения экспертной оценки предложений участников.

6.Существенные условия договора государственной закупки:

6.1. Наличие документов, выданных изготовителем оборудования либо его уполномоченным представителем на территории Республики Беларусь, подтверждающих возможность потенциального поставщика осуществлять гарантийную замену некачественной продукции (в случае её поставки) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6.2. Предоставить гарантии оказания заказчику квалифицированной методической помощи при установке реагентов на борт анализатора для корректного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы (наличие сертификатов и иных документов, подтверждающих квалификацию, выданных поставщику производителем оборудования на оказание методической и технической помощи при возникновении проблем).

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед измерения	Количество
1.1	Наборы реагентов для определения амилазы	Уп.	2
1.2	Наборы реагентов для определения креатинина (энзиматический метод)	Уп	3
1.3	Наборы реагентов для определения С-реактивного белка (латекс)	Уп	4
1.4	Наборы реагентов для определения АСЛ-О	Уп	1
1.5	Наборы реагентов для определения общего белка	Уп	1
1.6	Наборы реагентов для определения АСТ	Уп	2

1.7	Наборы реагентов для определения АЛТ	Уп	2
1.8	Наборы реагентов для определения железа	Уп	1
1.9	Наборы реагентов для определения магния	Уп.	1
1.10	Наборы реагентов для определения альбумина	Уп.	1
1.11	Наборы реагентов для определения мочевины	Уп.	1
1.12	Наборы реагентов для определения мочевой кислоты	Уп.	1
1.13	Наборы реагентов для определения общего билирубина	Уп.	2
1.14	Наборы реагентов для определения прямого билирубина	Уп.	4
1.15	Наборы реагентов для определения глюкозы	Уп.	2
1.16	Наборы реагентов для определения холестерина	Уп	1
1.17	Наборы реагентов для определения ЛПВП	Уп	1
1.18	Наборы реагентов для определения ЛПНП	Уп	2
1.19	Наборы реагентов для определения триглицеридов	Уп	1
1.20	Наборы реагентов для определения щелочной фосфатазы	Уп	1
1.21	Наборы реагентов для определения КФК	Уп	1
1.22	Наборы реагентов для определения ЛДГ	Уп	2
1.23	Наборы реагентов для определения общего кальция	Уп	1
1.24	Наборы реагентов для определения ферритина	Уп	1
1.25	Наборы реагентов для определения белка в моче, СМЖ	Уп	1
1.26	Наборы реагентов для определения ревматоидного фактора	Уп	1
1.27	Наборы реагентов для определения фосфора	Уп	1
1.28	Наборы реагентов для определения иммуноглобулина А	Уп	1
1.29	Наборы реагентов для определения иммуноглобулина М	Уп	1
1.30	Наборы реагентов для определения иммуноглобулина G	Уп	1
1.31	Наборы реагентов для определения С ₃	Уп	1
1.32	Наборы реагентов для определения С ₄	Уп	1
1.33	Кюветы для сбора образцов	шт	400
1.34	ISE MID Standart	Канистра	4
1.35	WASH Solution	Канистра	3
1.36	ISE Bufer	Канистра	6

2. Технические требования.

2.1. Реагенты, калибраторы и контрольные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для работы к указанному анализатору с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь

от 18.02.2014 №145 «Об утверждении инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».

2.2. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматических анализаторов **серии AU**, производства BECKMAN COULTER (США) без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических требований:

Врач клинической лабораторной диагностики

Н.Л. Ананич