

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**  
Лот №2. пакеты для стерилизации с использованием паров перекиси водорода

*1. Состав (комплектация) медицинских изделий:*

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
пакеты для стерилизации с использованием паров перекиси водорода	Ширина не менее 150мм Длина не менее 320 мм	4000шт.
	Ширина не менее 90мм Длина не менее 250 мм	4000 шт
	Ширина не менее 250мм Длина не менее 480 мм	15000 шт
	Ширина не менее 300 мм Длина не менее 500 мм	5000 шт

*2. Технические требования:*

- 2.1. Изготовлен из нетканного материала, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и прозрачной многослойной пленки.
- 2.2. На внешней стороне пакетов должен быть нанесен индикатор 1 класса.
- 2.3. Сроки сохранности стерильности не менее 1 года.
- 2.4. Одноразовые, самоклеящиеся.
- 2.5. Срок годности не менее 5 лет.

3. *Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):* согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

*4. Требования о наличии технической документации и иной информации:*

- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**  
Лот №4. Индикатор биологический одноразовый для контроля процесса  
плазменной стерилизации

*1. Состав (комплектация) медицинских изделий:*

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Индикатор биологический одноразовый для контроля процесса плазменной стерилизации	Индикатор биологический одноразовый для контроля процесса плазменной стерилизации	108 шт.

*2. Технические требования:*

1. Пластиковая пробирка с высушенными спорами тест-микроорганизмов.
  2. Стеклянная ампула содержащая стерильную индикаторную среду.
  3. Одноразовая.
  4. Должен быть нанесен химический индикатор 1 класса на этикетке .
  5. Срок годности не менее 24 месяца.
- 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):* согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.
- 4. Требования о наличии технической документации и иной информации:*
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.