

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот №1 реагенты к анализатору гемостаза автоматическому

1. Состав (комплектация):

№	Наименование	Единицы измерения	Количество
1	АЧТВ	исследования	20 000
2	Протромбиновое время	исследования	20 000
3	Фибриноген по Клауссу	исследования	20 000
4	Тромбиновое время	исследования	10 000
5	Д-димеры	исследования	2500
6	Контрольная плазма (норма)	флаконы	150
7	Контрольная плазма (патология)	флаконы	150
8	Контроль Д-димеров (норма)	флаконы	80
9	Контроль Д-димеров (патология)	флаконы	80
10	Калибратор для фибриногена.	набор	1
11	Калибратор для калибровки протромбинового времени.	набор	1
12	Расходные материалы (растворы и прочие расходные материалы)*		На 20 000 исследований либо из расчета на 12 месяцев работы
13	Реакционные кюветы	шт.	90 000

* если необходимы для выполнения исследований

2. Технические требования:

- 2.1. Полностью автоматизированный цикл исследований гемостаза от момента подачи проб до распечатки результатов.
- 2.2. методы исследования- клоттинговый, хромогенный, иммунотурбидиметрический.
- 2.3. перечень выполняемых исследований: АЧТВ, ПВ, МНО, тромбиновое время, фибриноген, Д-димеры.
- 2.4. производительность: не менее 110 ПВ/тестов в час.
- 2.5. типы исследуемых образцов: плазма.
- 2.6. тип загрузки образцов: независимые штативы.
- 2.7. система охлаждения реагентов на борту.
- 2.8. функция автоматического флагирования патологических результатов.
- 2.9. возможность дозагрузки образцов в процессе работы анализатора.
- 2.10. измерение срочных образцов (STAT).
- 2.11. возможность установки на борт первичных пробирок.
- 2.12. функция автоматического оповещения пользователя о состоянии реагентов и расходных материалов.
- 2.13. визуализация полученных результатов на экране.
- 2.14. возможность интеграции в медицинскую/лабораторную систему любого производителя.
- 2.15. встроенная программа внутреннего контроля качества исследований.
- 2.16. встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов).
- 2.17. интерфейс на русском языке.
- 2.18. компьютер (при необходимости), принтер, источник бесперебойного питания в комплекте.
- 2.19. ** предлагаемые реагенты, контроли, калибраторы, растворы, расходные материалы должны быть предназначены для применения на автоматическом анализаторе гемостаза, поставляемым по договору безвозмездного пользования.

** выполнение данного пункта является обязательным требованием, несоответствие данному требованию приведет к отклонению предложения участника.