

БелМТ №1184/25
лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки
**Реагенты для автоматического гематологического анализатора
Sysmex XN-1500**

1. Состав (комплектация) изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	CELLPACK DCL (Селлпак DCL) или аналог, фасовка не более 20,0 л	литр	680
1.2	CELLPACK DFL (Селлпак DFL) или аналог, фасовка не более (2х1,5 л)	уп.	2
1.3	LYSERCELL WNR (Лайзерселл WNR) или аналог, фасовка не более 5 л.	литр	30
1.4	LYSERCELL WDF (Лайзерселл WDF) или аналог, фасовка не более 5 л.	литр	50
1.5	LYSERCELL WPC (Лайзерселл WPC) или аналог, фасовка не более (2х1,5л)	уп.	1
1.6	FLUOROCCELL WNR (Флюороселл WNR) или аналог, фасовка не более (2х82 мл).	уп.	3
1.7	FLUOROCCELL WDF (Флюороселл WDF) или аналог, фасовка не более (2х42 мл).	уп.	4
1.8	FLUOROCCELL WPC (Флюороселл WPC) или аналог, фасовка не более (2х12 мл).	уп.	2
1.9	FLUOROCCELL RET (Флюороселл RET) или аналог, фасовка не более (2х12 мл).	уп.	2

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.10	FLUOROCCELL PLT (Флюороселл PLT) или аналог, фасовка не более (2х12 мл).	уп.	2
1.11	SULFOLYSER (Сульфолайзер) или аналог, фасовка не более 5 л.	литр	10
1.12	CELLCLEAN (Селлклин) или аналог, фасовка не более 50 мл.	мл	600
1.13	Буфер SP-Rinse или аналог, фасовка не более 10 л	литр	20
1.14	Буфер SP-Buffer или аналог, фасовка не более 10 л	литр	20
1.19	MAY GRÜNWARD SOLUTION FOR SP SYSTEMS (фиксирующий и окрашивающий раствор по Май-Грюнвальду), фасовка не более 2,5 л	литр	5
1.20	GIEMSA SOLUTION FOR SP SYSTEMS (окрашивающий раствор Гимзы), фасовка не более 2,5 л	литр	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.	Реагенты должны быть оригинального производства фирмы Sysmex, Япония, или их аналоги и быть предназначены для работы имеющегося автоматического гематологического анализатора Sysmex XN-1500.
------	---

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора:

3.1. Срок годности реагентов на дату поставки товара должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.