

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  
МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР  
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»  
223053, Минская область, Минский район  
д. Боровляны, ул. Школьная, д. 16  
e-mail: info@csmp.by, тел./факс (017) 516 64 20  
УНП 692109895, ОКПО 502604276000  
р/с BY42 АКВВ 3604 0032 5400 0560 0000  
Минское областное управление № 500  
ОАО «АББ «Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х  
г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1

30.06.2026

НБ/Н

Об исследовании конъюнктуры рынка

Государственное учреждение здравоохранения «Минский областной центр скорой медицинской помощи» в рамках проведения исследований конъюнктуры рынка, согласно постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 N 34. Предлагает в срок до **02.07.2026 (включительно)** предоставить коммерческое предложение, **в случае несоответствия техническим характеристикам, просим предоставить предложение с возможными характеристиками по следующим товарам, работам (услугам):**

№ лота	Наименование Товара (работы, услуги)	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)	Характеристики товара (работы, услуги)	Кол-во шт.
1	Контур дыхательный с неререверсивным клапаном	32.50.50.390 Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки	Согласно приложению 1	300
2	Контур дыхательный с неререверсивным клапаном и линией мониторинга	32.50.50.390 Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки	Согласно приложению 1	200
3	Контур дыхательный с РЕЕР-клапаном и линией мониторинга	32.50.50.390 Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки	Согласно приложению 1	100

Поставка товаров осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

Заказчик производит оплату по факту поставки товара. Заказчик подает документы в органы государственного казначейства в течении 10 банковских дней с момента поставки товара.

Место поставки 223053, Минская область, Минский район, д. Боровляны, ул. Школьная, д. 16.

Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается по электронной почте [zakup@csmp.by](mailto:zakup@csmp.by).

Ведущий специалист по организации закупок

Атапович 8017 516-64-24

В.С. Атапович

## Технические характеристики (описание)

## 1. Состав (комплектация) оборудования и (или) изделий:

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во, штук
1.	Контур дыхательный с нереверсивным клапаном	Комплектация: 1. Дыхательный гофрированный шланг длиной 160 см - 1 штука. Изготовлен из ПВХ. 2. Диаметр разъема шланга 22М/19F. 3. Клапан выдоха пациента нереверсивный (ПДКВ или РЕЕР клапан)– 1 штука. 4. Диаметр клапана – 30 F. 5. Фильтр бактериально – вирусный – 1 штука. 6. Адаптер угловой – 1 штука. 7. Совместимость с аппаратами ИВЛ моделей АИВЛп-2/20-«ТМТ», АИВЛ/ВВЛп-3/30А-«Медпром», АИВЛ/ВВЛ-4/40-«Медпром».	300
2.	Контур дыхательный с нереверсивным клапаном и линией мониторинга	Комплектация: 1. Дыхательный гофрированный шланг длиной 180 см - 1 штука. Изготовлен из ПВХ. 2. Диаметр разъема шланга 22М/15F. 3. Линия мониторинга давления. 4. Клапан выдоха пациента – 1 штука: 4.1. конструкция клапана – выходной коннектор диаметр 30 мм для подсоединения клапана ПДКВ (РЕЕР-клапана); 4.2. клапан ПДКВ (РЕЕР-клапан); 4.3. входной коннектор для дыхательного шланга, диаметр – 22 мм; 4.4. коннектор для подсоединения дыхательного контура с интубационной трубкой или ларингеальной маской; 4.5. коннектор для подключения линии мониторинга давления, диаметр 5 мм. 5. Совместимость с аппаратами ИВЛ моделей А-ИВ-Э-03.	200
3.	Контур дыхательный с РЕЕР-клапаном и линией мониторинга	Комплектация: 1. Трубка дыхательная 22М гофрированная неконфигурируемая 1,6м – 1 шт.; 2. Клапан выдоха – 1 шт.; 3. РЕЕР-клапан (ПДКВ) – 1 шт.;	100

		4. Фильтр дыхательный без теплообменника – 1 шт.; 5. Прямой адаптер – 1 шт.; 6. Линия мониторинга 2,0 м – 1 шт.	
--	--	--	--

2. Технические требования:

2.1. Предназначаются для использования в учреждениях здравоохранения для кислородной поддержки в автомобиле скорой медицинской помощи.

2.2. **Изделия должны быть стерильны, апиrogenны. В индивидуальной стерильной упаковке.**

2.3. Обязательно наличие инструкции по использованию на русском языке.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам по эксплуатации товара: срок годности используемых товаров должен составлять не менее 80% от установленного производителем срока использования.

3.1. Срок стерильности – 5 лет.