

ЛОТ 1
Технические характеристики
«Автоматический процессор для гистологической проводки тканей»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Автоматический процессор для гистологической проводки тканей	комплект	1

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование
2.1	Назначение оборудования: автоматическая обработка гистологических образцов замкнутого цикла, включая фиксацию в формалине, дегидратацию в этаноле, обезжиривание и просветление в ксилоле, инфильтрацию парафином.
2.2	Вместимость камеры обработки образцов - не менее 300 стандартных гистологических кассет. Количество корзин для кассет – не менее 2. Количество емкостей для реагентов – не менее 10. Количество нагреваемых емкостей для парафина – не менее 3.
2.3	Настройка параметров каждого шага гистологической проводки: выбор реагента, температуры и времени экспозиции, режим давления / вакуума, перемешивание. Функция отложенного старта.
2.4	Функция контроля реагентов: количество обработанных кассет, количество дней использования реагента. Ультразвуковые датчики контроля уровня реагента в реторте.
2.5	Функция удаленного мониторинга и оповещения об ошибках.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора

ЛОТ 2

Технические характеристики

«Автоматическая система окрашивания гистологических препаратов и заключения под покровное стекло»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Модуль для окрашивания гистологических препаратов (гистостейнер).	комплект	1
1.2	Модуль для заключения гистологических препаратов под покровное стекло (каверслиппер).	комплект	1

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование
2.1	Назначение оборудования: окраска и заключение под покровное стекло стандартных гистологических препаратов в автоматическом режиме.
2.2	Совместимость модуля окраски и модуля заключения под покровное стекло. Автоматический перенос штатива со стеклами из модуля окраски в модуль заключения под покровное стекло. Автономная работа.
2.3	Индивидуальное программирование не менее 5 протоколов окраски.
2.4	Одновременная обработка не менее 10 корзин. Корзины для предметных стекол вместимостью не менее 30 шт.
2.4	Количество станций для реагентов – не менее 16. Станция сушки – не менее 1. Станции промывки – не менее 4. Функция встряхивания корзины.
2.5	Каверслиппер: - одновременная загрузка не менее чем 150 покровных стекол. - емкость флакона для заливочной среды не менее 150 мл.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора