

к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Налобный осветитель	шт	1
2	Аккумулятор	шт	1
3	Сетевой адаптер	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

- 2.1. Источник питания для осветителя: портативный и независимый от центральной электросети в процессе работы, 5-8 часов автономной работы при полном заряде.
- 2.2. Температура цвета 5000-6000К.
- 2.3. Полностью регулируемый по высоте и ширине шлем.
- 2.4. Освещенность – от 70 000-100 000 Люкс.
- 2.5. Настройка светового пятна от 30мм до 80мм.
- 2.6. Угол наклона плавно регулируется.
- 2.7. Пыле- и водоустойчивость рассеивателя для обеспечения очистки и дезинфекции.
- 2.8. Зарядное устройство, обеспечивающее зарядку в процессе работы.
- 2.9. Период полного перезаряда батареи источника – не более 3 ч.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

- 3.1. Возможность обработки поверхности дезинфицирующими средствами.
- 3.2. Наличие сертификата утверждения типа средств измерений (подтверждается копией);
- 3.3. Медицинское изделие должно быть зарегистрировано Министерством здравоохранения Республики Беларусь (подтверждается копией действующего регистрационного удостоверения МЗ РБ или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь, где потенциальный поставщик отмечает (выделяет) позиции, входящие в его предложение.
- 3.4. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Разработчики:

Курачинская Ольга Викторовна
Врач-оториноларинголог

Ярошевич Виктория Сергеевна
Врач-оториноларинголог

Согласовано:

Главный внештатный специалист по оториноларингологии
Якубцов Никита Александрович