

Приложение №1
к заявке на закупку
Контур дыхательный
однократного применения

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Контур дыхательный однократного применения.
(наименование предмета государственной закупки)

№ лота	Наименование:	Состав:	Количество:
Лот №2	Контур дыхательный однократного применения	1. У- адаптер с портом для подключения температурного датчика и линии-1шт 2. Адаптер угловой-2шт 3. Адаптер прямой- 4шт 4. Адаптер шарнирный с портом -1шт 5. Фильтр с тепловлагообменом-2шт 6. Увлажнитель-1шт 7. Трубка гофрированная -5шт 8. Влагосборник-2шт	600 шт.

Контур может быть укомплектован дополнительными элементами для работы контура.

2.Технические требования:

- 2.1.Длина контура 1,8 – 2м.
- 2.2.Диаметр трубки – 22мм.
- 2.3.Комплект должен быть упакован в одну стерильную упаковку.
- 3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности), согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.