

Приложение №1  
к заявке на закупку  
**Аппарат для продувки и  
смазки наконечников**

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот № 1 Аппарат для продувки и смазки наконечников

**1. Состав (комплектация на 1 комплект) медицинских изделий:**

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1	Аппарат для продувки и смазки наконечников	шт	1

**2. Технические требования**

<i>№п/п</i>	<i>Наименование характеристики</i>	<i>Базовые параметры</i>
2.1	номинальное напряжение	220В ±10 В, 50 Гц
2.2	давление воздуха	От 0,35 до 0,60 Мпа
2.3	предназначение	для чистки и смазки стоматологических наконечников перед стерилизацией.
2.4	условия	Одновременная чистка и смазка не менее 3-х инструментов.