

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

к договору №36/И от 27.02.2026 на техническое обслуживание медицинского оборудования

«15» апреля 2026 г.

Ждановичский с/с

Заказчик: ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь

Адрес: 223052, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район аг. Ждановичи

Телефон: _____

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВЭМ Инжиниринг»

Исполнителем обследовано в соответствии с требованиями нормативно-технической и эксплуатационной документации следующее медицинское оборудование:

Наименование оборудования	Серийный номер
Система определения функций тромбоцитов Multiplate с принадлежностями, учетный номер: инв. № 01350125 год ввода в эксплуатацию: 2018	310022

Выявлены следующие неисправности: требуется замена 000700030S пипетка электронная eLine/ eLine electronic pipette– 1 шт.

Исполнитель:
ООО «ВЭМ Инжиниринг»

Заказчик:
ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь

Главный бухгалтер

инженер ООМО.

Загородняя А. Н.

инженер И. В. Р.

МП

МП