

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр»  
Управления делами  
Президента Республики Беларусь

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск

«9» июня 2026 г.

Местонахождение оборудования: ГУ «Республиканский клинический медицинский центр», Республика Беларусь, 223052, Минская обл., Минский район, Ждановичский с/с, район агрогородка Ждановичи.

В процессе проведения, во исполнение договора от 16.03.2026 г. № 14ТО/26, технического обслуживания (диагностики) перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты (неисправности):

№ п.п.	Оборудование		Год ввода в эксплуатацию:	Обнаруженные дефекты(неисправности):
	наименование	номер		
	1	2	3	4
1	Аппарат для ультразвуковой терапии модель Sonopuls 490U с принадлежностями	Учетный номер: зав.№34553, инв.№01376672	2007	1) Пришла в негодность батарея A212/1,8 12V 1,8 Ah Dryfit A200 Sonnenschein 2) Повреждение изоляции кабеля ультразвуковой головки.
2	Аппарат для коротковолновой терапии модель Gurapuls 970 с принадлежностями	Учетный номер: зав.№31897, инв.№01376674	2018	Нечеткая работа энкодеров регулировки частоты и интенсивности излучения, износ энкодеров.

Рекомендации: В целом аппараты сохраняет работоспособность. Для сохранения полной функциональности данных аппаратов в будущем необходима приобретение и замена названных компонентов оборудования. При этом нужно принять во внимание, что аппарат Sonopuls 490U снят с производства и приобретение компонентов к нему может быть невозможно.

Главный инженер  
ООО «Мегат»

Директор  
ООО «Мегат»



Шоломицкий А.А.

Азарова Н.П.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*