

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBBY2X УНП 400052327

На № 30.06.2026 № 4-14/259
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Расходные материалы для реанимации»** (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, преysкурant и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **06.07.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лота	Наименование	Состав	Кол-во
1	Камера увлажнителя одноразовая самозаполняющаяся		700 шт
2	Тепловлагообменник для трахеостомы		50 шт
3	Закрытая аспирационная система	Размер 14F длина 35 см – 40 шт Размер 12F длина 55 см – 60 шт Размер 14F длина 55 см – 100 шт	200 шт
4	Трубка ПВХ		800 шт
5	Набор небулайзера для ИВЛ	Набор ингалятор, (небулайзер) с Т-образным коннектором, мундштуком/трубкой и емкостью для лекарств	300 шт

2. Технические требования:

Номер и наименование ЛОТа	Технические требования:
ЛОТ № 1 Камера увлажнителя одноразовая самозаполняющаяся	2.1. Предназначена для активного увлажнения и подогрева газов, подаваемых пациенту в процессе ИВЛ 2.2. Малого объема (рабочий объем не более 200-350мл) 2.3. Эффективный объем от 50 мл до 300 мл, применима при давлении до 180 см H ₂ O и потоке до 140 л/мин 2.4. В прозрачном поликарбонатном корпусе с антипригарным алюминиевым покрытием для применения со стандартными основаниями увлажнителей
ЛОТ № 2 Тепловлагообменник для трахеостомы	2.1. Выполнен из полимерных материалов 2.2. Размер выхода 15F 2.3. Предназначены только для одного пациента сроком на 24 часа 2.4. Все принадлежности должны быть одноразовыми 2.5. Защита от влаги, антропогенно, нетоксично, не содержит фталатов 2.6. Увлажняющий элемент может быть изготовлен из гидрофобной бумаги или пеноматериала
ЛОТ № 3 Закрытая аспирационная система	2.1. Закрытая аспирационная система на 72 часа, (для ЭТТ (осуществления санации дыхательных путей)) 2.2. Стерильная, однократного применения
ЛОТ № 4 Трубка ПВХ	2.1. Длина трубки 1,5-2,0 мм 2.2. На концах трубки установлены коннекторы Луер-Лок 2.3. Предназначена для мониторинга газов
ЛОТ № 5 Набор небулайзера для ИВЛ	2.1. Однократного применения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.