

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Состав (комплектация)	Единица измерения	Количество
1	Расходные материалы для эндоскопической коррекции пузырно-мочеточникового рефлюкса	1. Шприц с гелем для подслизистого введения (биodeградируемый имплант)	Шт.	100
		2. Игла инъекционная для введения геля	Шт.	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1. Шприц с гелем для подслизистого введения (биodeградируемый имплант)

2.1.1. Шприц содержит 1 мл стерильного геля.

2.1.2. * Гель состоит из микросфер декстраномера и стабилизированной гиалуроновой кислоты неживотного происхождения.

2.2. Игла инъекционная для введения геля

2.2.1. Игла инъекционная для введения геля должна быть полностью металлическая, жесткая, стерильная, однократного применения.

2.2.2. Длина иглы должна быть не менее 35 см, диаметр - не более 19 G (4 Fr).

2.2.3. На конце иглы должны быть метки или ограничитель для контроля глубины введения.

Примечание: пункты задания на закупку, помеченный знаком * являются принципиальными и, при несоответствии по данному пункту, предложение должно быть отклонено.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора. .