

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий -1 ед.(комплект):

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Электрокардиостимулятор временный портативный наружный для осуществления эдектрокардиостимуляции	1 шт.
2	Кабель пациента	2 шт.
3	Батарея	2 шт.
4	Сумка для транспортировки	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1	Возможность выполнения стимуляции в перечисленных режимах:	WI, VOO, AAI, AOO
2.2	Базовая частота кардиостимуляции:	Не менее 30/мин, не более 200/мин
2.3	Частая стимуляции для купирования предсердных тахикардий	Не менее 80/мин
2.4	Чувствительность	Не менее 0,5мВ и не более
2.5	Амплитуда стимуляции (на выходе)	Не менее 0,1мА и не более
2.6	Ширина пульса	Не более 1,8 мсек
2.7	Рефракторный период	Не более 250 мсек
2.8	Слепой период (блэнкинг-период) при стимуляции	Не более 125 мсек
2.9	Слепой период (блэнкинг-период) при детекции собственных сокращений (blanking sense period)	Не более 75 мсек
2.10	Наличие специальной блокировки панели от случайного выключения	Наличие
2.11	Индикатор разряда батареи	Наличие
2.12	Защита от электростатических разрядов	Наличие
2.13	Защита от разряда дефибриллятора мощностью до 360 Дж	Наличие
2.14	Наличие специализированной системы подавления помех переменного тока (50 Гц)	Наличие

2.15	Наличие специальной системы защита от нарушения контроля установленной частоты стимуляции	Наличие
2.16	Вес	Не более 300г без батареи
2.17	Тип батареи: стандартная 9В, алкалиновая или литиевая	Наличие
2.18	Срок службы при использовании алкалиновой батареи при частоте работы ЭКС = 80 имп/мин.	Не менее 300 часов
2.19	Срок службы при использовании литиевой батареи при частоте работы ЭКС = 80 имп/мин.	Не менее 650 часов
2.20	Сохранение непрерывной работы ЭКС в процессе замены батареи	Не менее 10 сек
2.21	Возможность замены батареи без соблюдения полярности	Наличие
2.22	Наличие самотестирования ЭКС в момент включения	Наличие
2.23	Наличие системы блокировки регуляторов ЭКС	Наличие

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.