

БелМТ №452/26

лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор для катетеризации пупочных сосудов (артерий и вен); (Fr 3,5)	штук	300
2	Набор для катетеризации пупочных сосудов (артерий и вен); (Fr 4,0)	штук	200
	Всего	штук	500

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. катетер из рентгенконтрастного и прозрачного полиуретана;

2.2. предназначен для артериального и/или венозного доступа;

2.3. длина не более 40 см.;

2.4. стерильность, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. согласно документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор для дренирования плевральной полости у новорожденных 8Fr	штук	50
2	Набор для дренирования плевральной полости у новорожденных 10Fr	штук	50
	Всего	штук	100

Состав одного комплекта:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Плевральный дренаж длиной до 8 см	штука	1
2	Троакар	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. набор предназначен для дренирования плевральной полости у новорожденных;

2.2. прозрачный ПВХ с рентгенконтрастной линией;

2.3. наличие одного бокового отверстия в плевральном дренаже;

2.4. наличие маркировки через 1 см;

2.5. проксимальный Люэр-коннектор типа «мама»;

2.6. стерильность, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Эндотрахеальная трубка с вспомогательным просветом для новорожденных № 2,5	штук	300
2	Эндотрахеальная трубка с вспомогательным просветом для новорожденных № 3,0	штук	100
3	Эндотрахеальная трубка с вспомогательным просветом для новорожденных № 3,5	штук	50
	Всего	штук	450

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. наличие вспомогательного просвета, предназначенного для трахеальной ирригации (введение сурфактанта и/или других препаратов);

2.2. оральная/назальная интубация;

2.3. наличие маркировки через каждые полсантиметра;

2.4. наличие адаптера не более 15мм.;

2.5. срез эндотрахеальной трубки не более 37°C

2.6. трубки диаметром 2,5; 3,0; 3,5 мм. длиной не более 175мм;

2.7. трубка должна быть изготовлена из просматриваемого материала;

2.8. стерильность, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно документам организатора

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Ед. измерения	Количество
1	Набор для катетеризации центральных вен через периферические сосуды у новорожденных типа эпикутанно-кавальный катетер (либо аналог) 24G	штук	300
	Всего	штук	300

Состав одного комплекта:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Катетер	штука	1
2	Съемный коннектор с удлинительной трубкой	штука	1
3	Интродьюсер с крылышками	штука	1
4	Измерительная лента	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. предназначен для парентерального питания и введения лекарственных средств недоношенным и новорожденным детям;

2.2. периферически вводимый катетер до 30 см для долгосрочного венозного доступа;

2.3. рентгенконтрастный силикон;

2.4. наличие градуированной сантиметровой шкалы на катетере;

2.5. стерильность, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно документам организатора