

Лот 1-3.

Лот 1. Система двухкомпонентная Alterna или аналог:

- пластины с адгезивом 40 мм - 720 штук;
- мешки непрозрачные открытые 40мм -1080 штук;
- мешки уростомные прозрачные 40 мм - 720 штук.

Лот 2. Система двухкомпонентная Alterna или аналог:

- пластины с адгезивом 50 мм -4800 штук;
- мешки непрозрачные открытые 50 мм -3520 штук;
- мешки уростомные прозрачные 50 мм -3960 штук

Лот 3. Система двухкомпонентная Alterna или аналог:

- пластины с адгезивом 60 мм - 6730шт;
- мешки непрозрачные открытые 60 мм - 4330 штук
- мешки уростомные прозрачные 60 мм -5520 штук

1.Технические требования (характеристики):

1.1. Пластина должна быть предназначена для доукомплектации двухкомпонентной стомийной системы типа Alterna или аналога.

1.2. Клеевой состав прозрачной пластины должен обеспечивать надежную фиксацию на передней брюшной стенке в течение нескольких суток.

1.3. Адгезивная (клеевая) пластина должна быть утолщена у стомы и истончаться к краям;

1.4.Пластина должна иметь встроенный фланец (кольцо), на который крепятся стомные мешки. Фланец пластины должен соответствовать фланцам стомных мешков.

1.5. Мешки должны быть предназначены для доукомплектации двухкомпонентной стомийной системы.

1.6. Мешок должен иметь встроенный фланец (кольцо), который крепиться к пластине. Фланец стомного мешка должен соответствовать фланцу пластины.

1.7. Сменный мешок может иметь отверстие для дополнительного крепления поясом.

2.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

2.1. Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 60% от установленного изготовителем.

Лот 4. Пояс Alterna или аналог

1.Технические требования (характеристики):

1.1. Должна быть предназначена для доукомплектации стомийных систем типа Alterna или аналога.

1.2. Применяется для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников.

1.3. Должен быть изготовлен из эластичной ленты или натурального гипоаллергенного трикотажа.

1.4. Должен регулироваться по длине.

2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

2.1. Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 60% от установленного изготовителем

Разработчик технических требований:
главный внештатный специалист главного
управления по здравоохранению
Брестского облисполкома
по паллиативной медицинской помощи