

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование лота	Состав(комплектация) оборудования	потребность
1	Контур дыхательный одноразовый стерильный	1) трубки-4 шт. 2) Y- адаптер -1 шт. 3) адаптер прямой -7 шт. 4) адаптер угловой – 1 шт. 5) дыхательный мешок 2л-1 шт. 6) адаптер шарнирный-1 шт. 7) в комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура	3000
2	Контур дыхательный стерильный педиатрический	1) трубки - 3шт. 2) Y- адаптер - 1 шт. 3) адаптер прямой - 5 шт. 4) адаптер шарнирный угловой - 1шт. 5) дыхательный мешок 1л - 1 шт. 6) фильтр бактериальный с теплообменным педиатрический с портом «луер» для линии CO2 -1 шт. 7) в комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура	200
3	Контур дыхательный стерильный неонатальный	1) трубки - 3 шт. 2) Y- адаптер -1 шт. 3) адаптер прямой - 5 шт. 4) адаптер угловой – 1 шт. 5) дыхательный мешок 0,5л - 1 шт. 6) фильтр бактериальный с теплообменным неонатальный - 1 шт. 7) в комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура	200
4	Контур дыхательный с одним влагоборником	1) трубки-4 шт. 2) Y- адаптер -1 шт. 3) адаптер прямой -4 шт. 4) влагоборник-1 шт. 5) камера увлажнителя-1 шт. 6) адаптер угловой – 1 шт. 7) в комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура	2000
5	Контур дыхательный одноразовый для транспортного аппарата WEINMANN Medumat Standard 2 или аналог	1) дыхательный шланг; 2) коленчатый патрубок(штуцер) для подключения маски/ тубуса; 3) клапан пациента (с вдыхаемым и выдыхаемым отводами); 4) система измерительных трубок: трубка измерения давления, трубка управления PEEP,	100 шт.

		соединительный штекер системы измерительных трубок, трубка измерения CO ₂ ; 5) клипса -держатель системы соединительных трубок(4 шт); 6) датчик потока FlowCheck; 7) в комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура;	
6	Контур дыхательный без влагосборника: гофрированный неконфигурируемый(22М) (длина 2,0м) однократного применения	1) адаптер прямой-1шт. 2) адаптер шарнирный-1 шт. 3) трубка -1 шт. 4) датчик потока -1 шт. 5) клапан выдоха-1 шт.	100 шт.

2. Технические требования:

Лот №1 «Контур дыхательный одноразовый стерильный»:

- 1) 2 трубки 1,8-2м, 2 трубки- 0,9-1м, диаметр трубок 22мм.
- 2) каждая деталь в индивидуальной упаковке. Общая упаковка для всего комплекта; на каждой упаковке указать наименование материала, дату стерилизации и срок стерильности
- 3) одноразовый
- 4) стерильный

Лот №2 «Контур дыхательный стерильный педиатрический»:

- 1) 2 трубки 1,8-2м, 1 трубка- 0,9-1м, диаметр трубок 15мм.
- 2) Каждая деталь в индивидуальной упаковке. Общая упаковка для всего комплекта; на каждой упаковке указать наименование материала, дату стерилизации и срок стерильности
- 3) одноразовый
- 4) стерильный

Лот №3 «Контур дыхательный стерильный неонатальный»:

- 1) трубка 1,6-1,8м – 2 шт. гофрированная неконфигурируемая, трубка 0,8-1м – 1 шт, диаметр трубок 10мм.
- 2) каждая деталь в индивидуальной упаковке. Общая упаковка для всего комплекта; на каждой упаковке указать наименование материала, дату стерилизации и срок стерильности
- 3) одноразовый
- 4) стерильный

Лот №4 «Контур дыхательный с одним влагосборником»:

- 1) 1 трубка 1,8-2м, 3 трубки- 0,9-1м, диаметр трубок 22ММ
- 2) Каждая деталь в индивидуальной упаковке. Общая упаковка для всего комплекта; на каждой упаковке указать наименование материала, дату стерилизации и срок стерильности
- 3) одноразовый
- 4) стерильный

Лот №5 «Контур дыхательный одноразовый для транспортного аппарата WEINMANN Medumat Standard 2 или аналог»

- 1) одноразовая система шлангов пациента длиной не менее 1,8 и не более 2,0 метра с измерением потока, с измерением CO₂;
- 2) совместимость с аппаратом WEINMANN Medumat Standard 2.

Лот №6 «Контур дыхательный без влагосборника: гофрированный неконфигурируемый (22М) (длина 2,0м) однократного применения»:

- 1) трубка 22М длина 2,0 м
- 2) одноразовый
- 3) стерильный

Лот №6 «Контур дыхательный без влагосборника: гофрированный неконфигурируемый (22М) (длина 2,0м) однократного применения:

- 1) трубка 22М длина 2,0 м
- 2) одноразовый
- 3)стерильный

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4.Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

