

Приложение № 1
к заявке на закупку

Контуры дыхательно-анестезиологический

(наименование предмета
государственной закупки согласно
формуляру медицинских изделий)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Контуры дыхательные на 2026 год

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
7	Контуры дыхательные в составе: У-адаптер-1; адаптер прямой-3; фильтр бактериальный-1; трубка-2; мешок дыхательный 2л-1; маска дыхательная (№5) -1; соединитель жесткий угловой 22/15-1 (*допускается доукомплектация дополнительными принадлежностями)	шт.	900

2. Технические требования:

ЛОТ № 1	
Контуры дыхательные	
2.1.	трубка гладкоствольная, диаметр 22мм, длина 1,6м -2.0м (2 штуки)
2.2.	трубка гладкоствольная, диаметр 22мм, длина не менее 0,4м (1 штука)
2.3.	стерильный
2.4.	однократного применения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке;