

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) инструментария и принадлежностей для эндоскопии и урологии (цистоскопа)

1. Состав (комплектация) оборудования (1 комплекта):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Тубус цистоуретроскопа 19 ШР	штука	1
1.2.	Оптика 4 мм 12 градусов	штука	1
1.3.	Оптика 4 мм 30 градусов	штука	1
1.4.	Мостик с одним рабочим каналом	штука	1

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Технические требования
2.1.	Тубус эндоскопический цистоуретроскопа	
	Инструмент предназначен для эндоскопического исследования мочевого пузыря и мочеиспускательного канала	Наличие
	Тубус эндоскопический цистоуретроскопа диаметр 19 СН, с двумя боковыми кранами	Наличие
	Стандартный obturator с атравматическим наконечником и фиксирующим механизмом	Наличие
	Совместимость с телескопическим мостиком	Наличие
2.2.	Оптика 4 мм 12 градусов	
	Диаметр	4 мм
	Рабочая длина	не менее 300 мм
	Угол обзора	12 градусов
	Обработка - автоклавирующее	наличие
2.3.	Оптика 4 мм 30 градусов	
	Диаметр	4 мм
	Рабочая длина	не менее 300 мм
	Угол обзора	30 градусов
	Обработка - автоклавирующее	наличие
2.4.	Мостик с одним рабочим каналом	
	Телескопический мостик используется для соединения трубки оптической и тубуса цистоуретроскопа	наличие
	С одним рабочим каналом для инструмента не менее 6 ШР	наличие

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) инструментария и принадлежностей для эндоскопии и урологии (Резектоскоп для выполнения HOLEP)

3. Состав (комплектация) оборудования (1 комплекта):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
	Лазерный резектоскоп 24/26 СН	штука	1
1.	Трубка оптическая	штука	1
2.	Тубус резектоскопа 24/26 СН	штука	1
3.	Рабочий элемент резектоскопа лазерный, пассивный со сменными направляющими	штука	1
4.	Направляющая для лазерных зондов с ограничителем	штука	1
5.	Переходник для лазерных зондов различных диаметров	штука	1
6.	Соединительный элемент к лазерному резектоскопу для использования с лазерным зондом (короткий)	штука	1
7.	Гибридный пассивный рабочий элемент	штука	1

4. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Технические требования
2.1.	Трубка оптическая	
	Рабочая длина	не менее 300 мм
	Диаметр	4,0 мм
	Угол зрения	12 градусов
	Автоклавируемая	наличие
2.2.	Тубус резектоскопа 24/26 СН	
	Тубус резектоскопа 24/26 Charr. Вращающийся внутренний тубус	наличие
	В комплекте с обтюратором	наличие
	Автоклавируемый	наличие
2.3.	Рабочий элемент резектоскопа лазерный, пассивный со сменными направляющими	
	Возможность смены направляющих для лазерных зондов диаметров 0,8мм. 1,2 мм	наличие
	Вращающееся кольцо для большого пальца	наличие
	Титановая рукоятка	наличие
	Автоклавирирование	наличие
2.4.	Направляющая для лазерных зондов с ограничителем	
	Ограничитель	наличие
	Диаметр	до 0,8 мм
2.5.	Переходник для лазерных зондов различных диаметров	
	Переходник Luer-Lock, не менее 0 0,6 - 1,4мм	наличие

№ п/п	Наименование	Технические требования
2.6.	Соединительный элемент к лазерному резектоскопу для использования с лазерным зондом (короткий)	
	Соединение	поворотное
2.7.	Гибридный пассивный рабочий элемент	
	Элемент рабочий пассивный с рукояткой и креплением для электрода. Совместимость с тубусом резектоскопа 26/24Шр	наличие
	Монополярный/биполярный	наличие
	Автоклавируемый	наличие

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) инструментария и принадлежностей для эндоскопии и урологии (Цистоскоп для лазерной цистолитотрипсии)

1. Состав (комплектация) оборудования (1 комплекта):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
	Лазерный цистоскоп 23 СН		
1.	Трубка оптическая	штука	1
2.	Тубус лазерного цистоскопа 23 СН	штука	1
3.	Телескопический мостик	штука	1
4.	Визуальный обтюратор	штука	1

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Технические требования
2.1.	Трубка оптическая	
	Рабочая длина	Не менее 300 мм
	Диаметр	4,0 мм
	Угол зрения	12 градусов
	Автоклавируемая	наличие
2.2.	Тубус лазерного цистоскопа 23 СН	
	Высокопоточный	наличие
	В комплекте с атравматичным обтюратором	наличие
	Автоклавируемый	наличие
2.3.	Телескопический мостик	
	Мостик с лазерной направляющей	наличие
	Рабочий канал для лазерных инструментов	наличие
2.4.	Визуальный обтюратор	
	Визуальный обтюратор для легкого введения тубуса	наличие

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.