

УТВЕРЖДАЮ



2026 г.

Техническое задание  
на закупку услуг по ремонту гемокоагулометра

**1. Общие требования**

1.1. Наименование подлежащих закупке: услуги по ремонту гемокоагулометра.

1.2. Код согласно классификатору ОКРБ 007-2012: 33.13.11.100 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей (кроме оборудования для контроля производственных процессов)».

1.3. Ориентировочная стоимость государственной закупки: 840,00 бел.руб.

1.4. Источник финансирования: бюджет города Новополоцка.

1.5. Объем закупаемых услуг, условия и сроки оплаты:

№ п/п	Наименование подлежащих закупке услуг	Требования предъявляемые к услугам	Объем услуг	Условия оплаты услуг	Срок оказания услуг
1	Услуги по ремонту гемокоагулометра Приложение № 1	На основании эксплуатационной документацией производителя оборудования необходимо восстановить работоспособность оборудования. В соответствии с «Инструкцией об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78» (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.02.2020 № 11)	Лот 1	По факту выполненных работ на основании подписанного сторонами акта выполненных работ.	Выполнения работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора с обеих сторон.

1.6. Участник должен представить следующие документы:

1.6.1 заверенную в установленном порядке копию заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденное постановлением Совета

Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548 (далее – заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять услуги по ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

- уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

- работы по ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры.

Не требуется наличие документов настоящего пункта, для выполнения услуг по ремонту медицинской техники:

- юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимися производителем данной медицинской техники;

- в период гарантийного срока ее эксплуатации;

- поступившей в качестве иностранной безвозмездной помощи;

- изъятой в собственность государства;

- изготовленной (произведенной) до 2000 года.

1.7. в стоимость предложения должны быть включены: стоимость ремонтных работ, государственная поверка, стоимость запасных частей, а также все налоги, сборы, транспортные расходы и надбавки.

## **2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к услугам**

2.1. Содержание, порядок и качество выполнения услуг по ремонту осуществляются в соответствии с требованиями эксплуатационной и (или) технической документации производителя, ТНПА, Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.02.2020 №11).

2.2. Запчасти должны быть 100% совместимы с оборудованием, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества).

2.3. Допускается использование аналога запасной части, по качеству и техническим характеристикам не ниже указанных.

2.4. Выполненные услуги по ремонту оформляются актом выполненных работ.

2.5. По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить акт установки запасных частей с указанием наличия драгоценных металлов.


2.6. Гарантийный срок на замененные в ходе ремонта материалы устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее трех месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ.

2.7. В случае некачественного ремонта, обнаруженного в гарантийный период, Исполнитель обязуется приступить к устранению неисправности в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период нахождения медицинской техники в ремонте.

2.8. Ремонт оборудования производится по месту нахождения Исполнителя.

2.9. Отремонтированная медицинская техника, относящаяся к средствам измерений, выдается из ремонта после прохождения поверки у аккредитованного в установленном порядке субъекта с выдачей Заказчику свидетельства о поверке.

Разработал:  
Инженер по метрологии



Т.З. Ляхнович

Согласовано:  
Начальник отдела по ремонту  
оборудования



Е.В. Хромова

Юрисконсульт



Е.Г. Вроцкая

Приложение 1  
на закупку услуг по ремонту  
гемокоагулометра

Но- мер лота	Наименование оборудования	Тип, марка	Год выпус- ка	Кол- во, шт.	Заво- дской/инверт орный номер	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Гемокоагуло- метр	СТ 2410	2007	1	0707314	Производитель – ЗАО «СОЛАР» Дефектный акт от 18.06.2026г.

Закрытае акцыянернае таварыства «Спектраскапія,  
оптыка і лазеры – авангардныя распрацоўкі»  
вул. Платонава Б.В., 1Б, пам. 36, пак.22,  
220034, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь.  
тэл./факс: 8017-388-19-88  
эл.пошта: [info@solar.by](mailto:info@solar.by); сайт: [www.solar.by](http://www.solar.by)  
пр-т Незалежнасці, 87А, 220012, г. Мінск  
р/с BY75BLNB30120000096469000933  
в ЦБУ №4 ОАО «БНБ-Банк»

Закрытае акцыянернае абшчэства «Спектроскопія,  
оптыка і лазеры – авангардныя распрацоўкі»  
ул. Платонава Б.В., 1Б, пом. 36, к.22,  
220034, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь  
тел./факс: 8017-388-19-88  
эл.почта: [info@solar.by](mailto:info@solar.by); сайт: [www.solar.by](http://www.solar.by)  
пр-т Независимости, 87А, 220012, г. Минск  
р/с BY75BLNB30120000096469000933  
в ЦБУ №4 ОАО «БНБ-Банк»

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

**ЗАО «Спектроскопия, оптика и лазеры – авангардные разработки»**  
220034, г.Минск, ул.Платонова Б.В., д.1Б, помещение 36,к.22, тел. 8017-388-19-88  
УНП 100424659, ОКПО: 14515311

**ЗАКАЗЧИК**


УЗ «Новополоцкая центральная городская больница»

**АКТ дефектный от 18.062026 г.**

Согласно заявке от УЗ «Новополоцкая центральная городская больница» о диагностике техники был произведен технический осмотр гемокоагулометра четырехканального СТ 2410 (зав. № 0707314) выявление следующих неисправностей:

- Гемокоагулометр четырехканальный СТ 2410 (зав. № 0707314): Ремонт блока питания / ремонт термостата / ремонт платы управления / замена вентилятора / чистка / замена пружины в кюветном отделении / настройка / проверка.  
Детали: вентилятор 80\*80\*25 / стабилитрон КС191Т / транзистор КТ818 / диод КД522 - 2 шт / пружина в кюветное.

Менеджер по сбыту и маркетингу



А.В. Пенкрат