

Система для сушки и хранения эндоскопов**Технические характеристики****1. Состав оборудования (1 комплект)**

№ п/п	Наименование	Количество
Состав 1 комплекта:		
1	Система для сушки и хранения эндоскопов	1 шт.
2	Коннекторы для подключения каналов эндоскопов	8 шт.

2. Технические характеристики оборудования

Технические характеристики:		
№ п/п	Наименование	Базовые параметры
1.	Вместимость (на количество эндоскопов) не менее 8-х гибких эндоскопов	наличие
2.	Степень фильтрации подаваемого воздуха в каналы эндоскопа 0,2мкм	наличие*
3.	Степень фильтрации воздуха подаваемого в камеру шкафа не ниже класса HEPA H14	наличие*
4.	Двухконтурная система подачи очищенного воздуха	наличие*
5.	Предварительный фильтр грубой очистки	наличие
6.	Продувка каналов эндоскопов в течение всего времени хранения	наличие
7.	Индивидуальная система сушки для каждого эндоскопа	наличие
8.	Подогрев воздуха подаваемого в каналы эндоскопа	наличие*
9.	Срок асептического хранения эндоскопов не менее 72 часов (программируемый)	наличие
10.	Сменный воздушный антибактериальный фильтр тонкой очистки	наличие
11.	Возможность программирования цикла сушки и хранения для каждого эндоскопа	наличие
12.	Встроенный компрессор	наличие
13.	Избыточное давление воздуха в камере шкафа	наличие

14.	Непрерывный воздухообмен в камере шкафа в течении всего времени хранения	
15.	Держатель для хранения колоноскопов, изолирующий их от соприкосновения с окружающими поверхностями (не менее четырёх)	наличие*
16.	Встроенный принтер для распечатки параметров каждого цикла хранения	наличие
17.	Встроенный сканер штрих -кодов	наличие
18.	Цветной сенсорный экран отображения статуса хранения и управления	наличие
19.	Глубина камеры не менее 350 мм	наличие
20.	Функция идентификации эндоскопов, контроль и документирование	наличие
21.	Функция идентификации обслуживающего персонала	наличие
22.	LED освещение камеры хранения	наличие
23.	Контролируемые параметры (температура, давление, влажность, время сушки и хранения)	наличие
24.	Автоматический контроль закрытия дверей	наличие
25.	Четырехступенчатая система фильтрации воздуха для каналов и двухступенчатая для поверхностей эндоскопов	наличие*
26.	Автоматическая сигнализация нарушения условий хранения эндоскопов	наличие
27.	Вертикальное расположение эндоскопов в шкафу	наличие*
28.	Выдвижные фиксируемые держатели эндоскопов	наличие*
29.	Возможность подключения эндоскопов различных производителей и модификаций	наличие
30.	Устойчивость поверхности шкафа к дезинфицирующим средствам, влиянию влаги, колебаниям температуры	наличие
31.	Возможность архивации данных	наличие
32.	Коннекторы для подключения каналов эндоскопов различных производителей	наличие*

* Данные требования технического задания имеют особо важное значение и при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Гарантийный срок всего комплекта оборудования не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Система для сушки и хранения эндоскопов**Технические характеристики****1. Состав оборудования (1 комплект)**

№ п/п	Наименование	Количество
Состав 1 комплекта:		
1	Система для сушки и хранения эндоскопов	1 шт.
2	Коннекторы для подключения каналов эндоскопов	4 шт.

2. Технические характеристики оборудования

Технические характеристики:		
№ п/п	Наименование	Базовые параметры
1	Вместимость (на количество эндоскопов) не менее 4-х гибких эндоскопов	наличие
2.	Степень фильтрации подаваемого воздуха в каналы эндоскопа 0,2мкм	наличие*
3.	Степень фильтрации воздуха подаваемого в камеру шкафа не ниже класса HEPA H14	наличие*
4.	Двухконтурная система подачи очищенного воздуха	наличие*
5.	Предварительный фильтр грубой очистки	наличие
6.	Продувка каналов эндоскопов в течение всего времени хранения	наличие
7.	Индивидуальная система сушки для каждого эндоскопа	наличие
8.	Подогрев воздуха подаваемого в каналы эндоскопа	наличие*
9.	Срок асептического хранения эндоскопов не менее 72 часов (программируемый)	наличие
10.	Сменный воздушный антибактериальный фильтр тонкой очистки	наличие
11.	Возможность программирования цикла сушки и хранения для каждого эндоскопа	наличие
12.	Встроенный компрессор	наличие
13.	Избыточное давление воздуха в камере шкафа	наличие

14.	Непрерывный воздухообмен в камере шкафа в течении всего времени хранения	
15.	Держатель для хранения колоноскопов, изолирующий их от соприкосновения с окружающими поверхностями (не менее двух)	наличие*
16.	Встроенный принтер для распечатки параметров каждого цикла хранения	наличие
17.	Встроенный сканер штрих - кодов	наличие
18.	Цветной сенсорный экран отображения статуса хранения и управления	наличие
19.	Глубина камеры не менее 350 мм	наличие
20.	Функция идентификации эндоскопов, контроль и документирование	наличие
21.	Функция идентификации обслуживающего персонала	наличие
22.	LED освещение камеры хранения	наличие
23.	Контролируемые параметры (температура, давление, влажность, время сушки и хранения)	наличие
24.	Автоматический контроль закрытия дверей	наличие
25.	Четырехступенчатая система фильтрации воздуха для каналов и двухступенчатая для поверхностей эндоскопов	наличие*
26.	Автоматическая сигнализация нарушения условий хранения эндоскопов	наличие
27.	Вертикальное расположение эндоскопов в шкафу	наличие*
28.	Выдвижные фиксируемые держатели эндоскопов	наличие*
29.	Возможность подключения эндоскопов различных производителей и модификаций	наличие
30.	Устойчивость поверхности шкафа к дезинфицирующим средствам, влиянию влаги, колебаниям температуры	наличие
31.	Возможность архивации данных	наличие
32.	Коннекторы для подключения каналов эндоскопов различных производителей	наличие*

* Данные требования технического задания имеют особо важное значение и при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Гарантийный срок всего комплекта оборудования не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.