

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (на 1 единицу)

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Аппарат для тромбоцитозфераза	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п.п.	Технические и функциональные характеристики	Требования к характеристикам
1	Заготавливаемые компоненты	– Получение 3-х компонентов крови: тромбоцитов, плазмы и эритроцитов за одну процедуру в любых комбинациях;
2	Метод сепарации клеток крови	Центрифужный, в разделительном канале
3	Принцип работы	Непрерывно-поточный
4	Максимальная центробежная сила центрифуги	Не более 1200 g
5	Количество насосов	Не менее 5-ти
6	Экстракорпоральный объем крови	Не более 200 мл
7	Профилирование антикоагулянта (соотношение антикоагулянт/цельная кровь)	От 1:6 до 1:13
8	Схема подключения донора	Одноигольная
9	Дисплей	Цветной жидкокристаллический с возможностью отображения пиктограмм и встроенными динамиками
10	Язык интерфейса	Русский
11	Встроенный запаиватель магистралей	Наличие
12	Отображение процесса	Непрерывное
13	Вмешательство оператора в ход процедуры	В любой момент
14	Определение оптимальной процедуры сбора компонентов	Автоматически после ввода параметров: рост, вес, пол донора, гематокрит, количество тромбоцитов, группа крови
15	Донорский плазмаферез	Объем до 1000 мл
16	Донорский тромбоцитаферез	Хранение не менее 5 суток
17	Контроль герметичности системы	Автоматически после установки сета
18	Тестирование систем аппарата при его включении в сеть	Автоматическое
19	Оценка качества венопункции	Аппаратным методом в начале процедуры
20	Датчик воздуха	В линии подачи антикоагулянта
21	Контроль давления возврата и забора крови	Датчик
22	Сигнализация ошибок и предупреждений	Звуковая и световая

23	Экстренное прерывание процедуры	С возможностью возврата крови донору
24	Остановка центрифуги	В ручном режиме или автоматически
25	Счетчик эритроцитов и тромбоцитов	Встроенный
26	Параметры электропитания	220-240 В. от 50 до 60 Гц, не более 1100 Вт
27	Габаритные размеры – длина – ширина – высота без инфузионной стойки	Не более 90 см Не более 80 см Не более 140 см
28	Наличие колес для передвижения по залу	
29	Вес	Не более 100 кг

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.