

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Тубус наружный резектоскопа для создания постоянной ирригации 24 Шр.	шт.	5
1.2	Тубус внутренний резектоскопа для создания постоянной ирригации 22 Шр.	шт.	5
1.3	Рабочий элемент резектоскопа.	шт.	5
1.4	Оптика резектоскопа не менее 4.0 мм.	шт.	5
1.5	Электрод петля.	шт.	50
1.6	Световод волоконно-оптический с адаптерами.	шт.	2
1.7	Кабель резектоскопа биполярный.	шт.	5

2. Показатели (характеристики) предмета закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1.1 Тубус наружный резектоскопа для создания постоянной ирригации 24 Шр.*

2.1.2 Наличие кранов аспирации/ирригации на наружном тубусе.

2.1.3 Корпус крана поворотный.

2.1.4 Наличие Луер соединения.

2.1.5 Сливные отверстия (отсасывающие отверстия) на дистальном конце.

2.2.1 Тубус внутренний резектоскопа для создания постоянной ирригации 22 Шр.*

2.2.2 Керамический дистальный наконечник на внутреннем тубусе.

2.2.3 Дистальная часть скошена.

2.2.4 Ротируемый на 360°.

2.2.5 Конструкция тубусов с механизмом защелкивания типа «Клик».

2.3.1 Рабочий элемент резектоскопа.*

2.3.2 Рабочий элемент пассивный, разрез производится под давлением пружины.

2.3.3 Закрытая ручка.

2.3.4 Биполярный рабочий элемент.

2.4.1 Оптика резектоскопа не менее 4.0 мм.*

2.4.2 Длина 300-310 мм.

2.4.3 Оптика резектоскопа 30°.

2.5.1 Электрод петля.*

2.5.2 Петля диаметром 0,3 мм.

2.5.3 Многоразового использования.

2.5.4 Совместимость с предлагаемыми тубусами.

2.6.1 Световод волоконно-оптический с адаптерами.*

2.6.2 Длина не менее 1,8м.

2.6.3 Диаметр 2,5-3,5мм.

2.7.1 Кабель резектоскопа биполярный.*

2.7.2 Многоразового использования.

2.7.3 Длина 4,0-4,5 м.

* Совместимость предлагаемых изделий с оборудованием Richard Wolf и BOWA, имеющимися в учреждении.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционных документов организатора.