

Технические характеристики
расходного инструментария для ангиографических кабинетов г. Минска
Состав и технические требования.

Лот № 1 Катетеры диагностические для коронарных артерий										
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
1.1.	Левые коронарные	JL 3.5 5F	50	25	20	20	10	20	30	175
1.2.	-«-	JL 4.0 5F	100	150	300	50	100	250	300	1250
1.3.	-«-	JL 4.5 5F	50	30	0	20	10	50	30	190
1.4.	-«-	JL 5.0 5F	20	30	30	20	10	50	80	240
1.5.	-«-	JL 6.0 5F	20	25	20	20	10	30	50	175
1.6.	-«-	AL I 5F	100	50	10	20	50	100	10	340
1.7.	-«-	AL II 5F	20	30	30	30	20	100	20	250
1.8.	-«-	AL III 5F	0	20	20	30	20	100	20	210
1.9.	Правые коронарные	JR 3.5 5F	20	20	5	20	10	20	30	125
1.10.	-«-	JR 4.0 5F	150	250	500	350	100	350	400	2100
1.11.	-«-	JR 5.0 5F	10	20	5	20	10	20	30	115
1.12.	-«-	AR I 5F	25	60	50	20	10	100	100	365
1.13.	-«-	AR II 5F	25	35	30	30	10	50	50	230
1.14.	Для радиального доступа	Кривизна 4.0 5F	300	350	400	100	500	300	400	2350
1.15.	-«-	Кривизна 4.5 5F	100	200	50	50	100	300	200	1000
1.16.	-«-	BLK, TRAN (либо аналог) кривизна 4.0 5F	300	0	100	10	100	250	100	860
1.17.	Для шунтов левой коронарной артерии	5F	20	25	10	20	50	50	10	185
1.18.	Для шунтов правой коронарной артерии	5F	40	30	10	20	50	50	10	210

1.19.	Для внутренней грудной артерии	5F	40	45	30	100	50	80	50	395
			1390	1395	1620	950	1220	2270	1920	10765

Технические требования:

1. Кончик катетера типа "soft tip"
2. Длина катетера не менее 100 см;

Лот № 2 Катетеры диагностические для коронарных артерий увеличенной длины.										
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
2.1.	Левые коронарные	JL 4.0 5F, не менее 120 см	20	100	50	200	20	150	100	640
2.2.	Правые коронарные	JR 4.0 5F, не менее 120 см	100	100	300	200	20	200	200	1120
			120	200	350	400	40	350	300	1760

Технические требования:

1. Кончик катетера типа "soft tip"
2. Длина катетера не менее 100 см

Лот № 3 Наборы для коронарографии трансрадиальным доступом.										
№	Наименование	Модель/Состав	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
3.1.	1. Катетер универсальный для левой и правой коронарных артерий 5F. 2. Интродюсер с гидрофильным покрытием для трансрадиального доступа 6F. 3. Игла для пункции артерии 20-22G. 4. Минипроводник 0.018 inch, длина не менее 45см. 5. Проводник J тип, 0.035 inch – длина 160 +/- 10 см. 6. Устройство для гемостаза лучевой артерии.		300	350	300	200	100	400	200	1850

3.2.	1. Катетер универсальный для левой и правой коронарных артерий 5F. 2. Интродьюсер с гидрофильным покрытием для трансрадиального доступа 6F. 3. Игла для пункции артерии 20-22G. 4. Минипроводник 0.018 inch, длина не менее 45см. 5. Проводник J тип, 0.035 inch – длина 210 +/- 10 см. 6. Устройство для гемостаза лучевой артерии.	300	350	300	200	100	400	200	1850
3.3.	1. Катетер универсальный для левой и правой коронарных артерий 5F. 2. Интродьюсер с гидрофильным покрытием для трансрадиального доступа 6F. 3. Игла для пункции артерии 20-22G. 4. Минипроводник 0.018 inch, длина не менее 45см. 5. Проводник J тип, 0.035 inch – длина 260 +/- 10 см. 6. Устройство для гемостаза лучевой артерии.	200	150	100	300	100	200	200	1250
		800	850	700	700	300	1000	600	4950

Технические требования:

1. Кончик катетера типа "soft round tip";
2. Катетер является специализированным универсальным для катетеризации левой и правой артерии, доступом через лучевую артерию. По форме катетера является аналогом катетера TIG 4.0, BLK 4.0, TRAN 4.0, Ultimate 1 и т.п.*;

Лот № 4 Набор для проведения диагностической коронарографии трансрадиальным доступом при остром коронарном синдроме

№	Наименование (состав набора)	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
---	------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	------	------	-------

4.1	1. Ангиографический катетер, изгиб JL 4.0 5F. 2. Ангиографический катетер, изгиб JR 4.0 5F. 3. Интродьюсер с увеличенным внутренним диаметром и гидрофильным покрытием, для трансрадиального доступа. 4. Игла для пункции артерии 21G. 5. Минипроводник 0.021 inch, длина не менее 45см. 6. Проводник J тип, 0.035 inch - длина 150-200 см 7. Устройство для гемостаза лучевой артерии.	100	300	300	200	500	800	600	2800
		100	300	300	200	500	800	600	2800

Технические требования:

1. Кончик ангиографического катетера типа "soft round tip";
2. Длина ангиографического катетера не менее 100 см;
3. Гидрофильное покрытие тела интродьюсера, позволяющее проводить интродьюсер в артерию без надреза кожи.
4. Наружный диаметр интродьюсера не более 2.79 мм
5. Внутренний диаметр 7F
6. Длина 16 ±1 см

Лот № 5 Наборы для проведения диагностической коронарографии.

№	Наименование (состав набора)	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
5.1.	Наборы для диагностической коронарографии 5F	100	300	200	200	100	500	500	1900
5.2.	Наборы для диагностической коронарографии 6F	300	450	800	200	200	500	500	2950
		400	750	1000	400	300	1000	1000	4850

Технические требования:

1. Катетер JL 4.0, катетер JR 4.0., длиной не менее 100 см, с мягким атравматичным кончиком
2. Тефлоновый проводник J-типа диаметром 0,035'' и длиной 150-190 см

3. Интродьюсер длиной 11 см (± 1 см) с гемостатическим клапаном и дополнительным боковым портом с трехходовым краником, дилататор, проводник J-типа диаметром 0,035-0,038'' и длиной 40-50 см.
4. Набор должен представлять единую упаковку с катетерами, проводником, интродьюсером.

Лот № 6 Наборы для проведения диагностической коронарографии малого диаметра

№	Наименование (состав набора)	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
6.1	Наборы для диагностической коронарографии 4F	50	5	0	30	0	25	0	110
		50	5	0	30	0	25	0	110

Технические требования:

1. Катетер JL 4.0, катетер JR 4.0., длиной не менее 100 см, с мягким атравматичным кончиком
2. Тefлоновый проводник J-типа диаметром 0,035'' и длиной 150-190 см
3. Интродьюсер длиной 11 см (± 1 см) с гемостатическим клапаном и дополнительным боковым портом с трехходовым краником, дилататор, проводник J-типа диаметром 0,035-0,038'' и длиной 40-50 см.
4. Набор должен представлять единую упаковку с катетерами, проводником, интродьюсером.

Лот № 7 Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
7.1.	Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием	5 F, Cobra I	20	10	30	30	50	100	50	290
7.2.	Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием	4 F, Cobra I	0	0	30	30	10	50	0	120
7.3.	Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием	4 F, Simmons/ Sidewinder 1	20	0	30	30	10	50	50	190
7.4.	Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием	4 F Прямой	20	0	50	30	50	50	0	200
			60	10	110	120	120	250	100	800

Технические требования:

1. Мягкий атравматичный кончик.
2. Гидрофильное покрытие.

Лот № 8 Катетеры периферические с гидрофильным покрытием.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
8.1.	Катетеры диагностические, гидрофильные	Тип: Berenstein, 5F (с зауженным кончиком)	10	0	10	30	10	50	50	160
8.2.	Катетеры диагностические, гидрофильные	Тип: Headhunter 1, 5F (с зауженным кончиком)	10	0	200	200	50	100	100	660
8.3.	Катетеры диагностические, гидрофильные	Тип: Straight, 5F (с зауженным кончиком)	10	0	0	50	50	50	0	160
			30	0	210	280	110	200	150	980

Технические требования:

1. Мягкий атравматичный кончик.
2. Гидрофильное покрытие.

Лот № 9 Катетеры диагностические висцеральные

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
9.1.	Диагностический катетер «Cobra C1»	5F, 60-65 см	20	10	40	30	20	50	20	190
9.2.	Диагностический катетер «Cobra C2»	5F, 100-110 см	20	10	15	30	20	50	20	165
9.3.	Диагностический катетер «Cobra C3»	5F, 60-65 см	0	5	10	30	20	50	20	135
9.4.	Диагностический катетер «Multipurpose»	4F, 80-90 см	0	0	0	20	0	0	0	20
9.5.	Диагностический катетер «Multipurpose»	5F, 100-110 см	110	5	10	150	20	50	20	365

9.6.	Диагностический катетер «Vertebral»	5F, 100-110 см	20	5	150	100	20	300	300	895
9.7.	Диагностический катетер «Headhunter 1 (H1)»	5F, 100-110 см	10	0	20	50	20	150	100	350
9.8.	Диагностический катетер «PigTail»	5F, 100-110 см, прямой	50	50	800	500	100	150	20	1670
9.9.	Диагностический катетер «Cobra C1» (с зауженным кончиком)	5F, 60-65 см	10	10	10	30	50	50	20	180
9.10.	Диагностический катетер «Cobra C2» (с зауженным кончиком)	5F, 60-65 см	10	10	10	30	10	50	20	140
9.11.	Диагностический катетер «Cobra C3» (с зауженным кончиком)	5F, 60-65 см	0	10	10	30	10	50	20	130
			250	115	1075	1000	290	950	560	4240

Лот № 10 Катетеры диагностические периферические.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
10.1.	Диагностический катетер «SIDEWINDER» SIM 1	5F, 100- 110 см	10	5	50	30	5	30	30	160
10.2.	Диагностический катетер «SIDEWINDER» SIM 2	4F, 100- 110 см	50	5	10	30	5	50	50	200
10.3.	Диагностический катетер «Newton 3 (NH 3)»	5F, 100-110 см	10	5	20	30	5	20	20	110
10.4.	Диагностический катетер «Newton 4 (NH 4)»	5F, 100- 110 см	5	5	10	20	5	20	20	85
10.5.	Диагностический катетер «Bentson 2 (JB2)»	5F, 100-110 см	5	5	10	30	5	30	20	105
10.6.	Диагностический катетер типа «Berenstein»	5F, 100-110 см	10	5	5	30	5	30	20	105

10.7.	Диагностический катетер типа «Berenstein II»	5F, 100-110 см	10	5	5	50	5	30	20	125
10.8.	Диагностический катетер «PigTail», ангулированный	5F, 100- 110 см	50	0	300	300	300	150	30	1130
10.9.	Диагностический катетер типа «Roberts Uterine»	5F, 90-100 см	30	5	10	100	0	150	10	305
			180	40	420	620	335	510	220	2325

Лот № 11 Интродьюсеры										
№	Наименование	Модель/Состав	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
11.1.	Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником	4 F Длина 100 +/- 30 мм, игла 18- 20 G, минипроводник 35-50 см, не более 0.035"	50	5	0	50	50	50	0	205
11.2.	Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником	5 F Длина 100 +/- 30 мм, игла 18- 20 G, минипроводник 35-50 см, 0.035"	100	100	20	500	50	200	0	970
11.3.	Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником	6 F Длина 100 +/- 30 мм, игла 18- 20 G, минипроводник 35-50 см, 0.035"	400	500	700	1000	100	300	200	3200
11.4.	Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником	7 F Длина 100 +/- 30 мм, игла 18- 20G, минипроводник 35-45 см, 0.035"	50	50	400	100	20	300	200	1120
11.5.	Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником	8 F Длина 100 +/- 30, игла 18- 20G, минипроводник 35-45 см, 0.035"	100	50	100	300	20	400	400	1370
			700	705	1220	1950	240	1250	800	6865

Технические требования:

1. Обязательное наличие гемостатического клапана.
2. Наличие фиксации дилататора (типа защелки).
3. Наличие бокового порта с 3-х ходовым краником.

Лот № 12 Интродьюсеры большого диаметра

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
12.1.	Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником	12 F	0	0	25	0	0	60	0	85
12.2.	Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником	14 F	0	0	25	0	0	30	0	55
12.3.	Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником	16 F	0	0	10	0	0	30	0	40
12.4.	Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником	18 F	0	0	0	0	0	30	0	30
12.5.	Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником	20 F	0	0	0	0	0	30	0	30
12.6.	Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником	22 F	0	0	0	0	0	20	0	20
12.7.	Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником	24 F	0	0	0	0	0	20	0	20
			0	0	60	0	0	220	0	280

Технические требования:

1. Обязательное наличие гемостатического клапана.
2. Наличие фиксации дилататора (типа защелки).
3. Наличие бокового порта с 3-х ходовым краником.

Лот № 13 Интродьюсеры для радиального доступа

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
13.1.	Интродьюсер для радиального доступа (набор), 6F	Длина 30 +/-7 см	100	100	100	500	200	200	10	1210
13.2.	Интродьюсер для радиального доступа (набор), 6F	Длина 10 +/-3 см	900	500	700	400	300	300	40	3140
			1000	600	800	900	500	500	50	4350

Технические требования:

1. Все размеры интродьюсера должны иметь в комплекте:

- металлическую иглу 20G-22G
- металлический мини-проводник 0.018-0.025 inch, один конец минипроводника должен быть прямым, мягкого типа.

2. Гидрофильное покрытие тела интродьюсера, позволяющее проводить интродьюсер в артерию без надреза кожи.

Лот № 14 Интродьюсеры для дистального радиального доступа.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
14.1.	Интродьюсер для дистального радиального доступа (набор)	6Fr, 15 +/-1 см	50	400	150	200	100	250	500	1650
14.2.	Интродьюсер для дистального радиального доступа (набор)	6Fr, 10 +/-1 см	100	500	150	200	100	250	500	1800
			150	900	300	400	200	500	1000	3450

Технические требования:

1. Наличие армирующего слоя в теле интродьюсера, препятствующего его деформации при проведении дистальным радиальным доступом.

2. Гидрофильное покрытие тела интродьюсера, позволяющее проводить в артерию без надреза кожи.

3. Все размеры интродьюсера должны иметь в комплекте:

- металлическую иглу 20G-22G
- металлический мини-проводник 0.018-0.025 inch, один конец минипроводника должен быть прямым, мягкого типа.

Лот № 15 Интродьюсеры для радиального доступа с увеличенным внутренним диаметром.										
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
15.1.	Интродьюсер для радиального доступа (набор)	Наружный диаметр не более 2,13 мм. Внутренний диаметр 5F Длина 16 +/-1 см	50	50	0	200	100	200	0	600
15.2.	Интродьюсер для радиального доступа (набор)	Наружный диаметр не более 2,46 мм. Внутренний диаметр 6F Длина 16 +/-1 см	500	300	100	300	300	400	400	2300
15.3.	Интродьюсер для радиального доступа (набор)	Наружный диаметр не более 2.79 мм Внутренний диаметр 7F Длина 16 +/-1 см	100	300	400	200	100	400	500	2000
			650	650	500	700	500	1000	900	4900

Технические требования:

1. Все размеры интродьюсера должны иметь в комплекте:

- металлическую иглу 20G-22G
- металлический мини-проводник 0.018-0.025 inch, один конец минипроводника должен быть прямым, мягкого типа.

2. Гидрофильное покрытие тела интродьюсера, позволяющее проводить интродьюсер в артерию без надреза кожи.

Лот № 16 Проводники диагностические.										
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
16.1.	Проводники диагностические с тефлоновым покрытием	0.035", 150-200 см, кончик J- тип	1500	1200	1300	500	1000	1200	1200	7900
16.2.	-«-	0.035", 260-300 см, прямой кончик	0	50	100	300	0	150	0	600

16.3.	-«-	0.035", 260-300 см, кончик J- тип	490	400	200	1000	200	800	500	3590
16.4.	Проводники диагностические с тефлоновым покрытием	0.035", 260-280 см, кончик J- тип, супержесткие (superstiff)	10	30	200	100	10	250	50	650
			2000	1680	1800	1900	1210	2400	1750	12740

Лот № 17 Проводники диагностические нитиноловые с гидрофильным покрытием

№	Наименование	Модель/Состав	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
17.1.	Проводники диагностические нитиноловые с гидрофильным покрытием	0.035", 150-190см, кончик ангулированный 45°	200	400	500	400	100	500	500	2600
17.2.	-«-	0.035", 260-300 см, кончик ангулированный 45°	200	200	500	700	200	1000	800	3600
17.3.	-«-	0.035", 150-190 см, кончик прямой	20	20	50	200	0	250	0	540
17.4.	-«-	0.035", 260-300 см, кончик прямой	100	20	50	200	0	250	0	620
17.5.	-«-	0.018", 260-300 см, кончик ангулированный 45°	10	20	100	100	0	150	0	380
			530	660	1200	1600	300	2150	1300	7740

Лот № 18 Проводники диагностические с гидрофильным покрытием для сложной анатомии

№	Наименование	Модель/Состав	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
---	--------------	---------------	-------	-------	-------	-------	--------	------	------	-------

18.1.	Проводник гидрофильный экстражесткий поддерживающий, гибридная конструкция	0.035", 260-300см, кончик угловой	10	10	200	500	100	400	300	1520
			10	10	200	500	100	400	300	1520

Технические требования:

1. Дистальная часть из нитинола, проксимальная из нержавеющей стали;
2. Кончик 5 см зауженный, угловой;
3. Длина нитиноловой части не менее 25 см;

Лот № 19 Аксессуары ангиографические.										
№	Наименование	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО	
19.1.	Игла пункционная ангиографическая без мандрена под 0.038-inch проводник	1000	200	500	500	400	500	300	3400	
19.2.	Игла для проведения коронарного проводника 0.014 inch	600	500	500	1000	500	500	500	4100	
19.3.	Ротатор для коронарного проводника	600	50	100	0	50	100	0	900	
19.4.	3-х ходовой кран с вращающимся адаптером	600	600	500	100	500	1000	1000	4300	
19.5.	Y-коннектор (пружинный клапанный механизм)	1000	600	700	1000	600	1500	1000	6400	
19.6.	Соединительная трубка высокого давления (катетер удлинения), 70-125 см	1000	1000	1000	300	500	1500	1000	6300	
		4800	2950	3300	2900	2550	5100	3800	25400	

Лот № 20 Набор для ангиопластики.										
№	Наименование	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО	

20.1.	Набор для выполнения ангиопластики (1-ой процедуры): 1. Манифолд на 3 крана с правосторонним размещением, изготовлен из прозрачного материала, с вращающимся адаптером. 2. Линия для контраста, не менее 150 см с трубкой малого диаметра, с шипом (без капельной камеры), с коннектором LuerLock. 3. Линия для физиологического раствора, не менее 150 см с трубкой малого диаметра, с шипом (без капельной камеры), с коннектором LuerLock. 4. Y-коннектор. 5. 3-хходовой кран.	0	500	500	600	200	500	1000	3300
		0	500	500	600	200	500	1000	3300

Лот № 21 Комплект Y-образного коннектора с увеличенным внутренним просветом.									
№	Наименование	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
21.1.	Y-образный коннектор в комплекте: 1. Y-коннектор 2. Тупоконечная игла для введения проводника. 3. Вращатель (пилот) для проводника. 4. Удлинительная линия с запорным клапаном.	500	500	500	500	500	500	200	3200
		500	500	500	500	500	500	200	3200

Технические требования:

1. Гемостатический клапан Y-образного коннектора должен иметь кнопку-фиксатор, фиксирующую открытое и закрытое положение клапана.
2. Наличие дополнительного фиксирующего клапана с плавной (дискретной) регулировкой силы фиксации введенных устройств (баллонных катетеров, проводников и др.)
3. Диаметр внутреннего просвета не менее 10 Fr (3,33 мм).

Лот № 22 Шприц инфляционный высокого давления с манометром для ангиопластики и стентирования.										
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
22.1.	Шприц инфляционный, высокого давления, с манометром для ангиопластики и стентирования (в комплекте с краном высокого давления).	Объем не менее 20 мл с максимальным давлением не менее 30 атм.	1000	800	800	1300	700	1300	1300	7200
			1000	800	800	1300	700	1300	1300	7200

Лот № 23 Катетеры коронарные направляющие.										
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
23.1.	Тип JL 4.0	6F	200	150	200	50	50	150	150	950
23.2.	Тип Extra Back-up left 3.5 Или аналог	6F	200	150	100	100	50	150	150	900
23.3.	Тип Extra Back-up left 4.0 Или аналог	6F	200	250	300	200	200	300	300	1750
23.4.	Тип Extra Back-up left 4.5 Или аналог	6F	50	50	10	50	50	50	10	270
23.5.	JR 4.0	6F	400	350	400	300	200	400	400	2450
23.6.	AR 1	6F	50	50	50	100	10	100	100	460
23.7.	AR 2	6F	30	40	10	100	10	100	50	340
23.8.	AL 1	6F	100	50	10	100	50	50	10	370
23.9.	AL 2	6F	20	20	10	50	10	50	10	170
23.10.	AL 3	6F	0	10	10	50	10	50	10	140

	1250	1120	1100	1100	640	1400	1190	7800
Технические требования:								
1. Внутренний диаметр для катетеров 6 F не менее 0.071 inch.								

Лот № 24 Катетеры коронарные направляющие для сложной анатомии.										
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
24.1.	Тип JL 3.0	6F	0	0	0	0	10	10	10	30
24.2.	Тип JL3.5	6F	30	15	15	0	10	10	10	90
24.3.	Тип JL 4.0	6F	100	80	50	50	20	50	50	400
24.4.	Тип JL 4.5	6F	20	20	10	10	10	20	20	110
24.5.	Тип JL 5.0	6F	20	15	5	10	10	20	20	100
24.6.	Тип JL 6.0	6F	10	10	5	10	10	20	20	85
24.7.	Тип JL 4.0 SH	6F	50	30	20	10	20	20	20	170
24.8.	Тип Extra Back-up left 3.5 или аналог	6F	50	50	50	50	10	50	50	310
24.9.	Тип Extra Back-up left 4.0 или аналог	6F	150	150	150	250	50	100	100	950
24.10.	Тип Extra Back-up Right или аналог	6F	50	30	20	30	20	20	10	180
24.11.	Тип Extra Back-up Right SH или аналог	6F	20	15	10	10	20	20	10	105
24.12.	Тип JR 4.0	6F	100	150	200	100	100	200	200	1050
24.13.	Тип JR 4.0 SH	6F	100	50	50	50	50	50	50	400
24.14.	Тип AR 2	6F	25	15	10	30	10	25	20	135
24.15.	Тип AR 1	6F	25	25	20	10	10	50	30	170

24.16.	Тип AL 1	6F	50	30	10	50	10	20	10	180
24.17.	Тип AL 2	6F	10	10	10	30	10	20	10	100
24.18.	Тип AL 3	6F	0	10	0	10	10	20	10	60
24.19.	Тип AL 1	7F	20	10	10	10	5	10	0	65
24.20.	Тип JL 4.0	7F	20	15	10	10	5	50	10	120
24.21.	Тип JL 4.0 SH	7F	20	5	5	10	5	20	0	65
24.22.	Тип JR 4.0	7F	20	15	10	100	5	50	50	250
24.23.	Тип Extra Back-up left 3.5 или аналог	7F	20	10	10	10	5	10	10	75
24.24.	Тип Extra Back-up left 4.0 или аналог	7F	20	10	30	10	5	10	10	95
24.25.	Тип JR 4.0	8F	5	0	100	100	0	200	200	605
24.26.	Тип Extra Back-up left 4.0 или аналог	8F	0	0	10	0	0	0	0	10
24.27.	Для шунтов левой коронарной артерии	6F	5	5	10	0	10	20	10	60
24.28.	Для шунтов правой коронарной артерии	6F	5	5	10	0	10	20	10	60
24.29.	Для внутренней грудной артерии	6F	5	5	10	10	10	50	50	140
24.30.	Для лучевого доступа левой коронарной артерии тип ERAD 4.0 или аналог	6F	20	30	50	50	50	20	20	240
24.31.	Для лучевого доступа тип TIGER 4.0	6F	50	50	50	50	50	50	20	320
24.32.	Для лучевого доступа тип TIGER 5.0	6F	20	35	30	30	50	50	30	245
			1040	900	980	1100	600	1285	1070	6975

Технические требования:

1. Внутренний диаметр для катетеров 6F не менее 0.071 inch.

Лот № 25 Удлиняющий катетер для стентирования при сложной анатомии коронарных артерий

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	2 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
25.1.	Удлиняющий катетер 6F	• максимальный внутренний диаметр не менее 0,056" • максимальный наружный диаметр не более 0,070"	20	20	50	10	20	25	10	155
25.2.	Удлиняющий катетер 7F	• максимальный внутренний диаметр не менее 0,062" • максимальный наружный диаметр не более 0,078"	5	10	0	10	0	25	0	50
			25	30	50	20	20	50	10	205

Технические требования:

1. Наличие проксимального и дистального маркеров;
2. Наличие гидрофильного покрытия для лучшего прохождения через сложные, извитые сосуды;
3. Атравматичный кончик;

- 1, Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам.