

Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Системы моторные аккумуляторные для кардиохирургии

1. Состав (комплектация) ИМН

Номер и наименование ЛОТa	Состав (комплектация) ИМН		Кол-во
Лот №1 Принадлежности к системе моторной Acculan: пила реципрокная с дополнительными приспособлениями	Пила реципрокная аккумуляторная	1 шт.	1 комплект
	Сменная аккумуляторная батарея	2 шт.	
	Крышка аккумуляторного отсека	2 шт.	
	Устройство для стерильной замены батареи	1 шт.	
	Защитная насадка для лезвия пилы	2 шт.	
	Лезвие пилы съёмное	10 шт.	
	Контейнер для стерилизации и хранения	1 шт.	
Лот №2 Принадлежности к системе моторной Acculan: пила осциллирующая с дополнительными приспособлениями	Пила осциллирующая аккумуляторная, пистолетного типа	1 шт.	1 комплект
	Сменная аккумуляторная батарея	2 шт.	
	Крышка аккумуляторного отсека	2 шт.	
	Устройство для стерильной замены батареи	1 шт.	
	Лезвие съёмное полулунной формы (ширина режущей части 60-80 мм)	5 шт.	
	Лезвие съёмное полулунной формы (ширина режущей части 35-45 мм)	5 шт.	
	Контейнер для стерилизации и хранения	1 шт.	

2. 2: Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Лот №1, 2
<ol style="list-style-type: none"> 1. Совместимость с имеющейся в наличии моторной системой Acculan (взаимозаменяемость принадлежностей и аккумуляторов). 2. Облегчённый титановый корпус. 3. Максимальная частота движений – не менее 13000 в минуту. 4. Возможность крепления лезвий без дополнительных приспособлений. 5. Кнопка пуска с плавной регулировкой частоты и наличие предохранительного устройства от случайного пуска. 6. Возможность проведения стерилизации методом автоклавирования.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходах на эксплуатацию товара.

3. 1. Согласно аукционным документам организатора.

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.

4.1. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке;

4.2. в стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала;

4.3 Наличие сервисной организации по обслуживанию данного оборудования на территории РБ.