

**УНИФИЦИРОВАННОЕ (ТИПОВОЕ) ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ  
коробок стерилизационных**

**Лот №1**

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала, бикс медицинский (без фильтра)
Описание состава, потребительских, функциональных, технических и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	1.Состав: Согласно приложению к лоту №1. 2.Показатели (характеристики): 2.1. Должны быть изготовлены из нержавеющей стали, стойкой к коррозии. 2.2. Должны обеспечивать сохранность стерильности, хранящихся в них медицинских изделий, в течение не менее 3-х суток.

Приложение к лоту №1:

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование (состав)	Количество, шт.
1	Объем 3±0,1 куб.дм	173
2	Объем 6±0,2 куб.дм	322
3	Объем 9±0,2 куб.дм	177
4	Объем 12±0,3 куб.дм	155
5	Объем 18±0,5 куб.дм	246

**Лот №2**

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала, бикс медицинский (с фильтром)
Описание состава, потребительских, функциональных, технических и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	1.Состав: Согласно приложению к лоту №2. 2.Показатели (характеристики): 2.1. Должны быть изготовлены из нержавеющей стали, стойкой к коррозии. 2.2. Должны обеспечивать сохранность стерильности, хранящихся в них медицинских изделий, в течение не менее 20 суток.

Приложение к лоту №2:

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование (состав)	Количество, шт.
1	Объем $3\pm 0,1$ куб.дм	25
2	Объем $6\pm 0,2$ куб.дм	17
3	Объем $9\pm 0,2$ куб.дм	60
4	Объем $12\pm 0,3$ куб.дм	113
5	Объем $18\pm 0,5$ куб.дм	190